

GARA A PROCEDURA APERTA PER LA STIPULA DI UNA CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI “AGHI E SIRINGHE” ID.14PRE025.1 CUC FVG

PRECISAZIONE DEL 14/02/2017

DOMANDE:

- 1) DISCIPLINARE DI GARA - ART. 2 Scrivete: "Ogni busta dovrà contenere l'elenco numerato dei documenti presenti al proprio interno".
L'elenco numerato dei documenti deve essere presente anche nella Busta n. 3 Offerta Economica?
- 2) La presente per chiedere delucidazioni in merito alle specifiche tecniche, pag. 2 del capitolato speciale. Cosa si intende con la dicitura “gli aghi devono essere fusi in un corpo unico”?
- 3) Si fa presente che ad oggi i CIG di gara ad oggi risultano "non gestiti dal sistema AVCPASS", si prega di verificare e provvedere al fine di concedere alle ditte la possibilità di procedere al pagamento e alla creazione dell'AVCPASS.
- 4) Dovendo partecipare alla gara in oggetto, segnaliamo che non è ancora possibile effettuare pagamento CIG e ottenimento PASSOE. Scadenza gara 23/02/17.
- 5) Con riferimento alla procedura in oggetto, si segnala che al momento, nel sistema ANAC per diversi lotti risulta la seguente indicazione: “Il CIG indicato non è gestito dal sistema AVCPass”
Si chiedono cortesi delucidazioni.
- 6) In merito alla gara in oggetto, il sistema non mi permette di perfezionare il Passoe:

Guida **Creazione PASSoe**

Seleziona Ruolo → **Scegli Lotti** → Rich. Avvalimento requisiti condivisi → Rich. Avvalimento requisiti per lotto

Lotto a cui partecipare : [Ricerca estesa Lotto/...](#)

Selezionare il Lotto o Lotti [Selezionare tutti i lotti](#)

Il CIG indicato non è gestito dal sistema AVCPass

Mentre la generazione del modello di pagamento cig è andata a buon fine. Attendo, cortesemente, un suo cordiale riscontro.

- 7) Ad oggi non è ancora possibile creare il PASSOE in quanto il sistema ci da il seguente avviso, per qualsiasi CIG si ricerca: "Il CIG indicato non è gestito dal sistema AVCpass".
- 8) LOTTO 31 - "Siringa senza ago da 50/60 ml - cono catetere lungo 3,5 cm con punta a taglio dritto, non angolato"
Così come formulato, tale Lotto, risulta analogo al Lotto 30 già aggiudicato nella precedente Procedura ID.14PRE025. Si chiede pertanto che il Lotto 31 venga stralciato dalla Procedura ID 14PRE025.1 CUC.

RISPOSTE:

- 1) Si conferma quanto già indicato nel Disciplinare di gara, art. 2.
- 2) Si intende che l'ago deve essere caratterizzato da un corpo unico indivisibile, privo quindi di saldature, congiunzioni o giunture che possano in qualche modo comportare la rottura dello stesso nel corso del suo impiego.
- 3) Si conferma che i CIG ad oggi risultano perfezionati, per quanto di competenza di EGAS.
- 4) Si conferma che i CIG ad oggi risultano perfezionati, per quanto di competenza di EGAS.
- 5) Si conferma che i CIG ad oggi risultano perfezionati, per quanto di competenza di EGAS.
- 6) Si conferma che i CIG ad oggi risultano perfezionati, per quanto di competenza di EGAS.
- 7) Si conferma che i CIG ad oggi risultano perfezionati, per quanto di competenza di EGAS.
- 8) LOTTO 31: si conferma la descrizione del lotto riportata nell'Allegato al Capitolato Speciale.