

**GARA A PROCEDURA APERTA PER LA STIPULA DI UNA CONVENZIONE PER
L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI “MATERIALE PER ANESTESIA E
RIANIMAZIONE ID.15PRE001”**

PRECISAZIONE DEL 02.11.2015

DOMANDE:

- 1) In riferimento alla procedura in oggetto con il presente per richiedere i seguenti chiarimenti.
Chiediamo conferma che la descrizione nel Lotto 165 per i riferimenti A e B (indicata di seguito) sia corretta in quanto per entrambi è richiesto un catetere monolume.
A nostro avviso la richiesta per il riferimento A dovrebbe indicare "catetere Bilume" (come indicato nella gara precedente).

165	a	Catetere endovenoso monolume in poliuretano radiopaco, per accesso venoso di media o lunga durata, calibro variabile, lunghezza 25cm circa, con mandrino metallico per facilitare l’inserimento, un rubinetto trasparente pre-assemblato sul cono del catetere stesso,
	b	Catetere endovenoso monolume in poliuretano radiopaco, per accesso venoso di media o lunga durata, misure da 3 a 5 Fr calibro variabile, lunghezza 25cm circa, con mandrino metallico per facilitare l’inserimento, un rubinetto trasparente pre-assemblato sul cono del catetere stesso,

- 2) In riferimento alla gara in oggetto (materiale per anestesia e rianimazione) con la presente desideriamo avere alcune delucidazioni in merito alla formulazione dell’offerta (rif. art. 4 delle norme di partecipazione):
1. nel prospetto dello schema in calce all’offerta, indicante la struttura economica dell’offerta stessa, con particolare riferimento alle voci di prezzo indicate nell’art. 87 comma 2 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. (rif. allegato “E”), sono inclusi anche gli oneri della sicurezza da rischio specifico (rif. art. 87 comma 4 del medesimo D.Lgs), così come richiesto al comma 6 dell’art. 4 delle norme di partecipazione, relativo alle caratteristiche dell’offerta economica?
 2. che cosa sono gli oneri della sicurezza per le interferenze?
- 3) In merito alla procedura in oggetto, nel Capitolato Speciale nella sezione "Documentazione tecnico qualitativa", la documentazione tecnica dovrà essere presentata sia in formato cartaceo che su CD. Al posto del CD si può utilizzare una chiavetta USB?
- 4) In merito alla trattativa indetta da EGAS Ente per la gestione : ID15PRE001 procedura aperta per la stipula di una convenzione per l’affidamento della fornitura di materiale per anestesia e rianimazione, al Lotto N. 82 viene richiesto:
- “Sistema per il riscaldamento di fluidi ed emoderivati, a ridotto spazio morto, ad elevata performance (rapido raggiungimento della temperatura operativa), composto da piastra del conduttore a bassa massa per il trasferimento del calore.”*
- Tale specifica tecnica, relativa alla piastra del conduttore per il trasferimento del calore, indica chiaramente una Società operante nel settore che propone questo tipo di soluzione.
La nostra società propone un sistema di riscaldamento differente da quello da Voi indicato nel capitolato di gara ma che comunque fornisce lo stesso risultato, già utilizzato in molte altre strutture ospedaliere.
Siamo a richiedere se un sistema diverso da quello da Voi descritto verrà accettato e valutato in sede di gara.

5) **Lotto 51:**

Maschera facciale "tipo Total Face o equivalente", per ventilazione non invasiva, **pluriuso**. Tenuta ermetica, non traumatica: sistemi di prevenzione antidecubito; facile ed intuitiva da indossare e da rimuovere in situazioni di emergenza.

Cosa si intende per "pluriuso"? un prodotto riutilizzabile più volte sullo stesso paziente, eventualmente previa disinfezione, oppure un prodotto riutilizzabile su pazienti diversi previa disinfezione/sterilizzazione?

Per entrambi i casi, **per quante volte si intende riutilizzare il prodotto?**

Per entrambi i casi, **quali sono le procedure e/o metodologie con cui si intende riprocessare il prodotto per il suo riutilizzo?**

La direttiva 93/42/CEE stabilisce che *"il fabbricante deve fornire informazioni relative ai procedimenti appropriati per il suo riutilizzo, compresa la pulizia, la disinfezione, l'imballaggio e, se necessario, il metodo di sterilizzazione, nonché il numero di riutilizzazioni"* (All. I, p. 13.6, lettera h).

Si rende pertanto necessario rendere noto con quali metodologie e numero di volte si intende riprocessare il prodotto richiesto, al fine di consentire alle varie Aziende di offrire un prodotto conforme alle vostre esigenze e di evitare l'applicazione di procedure errate o inadeguate non riconosciute dal fabbricante, che rendano vana la sanificazione o che il dispositivo e le sue caratteristiche tecnico/fisiche vengano alterate dal processo di ricondizionamento.

In aggiunta, *"Il ricondizionamento dei dispositivi medici può determinare diversi livelli di prestazioni sanitarie e, di conseguenza, disparità tra i pazienti"* (Consiglio dell'Unione Europea, "Ricondizionamento dei dispositivi medici nell'Unione Europea in conformità all'Art. 12 bis della direttiva 93/42/CEE" art. 3.4.1) e *"Gli operatori del settore sanitario possono essere ritenuti responsabili in caso di uso scorretto di un dispositivo medico che danneggi la salute del paziente"* (art. 3.4.2.1)

Nel secondo caso (riutilizzo su pazienti diversi) la sterilizzazione è l'unica procedura che assicuri una parità di trattamento tra pazienti, evitando l'assunzione di responsabilità da parte degli operatori sanitari se vengono rispettate le procedure di ricondizionamento indicate dal fabbricante.

A tal proposito si rammenta che *"la norma tecnica UNI EN 556-1 stabilisce che per dichiarare un prodotto sterile è necessario assicurare un SAL di 10⁻⁶"* (Sterility Assurance Level) ("Linee di indirizzo per il ricondizionamento dei Dispositivi Medici Riutilizzabili").

Per i dispositivi medici riutilizzabili quali le maschere richieste, data la loro particolare natura e conformazione, la sterilizzazione in Autoclave a 134°C. è l'unico metodo in grado di assicurare un abbattimento conforme al livello richiesto dalle normative vigenti "SAL di 10⁻⁶".

Tutti gli altri metodi, compreso l'autoclave a 121°C, possono garantire un livello SAL di 10⁻⁵, ma in questo caso la definizione corretta è "Disinfezione ad alto livello", ricadendo quindi nella condizione di *"assunzione di responsabilità da parte degli operatori sanitari che riutilizzano il dispositivo tra pazienti diversi"*.

Lotto 62:

"Dispositivo per CPAP con realizzazione della PEEP mediante un meccanismo "a flusso aereo continuo" non occludente, monouso, totalmente passivo. Sterile, Apirogeno"

L'aggiudicazione a singolo lotto delle voci "a, b, c, d, e" identifica uno ed uno solo prodotto di marca e modello ben noti. Il "Kit d'emergenza CPAP di Boussignac" prodotto dalla ditta VYGON. L'accorpamento a Lotto Unico delle varie voci comporterà l'aggiudicazione ad un singolo offerente. Se questa è l'intenzione della Vostra rispettabile Azienda meglio sarebbe avviare con questo fornitore una Procedura Ristretta anziché una Procedura Aperta.

La suddivisione delle singole voci "a, b, c, d, e" in singoli lotti con aggiudicazione separata consentirebbe invece ad un maggior numero di Aziende di formulare la propria offerta ed alla vostra rispettabile Azienda di ottenere un prezzo economicamente più vantaggioso.

6) Lotto 166: la valutazione tecnica farà riferimento ai parametri di valutazione riportati nel Capitolato Speciale per "circuiti, palloni e cateteri" oppure "filtri".

7) La nostra società, attraverso la procedura indetta da DSC Udine per (ID. _____), è risultata aggiudicataria del lotto n. _____ per identico prodotto.

Riteniamo, alla luce di quanto sopra esposto, si possa trattare di un mero errore di gestione che potrebbe alterare i termini quantitativi oltre che di prezzo e conseguentemente di aggravio di costi rispetto alla già citata precedente aggiudicazione.

8) In riferimento alla procedura in oggetto si segnala quanto segue:

- I sistemi di umidificazione Fisher & Paykel non richiedono l'utilizzo di acqua sterile dedicata e Fisher & Paykel non fornisce alcun tipo di acqua per permettere un notevole risparmio economico e logistico alle Amministrazioni.
- Si chiede quindi che venga conteggiato l'importo dell'acqua sterile al costo dell'acqua sterile per iniezione già in uso presso l'azienda sanitaria in base ai quantitativi richiesti in gara.
- Che il materiale dei circuiti sia anche in polietilene e non sol in PVC, in accordo anche con l'attuale normativa sullo smaltimento dei materiali speciali (il PVC contiene cloro) e la presenza degli ftalati nel PVC.
- In assenza di detta possibilità non saremmo in grado di partecipare al lotto con i nostri sistemi ad oggi diffusi nella gran parte del territorio nazionale e che utilizzano tutti acqua sterile per iniezione fornita dal servizio di Farmacia a costi molto ridotti e circuiti in polietilene con tecnologia allo stato dell'arte.

Nel dettaglio:

LOTTO 73

DESCRIZIONE DEI SISTEMI:

-Dove compare la dicitura "colonna" o "camera/colonna"

Chiediamo che compaia sempre la dicitura:

- "camera ad autoriempimento/colonna"

-Chiediamo inoltre che compaiano le seguenti diciture:

- "Il sistema deve essere fornito di tutti gli accessori che consentano l'utilizzo in ventilazione meccanica e in tutte le modalità di ventilazione in respiro spontaneo **incluso alti flussi**";
- "La ditta aggiudicataria dovrà mettere a disposizione dei reparti utilizzatori un numero appropriato di apparecchi umidificatori/riscaldatori **nuovi**";

PUNTO b

"Acqua sterile per umidificazione....":

Chiediamo che compaia la dicitura:

"acqua sterile **o acqua sterile non dedicata**" e che venga data la seguente possibilità:

*"Le Aziende i cui prodotti **non necessitano di acqua dedicata** e che possono funzionare con qualsiasi contenitore di acqua sterile devono dichiarare questa circostanza e devono dichiarare:*

- **di NON fornire l'acqua sterile NON DEDICATA:** in questo caso possono non quotare questa voce.

*In tal caso, **ai fini della valutazione dell'offerta economica**, il costo dell'acqua verrà calcolato moltiplicando il costo al millilitro dell'acqua sterile, attualmente pari a **€0,xxx** (costo per codesta Amministrazione di un millilitro di acqua sterile non dedicata, ad esempio acqua sterile per iniezione, flacone da 500millilitri) per il numero di millilitri richiesti (23.850 litri) per un totale di **€ XXXX,00**.*

Questa possibilità è già presente, quale precedente di altra Amministrazione, in:

Procedura triennale per la fornitura triennale in noleggio di sistemi di umidificazione e di relativo materiale di consumo – Lotto unico. Gara 15/2015. Deliberazione del Direttore Generale n. 188 del 25/03/2015,

Parte I Capitolato Tecnico (Pag.5) Lotto 1 CIG 6169943E05 Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona (cfr. allegato)

PUNTO c

Camera/colonna

PUNTI d/e

"in pvc o polietilene"

PUNTO h

"in pvc o polietilene"

"branca espiratoria"

LOTTO 74/76

- Differenza di prezzo a base d'asta tra Lotto 74 (37,00€) e Lotto 76 (54,00€) per il kit in assenza di diverse condizioni di fornitura o tecnologia;

LOTTO 76

Alla voce Fabbisogni TOTALI presunti per 48 mesi viene fatto riferimento al comodato d'uso delle apparecchiature ma non ne viene indicato il numero;

- 9) In merito alla gara in oggetto chiediamo quanto segue:
- LOTTO N. 16 Prolunga 200 cm: si prega di specificare il diametro;
 - LOTTO N. 19 Set. estensione spiralato 4 mt : Cosa si intende per clamp di sicurezza?
 - LOTTO N. 22 Si prega di fornire maggiori dettagli dei prodotti richiesti
- 10) In riferimento alla procedura indicata in oggetto si chiede la possibilità di compilare tanti "allegati E" quanti sono i lotti offerti.
- 11) *In merito all'Allegato G "Dichiarazione sostitutiva conviventi – Informativa antimafia" chiediamo conferma che si possa omettere la presentazione di tale dichiarazione in quanto, come stabilito all'art. 85 del D.Lgs 159/2011 – la presentazione è prevista soltanto in caso di aggiudicazione e per importi superiori a 150.000 €.*
- 12) Relativamente alla procedura di gara in oggetto, sottoponiamo alla Vs attenzione il seguente quesito relativamente all'Allegato G "Dichiarazione sostitutiva conviventi" da Voi predisposto (e richiesto ai sensi quanto previsto al punto 11) dell'art. 3 del Disciplinare di gara).
- In particolare, Vi chiediamo di confermarci che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 83, comma 3 del D.Lgs 159/2011, la documentazione e le informazioni necessarie ai fini del rilascio della comunicazione/informazione antimafia (da parte della Prefettura) possono essere fornite prima dell'eventuale stipula del contratto (o comunque dopo l'eventuale aggiudicazione della procedura).
- A tal proposito, giova sottolineare che secondo il citato art. 83 "Le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici, anche costituiti in stazioni uniche appaltanti, gli enti e le aziende vigilati dallo Stato o da altro ente pubblico e le società o imprese comunque controllate dallo Stato o da altro ente pubblico nonché i concessionari di opere pubbliche, devono acquisire la documentazione antimafia di cui all'articolo 84 prima di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture pubblici .
- 13) Documentazione tecnica:
- E' possibile predisporre la documentazione tecnica suddivisa per lotto, predisponendo nei lotti in cui si chiede più misure di presentare un'unica scheda tecnica evidenziando i codici che si offrono?
- Il Certificato CE o eventuali dichiarazioni posso presentarle una per lotto se è relativa a tutti i codici che offro?
- L'elenco numerato dei documenti da presentare deve essere predisposto per ogni lotto o basta un elenco che racchiuda tutta la documentazione relativa ai lotti presentati?
- Documentazione amministrativa/offerta
- E' possibile avere i moduli in formato word o excel o dobbiamo compilarli a mano? Possiamo usare eventuali nostri moduli?
 - L'Allegato G dichiarazione sostitutiva conviventi è possibile non utilizzarlo, ma allegare le dichiarazioni già in nostro possesso?
- 14) Campionatura: viene indicato che in questa fase di gara non viene richiesta la campionatura per le strumentazioni/apparecchiature da fornire in comodato d'uso.
- Si intende che nei lotti con più voci, tra le quali vi è richiesta la strumentazione/apparecchiatura in comodato d'uso,
- vengano solamente campionate le voci che prevedono dispositivi di consumo?

- o che non venga presentata alcuna campionatura per quel lotto in quanto presente una voce nella quale è richiesta la strumentazione in comodato d'uso?

15) Lotto 48: vengono richiesti caschi per CPAP corredati dei relativi circuiti, si chiede di precisare la composizione dei circuiti e gli eventuali accessori del kit.
Si chiede inoltre di precisare, per i generatori di alto flusso, la fonte di erogazione a cui andranno collegati.

16) In riferimento alla gara in oggetto e in particolare a quanto richiesto nell'offerta economica, nello specchio "Voci di prezzo" riportato nell'Allegato E - "OFFERTA ECONOMICA", Vi chiediamo la possibilità di allegare all'offerta una relazione generica, resa ai sensi dell'articolo 87, comma 2, del D.Lgs. 163/2006, in cui vengano illustrate le giustificazioni relative alle voci di prezzo che concorrono a formare l'importo offerto, senza tuttavia precisarne l'incidenza in percentuale. Questi dati, infatti, come previsto dalla vigente legislatura, dovrebbero essere eventualmente richiesti solo in una fase successiva della gara, nel caso in cui l'offerta dovesse risultare anormalmente bassa.

17) In merito alla campionatura per il Lotto 62 d) e visto il costo dell'apparecchiatura chiediamo se sia possibile presentare il "Manometro" in C/visione anziché in c/campione.

18) La presente per richiedere chiarimenti in merito a Vs. gara ID15PRE001 lotto n.173 e più precisamente in relazione ai quantitativi da Voi esposti, a ns. giudizio non idonei, relativi al fabbisogno presunto.

Considerando il fabbisogno presunto per n. 75 pompe infusionali ed essendo necessari per ogni impianto n. 1 catetere spinale + 1 catetere di collegamento, n. 1 tunnellizzatore, n. 1 Kit per il riempimento e n. 1 kit bolo, siamo gentilmente a richiedere la possibilità di presentare nell'offerta economica un numero congruo degli accessori in relazione al fabbisogno presunto di pompe infusionali.

Unitamente alla suddetta richiesta, precisiamo che la scrivente Azienda commercializza un kit completo per l'impianto di catetere, comprensivo cioè della parte spinale e di collegamento, voci da Voi separate nell'elenco riportato nel Capitolato Speciale.

In ultimo, Vi chiediamo se è possibile inserire una precisazione relativa all'offerta economica nella busta n° 3 (offerta economica).

19) Il capitolato tecnico per i lotti dal 96 al 102 chiede che ogni lume del CVC sia dotato di cappuccio luer lock ermetico e perforabile per pre-riempimento.

Vi chiediamo se questi cappucci perforabili con ago siano in uso presso le Vostre Strutture o se, Vista anche la Direttiva sulla prevenzione di ferite da taglio o da punta, non sia preferibile richiedere un CVC privo di cappucci perforabili, lasciando libera ogni struttura ordinante di utilizzare, se ritenuto necessario, valvole di accesso aggiuntive della tipologia in uso.

RISPOSTE:

- 1) LOTTO 165
Si conferma la descrizione del lotto così come riportata nel Capitolato Speciale. Qualora disponibile a listino, le ditte concorrenti possono offrire per la voce "b" al medesimo prezzo anche il codice per l'eventuale acquisto del dispositivo "bilume".

- 2) Allegato "E"
Si conferma che sono inclusi anche gli oneri della sicurezza da rischio specifico.
Gli oneri della sicurezza per le interferenze sono i rischi derivanti dalle possibili interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte (committente \ appaltatori).

- 3) Si conferma che è possibile procedere come da Voi indicato.

- 4) LOTTO 82
Si conferma la descrizione del lotto 82 e si ricorda nel contempo quanto già previsto in merito dal secondo paragrafo dell'art. 6 delle Norme di partecipazione alla gara: «nel caso in cui la descrizione delle specifiche tecniche indicate si riferisce casualmente, in tutto o in parte, a caratteristiche possedute da prodotti distribuiti da una sola ditta, si deve intendere inserita la clausola "o equivalenti". L'eventuale equivalenza tecnica verrà valutata ai sensi di quanto previsto dall'art. 68 del D.Lgs. 163/2006».

- 5) LOTTO 51
Si conferma la descrizione già indicata. A puro titolo informativo, si rende noto che il dispositivo attualmente in uso presso le Aziende del SSR è il "Performax" distribuito dalla ditta Sidem, prodotto riutilizzabile su pazienti diversi previa disinfezione.

LOTTO 62
Si conferma la composizione del lotto così come riportata nel Capitolato Speciale. Si ricorda nel contempo quanto già previsto in merito dal secondo paragrafo dell'art. 6 delle Norme di partecipazione alla gara: «nel caso in cui la descrizione delle specifiche tecniche indicate si riferisce casualmente, in tutto o in parte, a caratteristiche possedute da prodotti distribuiti da una sola ditta, si deve intendere inserita la clausola "o equivalenti". L'eventuale equivalenza tecnica verrà valutata ai sensi di quanto previsto dall'art. 68 del D.Lgs. 163/2006».

- 6) LOTTO 166
Il lotto in questione sarà valutato secondo quanto previsto dall'art. 82 del D.Lgs. 163/2006, ovvero al prezzo più basso, come si evince da quanto indicato nel Capitolato Speciale a pag. 58

- 7) LOTTO 145
Si conferma la descrizione del lotto così come riportata nel Capitolato Speciale. Il lotto è stato riproposto in quanto i fabbisogni presunti di cui alla gara ID.13PRE023 lotto n. 53 si sono rivelati sottostimati rispetto alle reali esigenze delle Aziende del SSR. La convenienza delle offerte verrà valutata ai sensi di quanto previsto dall'art. 1 delle Norme di partecipazione alla gara.

- 8) LOTTO 73
Si conferma la descrizione e la composizione del lotto 73 così come riportata nel Capitolato Speciale e si ricorda nel contempo quanto già previsto dal secondo paragrafo dell'art. 6 delle Norme di partecipazione alla gara: «nel caso in cui la descrizione delle specifiche tecniche indicate si riferisce casualmente, in tutto o in parte, a caratteristiche possedute da prodotti distribuiti da una sola ditta, si deve intendere inserita la

clausola “o equivalenti”. L’eventuale equivalenza tecnica verrà valutata ai sensi di quanto previsto dall’art. 68 del D.Lgs. 163/2006».

Si conferma che tutte le apparecchiature offerte devono essere nuove di fabbrica.

LOTTO 74/76

I prezzi unitari di riferimento indicati nel Capitolato Speciale sono stati ricavati in seguito ad una ricerca di mercato, agli atti di questa Amministrazione, condotta nel periodo immediatamente antecedente all’indizione della gara. Per quanto sopra, si confermano tutti i prezzi unitari di riferimento (che per i lotti con più voci non costituiscono basi d’asta e sono quindi superabili) con le relative conseguenti basi d’asta complessive per 48 mesi (non superabili) così come riportate nel Capitolato Speciale, ritenute congrue rispetto all’oggetto della prestazione e rispetto ai quantitativi quadriennali indicati.

LOTTO 76

Si precisa che il fabbisogno presunto di apparecchiature necessarie è il seguente: 20pz per l’Azienda Ospedaliero-Universitaria “Ospedali riuniti” di Trieste (AOTS) e 12pz per l’Azienda per l’Assistenza Sanitaria n 5 “Friuli Occidentale” (AAS5), per un totale di 32pz.

9) LOTTO 16

Si conferma la descrizione del lotto così come riportata nel Capitolato Speciale e si evidenzia che in assenza di specifiche indicazioni, le ditte concorrenti possono presentare i prodotti con le caratteristiche ritenute più opportune, purché non in contrasto con la descrizione del lotto indicata nell’allegato al Capitolato Speciale. A puro titolo informativo, si rende noto che il prodotto in uso presso le Aziende del SSR è il codice IN025070 fornito dalla ditta ARIES, con diametro interno 1 mm e diametro esterno 2 mm.

LOTTO 19

Si intende “dispositivo di chiusura/bloccaggio”.

LOTTO 22

Si conferma la descrizione del lotto così come riportata nel Capitolato Speciale e si evidenzia che in assenza di specifiche indicazioni, le ditte concorrenti possono presentare i prodotti con le caratteristiche ritenute più opportune, purché non in contrasto con la descrizione del lotto indicata nell’allegato al Capitolato Speciale.

10) Si conferma che è possibile procedere come da Voi indicato.

11) Allegato “G”

Si conferma quanto indicato all’art. 3 delle Norme di partecipazione alla gara: l’allegato “G”, relativo alla “Dichiarazione sostitutiva conviventi”, **non è tra i documenti essenziali ai fini della partecipazione alla gara**, ma, qualora non venisse allegato ai documenti amministrativi, l’EGAS provvederà a richiederne l’integrazione in seguito alla prima seduta pubblica di gara relativa all’apertura dei documenti di partecipazione. Si precisa che la Dichiarazione di cui all’allegato “G” viene richiesta in questa fase di gara al fine di abbreviare il termine per la conclusione della procedura di affidamento del servizio.

12) Allegato “G”

Si conferma quanto indicato all’art. 3 delle Norme di partecipazione alla gara: l’allegato “G”, relativo alla “Dichiarazione sostitutiva conviventi”, **non è tra i documenti essenziali ai fini della partecipazione alla gara**, ma, qualora non venisse allegato ai documenti amministrativi, l’EGAS provvederà a richiederne l’integrazione in seguito alla prima seduta pubblica di gara relativa all’apertura dei documenti di partecipazione. Si precisa che la Dichiarazione di cui all’allegato “G” viene richiesta in

questa fase di gara al fine di abbreviare il termine per la conclusione della procedura di affidamento del servizio.

13) Documentazione tecnica

- Si conferma che è possibile procedere come da Voi indicato;
- Si conferma che può bastare un elenco che racchiuda tutta la documentazione relativa ai lotti presentati.

Documentazione amministrativa/offerta

- Tutta la documentazione ufficiale di gara è già scaricabile in formato word ed excel dall'Area riservata del sito internet www.csc.sanita.fvg.it nella sezione "Bandi e avvisi di gara in corso".
- Si conferma che, essendo gli Allegati dei "fac-simili", è possibile trasmettere anche con altra modulistica i dati richiesti nei documenti, purché tale modulistica contenga tutte le informazioni in essi richieste.

14) Campionatura

Si conferma quanto già riportato nel Capitolato Speciale:

"In questa fase di gara non viene richiesta la campionatura:

- *per i lotti con prezzo unitario di riferimento pari o superiore ai 200,00 euro;*
- *per le strumentazioni / apparecchiature da fornire in comodato o service."*

Per quanto sopra, nel caso da Voi indicato è richiesta la campionatura delle sole voci che prevedono dispositivi di consumo.

15) LOTTO 48

Si conferma la descrizione del lotto così come riportata nel Capitolato Speciale e si evidenzia che in assenza di specifiche indicazioni, le ditte concorrenti possono presentare i prodotti con le caratteristiche ritenute più opportune, purché non in contrasto con la descrizione del lotto indicata nell'allegato al Capitolato Speciale. A puro titolo informativo, si rende noto che il prodotto in uso presso le Aziende del SSR è il codice CP643X/2, fornito dalla ditta BIOEM.

16) Si conferma che è possibile procedere come da Voi indicato.

17) CAMPIONATURA: si conferma quanto già riportato nel Capitolato Speciale e si rimanda altresì a quanto già previsto dallo stesso, indipendentemente dalla forma di presentazione: *"L'Ente per la gestione accentrata dei servizi condivisi (EGAS) si rende disponibile alla restituzione di tutta la campionatura a spese della ditta al termine del procedimento, qualora la stessa non venga utilizzata nel procedimento di valutazione ed in ogni caso nelle condizioni in cui si troverà al termine della suddetta valutazione"*.

18) LOTTO 173

Le ditte concorrenti devono presentare la propria offerta sulla base dei fabbisogni presunti e della descrizione del lotto riportati nel Capitolato Speciale.

Si ricorda nel contempo quanto già previsto al secondo paragrafo dell'art. 6 delle Norme di partecipazione alla gara: «nel caso in cui la descrizione delle specifiche tecniche indicate si riferisce casualmente, in tutto o in parte, a caratteristiche possedute da prodotti distribuiti da una sola ditta, si deve intendere inserita la clausola "o equivalenti". L'eventuale equivalenza tecnica verrà valutata ai sensi di quanto previsto dall'art. 68 del D.Lgs. 163/2006».

L'offerta economica va redatta ai sensi di quanto previsto dall'art. 4 delle Norme di partecipazione alla gara e in base alle indicazioni presenti nel fac-simile Allegato E.

19) LOTTI DAL 96 AL 102:

Si confermano le descrizioni dei lotti così come riportate nel Capitolato Speciale e si ricorda nel contempo quanto già previsto dal secondo paragrafo dell'art. 6 delle Norme di partecipazione alla gara: «nel caso in cui la descrizione delle specifiche tecniche indicate si riferisse casualmente, in tutto o in parte, a caratteristiche possedute da prodotti distribuiti da una sola ditta, si deve intendere inserita la clausola "o equivalenti". L'eventuale equivalenza tecnica verrà valutata ai sensi di quanto previsto dall'art. 68 del D.Lgs. 163/2006».