

**GARA A PROCEDURA APERTA PER LA STIPULA DI UNA CONVENZIONE PER
L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI “ELETTRODI PER ECG - ID.15PRE005”**

PRECISAZIONE DEL 20.07.2015

DOMANDE:

1) Lotti 5a-5b-6

Secondo i dati in ns. possesso (essendo o essendo stati fornitori in passato) riteniamo che i fabbisogni da Voi indicati relativamente ai consumi della ASS2 Isontina siano stati sottostimati. Di conseguenza anche i totali per tutta la Regione risultano inferiori rispetto ai fabbisogni reali.

Riteniamo quindi che per i suddetti lotti (in base ai consumi medi annui dai dati in ns. possesso) debbano essere i seguenti:

- Lotto 5a: n. 105.000 pezzi per 36 mesi
- Lotto 5b: n. 151.000 pezzi per 36 mesi
- Lotto 6: n. 1.573.000 pezzi per 36 mesi

Pertanto, alla luce di quanto sopra, chiediamo che i quantitativi relativi ai consumi della ASS2 Isontina vengano incrementati e portati ai valori sopraindicati o a valori maggiori e che tale modifica diventi parte integrante della gara.

Lotti 1a – 1b e 2

Si richiede la possibilità di fornire il tamponcino abrasivo a parte, e che tale tamponcino, quindi possa non essere contenuto nella busta degli elettrodi offerti e se sia da considerarsi nella quantità di un solo tamponcino per ogni singola busta.

Si fa notare che la caratteristica del tamponcino abrasivo contenuto nella busta degli elettrodi riconduce ad un solo produttore/fornitore e ciò andrebbe a ledere il principio della massima concorrenza, principio cardine della attuale normativa in tema di appalti pubblici

Lotti 4 e 17

Si richiede la possibilità di fornire il tamponcino abrasivo a parte, e che tale tamponcino, quindi possa non essere contenuto nella busta degli elettrodi offerti e se sia da considerarsi nella quantità di un solo tamponcino per ogni singola busta.

Si richiede, inoltre, se la presenza del tamponcino abrasivo sia da considerarsi come “preferibile”.

Si fa notare che la caratteristica del tamponcino abrasivo come obbligatoria riconduce ad un solo produttore/fornitore e ciò andrebbe a ledere il principio della massima concorrenza, principio cardine della attuale normativa in tema di appalti pubblici

2) In riferimento alla procedura in oggetto si segnala che sul sito dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici, i cig comunicati risultano collegati ad una gara scaduta il 19/06. Come dobbiamo procedere?

3) Allegato G : DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA CONVIVENTI

A causa della mancata reperibilità dei soggetti muniti di potere di rappresentanza, possiamo fare dichiarare al nostro amministratore delegato per conto di tali soggetti i relativi familiari conviventi?

Se sì, possiamo utilizzare lo stesso modello Allegato G modificandolo?

4) E' necessario presentare offerta per tutti i sublotti all'interno del lotto oppure è ammissibile la presentazione anche di una voce soltanto?

- 5) **Lotto 1**
Vengono richiesti i relativi adattatori per connessioni di 4 mm. con innesto a banana.
Si chiede di specificare quale tipo di connessione serva, se femmina/femmina o maschio/maschio o di altro tipi.

Lotto 9

Vengono richiesti adattatori a Coccodrillo e/o a pinza piatta idonei alla connessione in uso.
Si chiede di specificare quale sia la connessione in uso attualmente presso le Vs. Strutture.
Anche in questo caso si richiede di indicarci quale tipo di connessione serva.

RISPOSTE:

- 1) Lotti 5a-5b-6:
Si confermano i fabbisogni indicati nell'Allegato al Capitolato Speciale.
Lotti 1a-1b:
Si conferma che dove è richiesto "preferibilmente" tamponcino abrasivo trattasi di descrizione non imprescindibile.
Lotti 2-4-17:
Nel richiamare la descrizione dei lotti nn. 2, 4 e 17, si ricorda che in assenza di specifiche indicazioni, le ditte concorrenti possono presentare i prodotti con le caratteristiche ritenute più opportune, purché non in contrasto con la descrizione del lotto indicata nell'allegato al Capitolato Speciale.
- 2) Il problema da Voi constatato è stato risolto in data odierna.
- 3) Si conferma che è possibile procedere come da Voi indicato.
- 4) L'aggiudicazione è per singolo lotto pertanto va presentata un'offerta che contempli tutte le voci inserite in gara.
- 5) Lotto 1: In relazione alle apparecchiature in uso, la ditta deve essere in grado di fornire connessioni di entrambe le tipologie.
Lotto 9: In relazione alle apparecchiature in uso, le tipologie di connessione sono femmina/femmina o maschio/maschio.