

GARA A PROCEDURA APERTA PER LA STIPULA DI UNA CONVENZIONE PER
L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA IN FULL SERVICE DI SISTEMI ANALITICI PER
ESAMI DI GENETICA MOLECOLARE ID15REA001

PRECISAZIONE DEL 14.08.2015

DOMANDE:

Con riferimento a quanto in oggetto relativamente al lotto 6 “KIT ONCOEMATOLOGIA” si chiede:

a pag 51 nella descrizione del lotto è indicato:

“VOCE A) Kit per la ricerca quantitativa della mutazione V617F del gene JAK2

con le seguenti caratteristiche, pena esclusione:

- reagenti per amplificazione PCR quantitativa comprendenti oligonucleotidi specifici, sonde marcate, curve standard’

Deve essere offerta Taq polimerasi idonea al kit offerto?

- a pag. 51 nella descrizione del lotto è indicato: “Si richiede strumento real su piastra da 96 con 4 fluorofori (un filtro per ROX).2- l’ estrazione di DNA e di RNA viene eseguita in laboratorio con estrattori automatici o kit manuali;” mentre alla pag. 54 ove sono indicati i test richiesti nella riga relativa alla strumentazione è indicato 0

Deve essere effettivamente offerto uno strumento per l’esecuzione dei test richiesti oppure quanto indicato a pag. 51 trattasi di refuso ?

- Pag. 54 test richiesti

| | | | | | |
|---|------|-----|-------|--|--------------|
| VOCE A) per mutazione V617F del gene JAK2 | test | 300 | 2.880 | | 3.180 |
| VOCE B) per riarrangiamento BCR-ABL p190 | test | | 288 | | 288 |

Si conferma che per test si intende campione testato in duplicato al netto di controlli e calibratori ? e che il numero di test indicati corrispondano alle reali esigenze espresse dai Laboratori interessati.

Quanto sopra, è di particolare importanza in quanto riteniamo che l’importo a base d’asta, anche senza la richiesta di strumentazione non sia congruo rispetto all’oggetto della prestazione e al concreto contenuto delle attività richieste, sulla base delle reali condizioni di mercato.

- pag. 61 relativamente ai parametri di valutazione qualità, punteggi massimi e criteri motivazionali
Presenza di calibratore Internazionale incluso
Presenza di calibratore Internazionale incluso punti 16
assenza di calibratore internazionale incluso punti 0

Si chiede di specificare a cosa è riferita tale richiesta e/o se necessario modificare tale voce per l’attribuzione dei punteggi di valutazione, in quanto la richiesta “presenza di calibratore internazionale incluso” non risulta essere applicabile alla tipologia di test/metodica richiesta .

RISPOSTE:

1) LOTTO N. 6:

- se il kit non è già comprensivo di un master mix completo di Taq polimerasi, la Taq idonea deve essere offerta;
- si conferma che la strumentazione non viene richiesta, come indicato a pag. 54 del Capitolato Speciale;
- si confermano i quantitativi presunti in test e il prezzo a base d'asta già indicati nel Capitolato Speciale; si precisa altresì che il numero di test presunti indicati corrisponde ad un "campione" di circa 1.200 pazienti nel periodo contrattuale;
- il parametro di valutazione qualità "presenza di calibratore internazionale incluso" costituisce un refuso, pertanto viene annullato e sostituito dal seguente:

"Elevata sensibilità standard plasmidici

presenza di curve standard ad elevata sensibilità punti 16

assenza di curve standard ad elevata sensibilità punti 0"