

GARA A PROCEDURA APERTA PER LA STIPULA DI UNA CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA “IN FULL SERVICE DI STRUMENTAZIONE, REAGENTI, MATERIALI DI CONSUMO PER L’EFFETTUAZIONE DI COLORAZIONI ISTOCHIMICHE, COLORAZIONI DI IMMUNOISTOCHIMICA E DI IBRIDIZZAZIONE IN SITU - ID.13REA007”

**PRECISAZIONE DEL 06.02.2015**

**DOMANDE:**

- 1) A Pag.55 del Capitolato Speciale sono elencati 10 Anticorpi Fluoresceinati. E' previsto il loro impiego sulla medesima strumentazione offerta per Immunoistochimica e Ibridazione in Situ?
- 2) A Pag.51 del Capitolato Speciale sono elencati tutti gli anticorpi di maggiore utilizzo presso gli enti aderenti alla presente gara. Per quanto i prodotti Prognostico-Predittivi (es.Her2), si chiede conferma che i suddetti marcatori devono essere validati per lo strumento offerto ed eseguiti on-board.
- 3) In riferimento alla compilazione dell’offerta economica si chiede se in aggiunta all’allegato E debitamente compilato (ma insufficiente a dettagliare l’offerta) vi rendete disponibili ad accettare allegati che rendano maggiormente comprensibili i prodotti offerti.

**RISPOSTE:**

- 1) LOTTO 2: si conferma l’indicazione di cui a pagina 55 in merito agli Anticorpi Fluoresceinati, indipendentemente dal loro impiego sulla tipologia di strumentazione offerta dalle ditte concorrenti.
- 2) LOTTO 2: si conferma quanto già indicato nella documentazione di gara a pag. 50: viene richiesto un “sistema totalmente automatizzato, in grado di eseguire colorazioni di IHC (anche in doppia marcatura) e ISH (anche in doppia marcatura) su campioni istologici e citologici”.
- 3) Si autorizza a procedere come da Voi indicato, in quanto l’allegato E di pag. 22 è un “fac-simile”.