

**GARA A PROCEDURA APERTA PER LA STIPULA DI UNA CONVENZIONE
PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA IN SERVICE DI PROCESSATORI
AUTOMATICI DI CAMPIONI ISTOLOGICI PER CICLI DI ROUTINE
OVERNIGHT E FAST PER UN PERIODO DI 60 MESI. 14REA007**

PRECISAZIONE DEL 23.01.2015

DOMANDE:

- 1) Il CIG dal portale risulta non perfezionato dall'azienda appaltante, potete provvedere in modo da renderlo disponibile al pagamento?
- 2) Di conseguenza al CIG non perfezionato non ci è possibile nemmeno generare il PASSOE.
- 3) Nelle caratteristiche tecniche minime obbligatorie del processatore chiediamo quale è il volume minimo richiesto delle taniche precaricate?
- 4) Nelle caratteristiche tecniche minime obbligatorie del processatore chiediamo cosa intendete per sistema di riconoscimento delle taniche inserite, o sistemi equivalenti che garantiscano il corretto posizionamento dei solventi necessari da parte degli operatori?
- 5) Nelle caratteristiche parametro di valutazione qualità chiediamo se per numero di biocassette processabili oltre minimo richiesto, si intende fino a 300 biocassette ordinate come indicato nelle caratteristiche minime obbligatorie
- 6) E' corretto che lo smaltimento delle taniche venga effettuato da una ditta autorizzata che non sia la ditta aggiudicataria ma una ditta terza? Tale appalto sarà gestito direttamente extra gara tra le parti e quindi non dovrà essere quotato in offerta?
- 7) E' corretto che anche se lo smaltimento verrà gestito da una ditta terza le dichiarazioni richieste nella busta tecnica (rif. 7/8/9) siano presentate dalla ditta che presenta offerta?

RISPOSTE:

- 1) e 2) Per quanto riguarda il perfezionamento del CIG, non si procede prima di 20 gg. rispetto alla scadenza per la presentazione dell'offerta.
- 3) Ai fini della sicurezza abbiamo specificato solo il volume massimo delle taniche.
- 4) Intendiamo sistemi tipo codice a barre, RFID, alcolimetri o qualsiasi altro sistema che consenta di garantire la corretta procedura di inserimento dei solventi nello strumento. Sono esclusi codici colori o similari.
- 5) La valutazione del parametro è in riferimento alle caratteristiche minime obbligatorie.
- 6) Lo smaltimento delle taniche avverrà tramite Ditta già operante presso il CRO e AOSMA e non è pertanto in carico alla Ditta aggiudicataria della presente gara. Il servizio non dovrà essere quotato in offerta.
- 7) La Ditta offerente può limitarsi a fornire i codici CER dei singoli reagenti offerti in gara. Non è richiesta la dichiarazione di cui al punto 8 in quanto sarà cura del CRO e di AOSMA definire i codici CER dei reflui e le procedure di smaltimento.