

GARA A PROCEDURA APERTA PER LA STIPULA DI UNA CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI
“TERRENI DI COLTURA E DIAGNOSTICA MICROBIOLOGICA PER L’AREA VASTA PORDENONESE - ID.15REA006”

PRECISAZIONE DEL 20.07.2015

DOMANDE:

- 1) -LOTTO 2
In merito al requisito obbligatorio n.1, si richiede la fornitura di device con sonde floccate.
A tal proposito siamo a sottolineare che tale dicitura identifica uno specifico prodotto.
Pertanto, si richiede se verranno valutate anche le sonde ad eluizione come idonee, per poter così permettere una più ampia partecipazione alla procedura stessa.
- LOTTO 7
In merito alla quantità dei flaconi annui richiesti riportati in tabella a pagina 56 del capitolato speciale, si richiede conferma del numero di flaconi pediatrici richiesto per anno.
- LOTTO 10
In merito al requisito obbligatorio n.2, si richiede la dotazione di materiali di sicurezza monouso per le risemine da flacone.
A tal proposito siamo a chiederVi di fornirci una descrizione più dettagliata del prodotto, per permetterci di formulare correttamente un’offerta idonea alla Vs richiesta.
- LOTTO 13
In merito al requisito obbligatorio n.8, interfacciamento con il LIS, si richiede se lo stesso possa essere eseguito direttamente o tramite software gestionale della Ditta offerente.

- 2) Si segnala che non è possibile richiedere il PassOE richiesto dalla norme di partecipazione alla gara in quanto sul sito dell'AVCPASS la gara risulta "scaduta" essendo indicata come data di scadenza il 19/06/2015.
- 3) LOTTO 11: ANTISIEMI E DIAGNOSTICI PER PATOGENI INTESTINALI
Si richiede di dettagliare la richiesta relativa al kit completo per sierotipizzazione di: S. typhimurium, S. enteritidis, S. infantis, S. virchow e S. hadar.
Si richiede di dettagliare la richiesta relativa al kit completo per screening 8 sierogruppi di Salmonelle.
- 4) Con la presente si chiede ulteriore precisazione, in merito ai chiarimenti pubblicati il 06/07/15 domanda e risposta N° 2: specificare se 0,00 (Zero) può essere considerato valore numerico.
- 5) Siamo a richiedere di specificare cosa s'intende per "livelli di servizio" richiesti nell'allegato 3 del Capitolato Speciale.

- 6) 1 - L'Allegato E "Offerta Economica", data la colonna VOCE, richiederebbe compilazione da intendersi per SINGOLA VOCE offerta (possibilmente anche più voci) per il lotto di interesse. La compilazione risulterebbe uniforme sino alle colonne degli importi richiamate con le lettere a) b) c) d). Le colonne richiamate con lettera E) e (E*3) richiedono invece Importi complessivi riferiti al LOTTO.

Domanda: Nonostante la difformità degli Importi richiesti è possibile compilare la tabella con la logica SINGOLA VOCE per tutte le colonne, inserendo una RIGA alla fine della compilazione di ogni LOTTO il TOTALE COMPLESSIVO DEL LOTTO? Per mancanza di spazio sarebbe difficile inserire ulteriori colonne per riportare gli Importi richiesti dal richiamo **

****l'importo complessivo per 12 mesi** del lotto offerto E=(“a”+“b”+“c”+“d”) espresso in cifre e in lettere, dovrà essere, pena l'esclusione dalla gara, **uguale o migliore rispetto a quello base palese fissato per ogni lotto.**

OPPURE nelle colonne E) e (E*3) riportare (nonostante il numero delle VOCI offerte all'interno dello stesso lotto) l'Importo complessivo un'unica volta: SOMMA TOTALE DI TUTTE LE VOCI (evidenza immediata del rispetto della base d'asta).

2 - Con riferimento alla richiesta:

Si chiede inoltre di voler indicare all'interno dell'offerta quanto segue, ove pertinente: denominazione dell'apparecchiatura offerta (codice e nome commerciale); codici, descrizione, confezionamenti per i singoli prodotti (reagenti e materiali di consumo), prezzo unitario e prezzo a confezione per ciascun prodotto offerto; costo a test omnicomprensivo.

Domanda: E' possibile, in fondo alla tabella dell'Allegato E, inserire una riga di rimando VEDERE NS. ALLEGATO/OFFERTA A COMPLEMENTO PER TUTTI GLI ULTERIORI DETTAGLI RICHIESTI?

RISPOSTE:

- 1) LOTTO 2: Si conferma la descrizione del lotto, ricordando al contempo che, in base a quanto già previsto dall'art. 6 comma 2 delle Norme di partecipazione alla gara, «nel caso in cui la descrizione delle specifiche tecniche indicate si riferisse casualmente, in tutto o in parte, a caratteristiche possedute da prodotti distribuiti da una sola ditta, si deve intendere inserita la clausola "o equivalenti". L'eventuale equivalenza tecnica verrà valutata ai sensi di quanto previsto dall'art. 68 del D.Lgs. 163/2006».
LOTTO 7: si confermano i quantitativi.
LOTTO 10: in relazione alla richiesta inoltrata, a puro titolo esemplificativo, si esplicita che si richiedono device monouso che consentano di trasferire il sangue dal flacone positivo alle piastre da seminare. Ad esempio, device con un ago protetto all'estremità da inserire nel flacone e un gocciolatore all'altra estremità.
LOTTO 13: la fornitura prevede inderogabilmente la possibilità di interfacciarsi con il LIS; in relazione a tale requisito il Capitolato Speciale di gara richiede la certificazione e/o la dimostrazione da parte della ditta che l'interfacciamento proposto è già stato sperimentato in altri analoghi centri di eccellenza diagnostica.
- 2) Il problema da Voi constatato è stato risolto in data odierna.
- 3) KIT COMPLETO PER SIEROTIPIZZAZIONE:
Si richiede un kit che comprenda antisieri (per agglutinazione su vetrino) che consentano l'identificazione almeno delle 5 Salmonelle citate, le più frequenti nella nostra realtà epidemiologica.
KIT COMPLETO PER SCREENING SIEROGRUPPI:
Si richiede un kit che comprenda antisieri (per agglutinazione su vetrino) che consentano l'identificazione dei principali sierogruppi di Salmonelle: OMA;OMB;OMC;OMD;OME;OMF;OMG;O3 complex.
- 4) Si conferma che 0,00 può essere considerato un valore numerico.
- 5) La ditta dovrà fornire in forma abbreviata le caratteristiche del servizio di assistenza tecnica tenendo conto delle previsioni del Capitolato Speciale di gara.
- 6) 1 - Si conferma che è possibile procedere come da Voi indicato.
2 - Si conferma che è possibile procedere come da Voi indicato.