

**ID 15PRE003.1**  
**GARA A PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART 60 DEL D. LGS. N. 50/2016 PER LA STIPULA DI UNA CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI PRODOTTI PER UROLOGIA**

**Precisazione del 17/10/2016**

**DOMANDA N. 1**

Con riferimento alla procedura in oggetto, si richiede cortesemente il seguente chiarimento:

In riferimento al lotto nr. 72bis:

**SUBLOTTO A:** si richiede di specificare se viene richiesto un set dotato di un sistema di sicurezza antireflusso/valvola di non ritorno oppure no.

**SUBLOTTO B:** Si richiede di specificare se il dispositivo medico in oggetto debba considerarsi riutilizzabile per l'intera seduta giornaliera (one day set) o per singola procedura/singolo paziente.

*RISPOSTA N. 1*

*SUBLOTTO A: Ai sensi di quanto previsto dal Disciplinare di gara (art. 7) "I prodotti offerti dalle ditte concorrenti dovranno avere le caratteristiche prescritte nel Capitolato Speciale".*

*Pertanto, le caratteristiche minime, pena esclusione, sono quelle espressamente indicate nella descrizione del lotto.*

*SUBLOTTO B: viene richiesto un dispositivo monoprocedura.*

**DOMANDA N. 2**

In riferimento all'offerta economica busta n.2 chiediamo se il listino prezzi deve anche essere inserito in cartaceo o è sufficiente salvarlo nel CD.

*RISPOSTA N. 2*

*È sufficiente presentare copia del listino vigente su CD.*