

CONSULTAZIONE CON IL MERCATO PER LA GARA (ID 17APB008) PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI APPARECCHIATURE ENDOSCOPICHE PER INDAGINI DELL’APPARATO RESPIRATORIO E RELATIVI SISTEMI ACCESSORI, IN ACQUISTO O CON LA FORMULA DEL NOLEGGIO E MANUTENZIONE PER GLI ENTI DEL S.S.R. FVG

(rif.: avviso pubblicato in dd. 28/11/2017)

RISPOSTE AI QUESITI/OSSERVAZIONI RICEVUTI DAGLI OPERATORI ECONOMICI IN RIFERIMENTO ALL’ESTRATTO DEL CAPITOLATO

DOMANDA N. 1

LOTTO A - Posizione 1 Videobroncoscopi da intubazione

- Diametro sezione flessibile: valore richiesto ≤ 4 mm
- Campo di visione: valore richiesto $\geq 100^\circ$

Si accetta l’osservazione per un’eventuale modifica del CSA.

DOMANDA N. 2

Punto 2.2. Servizio di manutenzione

- b. riparazioni per usura di qualunque natura inclusa ogni conseguenza derivante dall’impiego di sistemi di alta disinfezione e sterilizzazione a bassa temperatura ($t \leq 55^\circ\text{C}$), quali lavaendoscopi e sterilizzatrici ad acido peracetico, vapori di perossido, gas plasma o vapori di acido peracetico

Si conferma quanto richiesto nel CSA per quel che riguarda la possibilità di disinfezione e sterilizzazione.

- c. riparazioni per danni che si verificassero a causa di qualunque altra natura quali cadute o colpi, tagli di guaine, morsicature, uso di collanti tissutali, uso di Laser, ecc., nelle seguenti quantità minime:
 - 3/anno per il lotto A, lotto B incluse tutte rotture monitori per ASUIUD

Si accoglie l’osservazione per un’eventuale modifica del CSA. Le riparazioni per 3 rotture/anno non sono riferite al singolo strumento fornito.

Si precisa che nell’espressione “lotto B incluse tutte rotture monitori per ASUIUD”, il riferimento ad ASUIUD è un refuso che va eliminato dal testo. Per il lotto B, le riparazioni per guasti accidentali si riferiscono non agli endoscopi, che sono monouso, ma ai monitori cui gli endoscopi si collegano, sempre nel caso che i monitori forniti non siano pure essi monouso.

In generale, per tutti i lotti, le riparazioni per rotture accidentali cui si fa riferimento, devono intendersi esclusivamente nell’ambito dell’utilizzo delle apparecchiature previsto dalla loro destinazione d’uso.

DOMANDA N. 3

Lotto A

Chiediamo:

DI POTER INSERIRE NELLA PARTE DEDICATA AL MATERIALE OPZIONALE, TUTTI GLI ACCESSORI E STRUMENTI DISPONIBILI, PER DARE LA POSSIBILITÀ AI CLINICI DI COMPLETARE LA PIATTAFORMA ANCHE IN UN MOMENTO SUCCESSIVO.

Nei nostri capitolati chiediamo normalmente ai concorrenti di elencare tutti gli accessori compatibili con l'apparecchiatura base, fornendo il relativo prezzo, in noleggio e in acquisto, vincolante per successivi acquisti per tutta la durata contrattuale. Per alcuni di essi, il loro prezzo concorrerà alla determinazione del punteggio relativo al prezzo dell'intera fornitura per il lotto di riferimento. Così intendiamo procedere anche questa gara.

DOMANDA N. 4

Lotto B

POTREBBE RISULTARE CONVENIENTE RIVEDERE I QUANTITATIVI O LA DURATA DELLA FORNITURA.
SI CHIEDE DI PRECISARE:
SE IL QUANTITATIVO STIMATO PARI A 1000 APPARECCHIATURE SIA ANNUO
LA DESTINAZIONE D'USO

Il quantitativo stimato indicato, pari a 1000 apparecchiature, è annuo.

Si accoglie l'osservazione per un'eventuale riduzione del periodo contrattuale per il solo lotto B.

La destinazione d'uso degli strumenti è principalmente l'utilizzo nelle sale operatorie e terapie intensive, ma non si esclude l'impegno di tali apparecchiature anche in altri servizi a fini diagnostici, soprattutto nelle giornate festive.

DOMANDA N. 5

Punto 2.2. Servizio di manutenzione

- b. riparazioni per usura di qualunque natura inclusa ogni conseguenza derivante dall'impiego di sistemi di alta disinfezione e sterilizzazione a bassa temperatura ($t \leq 55^{\circ}\text{C}$), quali lavaendoscopi e sterilizzatrici ad acido peracetico, vapori di perossido, gas plasma o vapori di acido peracetico

Si conferma quanto richiesto nel CSA per quel che riguarda la possibilità di disinfezione e sterilizzazione.

- c. riparazioni per danni che si verificassero a causa di qualunque altra natura quali cadute o colpi, tagli di guaine, morsicature, uso di collanti tissutali, uso di Laser, ecc., nelle seguenti quantità minime:
 - 3/anno per il lotto A, lotto B incluse tutte rotture monitori per ASUIUD

Si accoglie l'osservazione per un'eventuale modifica del CSA. Le riparazioni per 3 rotture/anno non sono riferite al singolo strumento fornito.

Si precisa che nell'espressione "lotto B incluse tutte rotture monitori per ASUIUD", il riferimento ad ASUIUD è un refuso che va eliminato dal testo. Per il lotto B, le riparazioni per guasti accidentali si riferiscono non agli endoscopi, che sono monouso, ma ai monitor cui gli endoscopi si collegano, sempre nel caso che i monitor forniti non siano pure essi monouso.

In generale, per tutti i lotti, le riparazioni per rotture accidentali cui si fa riferimento, devono intendersi esclusivamente nell'ambito dell'utilizzo delle apparecchiature previsto dalla loro destinazione d'uso.

DOMANDA N. 6

La fornitura, dei ricambi, accessori e materiali di consumo dovrà essere assicurata dall'appaltatore.

- CONFERMIAMO L'INCLUSIONE DEI RICAMBI
- CHIEDIAMO LA POSSIBILITA' DI QUOTARE SEPARATAMENTE IL MATERIALE DI CONSUMO E GLI ACCESSORI IN QUANTO TRATTASI DI MATERIALE MONOUSO (VALVOLE ASPIRAZIONE E VALVOLE CANALE OPERATIVO)

Nei nostri capitolati chiediamo normalmente ai concorrenti di elencare tutti gli accessori e materiali di consumo compatibili con l'apparecchiatura base, fornendo il relativo prezzo, in noleggio e in acquisto, vincolante per successivi acquisti per tutta la durata contrattuale. Per alcuni di essi, il loro prezzo concorrerà alla determinazione del punteggio relativo al prezzo dell'intera fornitura per il lotto di riferimento. Così intendiamo procedere anche questa gara.

DOMANDA N. 7

Punto 2.3. Garanzia e Assistenza tecnica (apparecchiature in acquisto)

Garanzia: L'aggiudicatario dovrà assicurare la garanzia per un periodo minimo di 24 mesi a partire dalla data di collaudo.

CONFERMIAMO GARANZIA DI 24 MESI SOLO ED ESCLUSIVAMENTE PER DIFETTI DI FABBRICA

Assistenza Tecnica:

Durante il periodo di garanzia la ditta dovrà assicurare lo stesso livello di copertura e le prestazioni previste dal contratto di manutenzione Full-Risk onnicomprensivo.

CHIEDIAMO DI INDICARE LE CONDIZIONI RICHIESTE IN GARANZIA, DESCRIVENDO IL TIPO DI FULL RISK. PRECISIAMO FIN D'ORA CHE LA GARANZIA DI 24 MESI VIENE RICONOSCIUTA SOLO ED ESCLUSIVAMENTE PER DIFETTI DI FABBRICA.

Per le apparecchiature fornite in acquisto (punto 2.3) durante il periodo di garanzia, oltre alle prerogative della garanzia stessa, dovrà essere fornito un servizio di assistenza Full-risk pari a quello fornito al suo scadere. Tale servizio dovrà comprendere avere le caratteristiche almeno pari a quelle descritte nel CSA e anticipate nell'indagine di mercato.

- CONFERMIAMO L'INCLUSIONE DEI RICAMBI

- CHIEDIAMO LA POSSIBILITA' DI QUOTARE SEPARATAMENTE IL MATERIALE DI CONSUMO E GLI ACCESSORI IN QUANTO TRATTASI DI MATERIALE MONOUSO (VALVOLE ASPIRAZIONE E VALVOLE CANALE OPERATIVO)

Vedi risposta punto precedente