

GARA A PROCEDURA APERTA PER LA STIPULA DI UNA CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI “SISTEMI DI ASPIRAZIONE E DRENAGGIO” ID.16PRE014

PRECISAZIONE DEL 17/02/2017

DOMANDE:

1) **LOTTO 13 VOCE A**

Il prodotto richiesto è un drenaggio in silicone a sezione piatta con scanalature longitudinali esterne oppure interne (drenaggio Jackson Pratt)?

LOTTO 13 VOCE B

Si chiede conferma circa la capacità del serbatoio di raccolta; nella descrizione del lotto è indicato “capacità da 150 ml a 450 ml”:

- si deve offrire un unico modello di soffiutto con capacità compresa tra i valori indicati

oppure

- più modelli aventi capacità differenti (es. 150 ml circa e 450 ml circa)?

LOTTO 14 VOCE A

Si chiede conferma che il prodotto richiesto corrisponde ad un drenaggio in silicone a sezione tonda con scanalature longitudinali.

Si chiede di specificare con precisione cosa si intende per “adattatore” (es. per quali misure)?

LOTTO 14 VOCE B

Si chiede conferma circa la capacità del serbatoio di raccolta; nella descrizione del lotto è indicato “capacità da 150 ml a 450 ml”:

- si deve offrire un unico modello di soffiutto con capacità compresa tra i valori indicati

oppure

- più modelli aventi capacità differenti (es. 150 ml circa e 450 ml circa)?

LOTTO 24 VOCE A E VOCE B

Si chiede di specificare se il prodotto richiesto deve avere o meno l’ago trocar, atteso che il costo e quindi il prezzo varia sensibilmente. Cosa preferisce / richiede EGAS ?

LOTTO 26

Si chiede di confermare se i “raccordi idonei alla connessione al serbatoio di raccolta” richiesti sono uguali agli “adattatori” richiesti nei lotti 24 e 25.

LOTTO 28

Si chiede conferma circa la lunghezza del tratto perforato e la tipologia di perforazione richiesta.

Si tratta di un drenaggio multi perforato oppure di un Redon?

Se viene richiesto il drenaggio Redon si chiede di specificare se esistono preferenze circa il numero di occhielli.

LOTTO 57

Si chiede di precisare le caratteristiche della sacca richiesta (capacità, tipologia di rubinetto, presenza della valvola antireflusso).

LOTTO 64

Si chiedono le seguenti specifiche riguardanti la sacca richiesta:

1. Capacità
2. Tipologia di rubinetto
3. Presenza della valvola antireflusso

Si chiede di descrivere con precisione le caratteristiche dei "connettori di vario tipo" richiesti. Tali connettori devono essere assemblati alla sacca?

Se non devono essere assemblati quanti connettori per sacca si deve offrire?

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Non essendo indicato nulla ai punti III.1.2 e III.1.3 si chiede conferma che non si devono compilare i campi cc e dd dell'allegato A (busta amministrativa).

- 2) Relativamente al lotto 2, si chiede gentilmente di specificare se il contenitore rigido richiesto alla (voce a) debba essere monouso oppure riutilizzabile e compatibile con sacca semirigida da 1,5L (voce b).
- 3) Sono a richiedere se la fideiussione provvisoria può essere ridotta del 50% a seguito di presentazione di copia conforme del certificato EN ISO 13485.
- 4) Chiediamo cortesemente se lo schema per l'offerta Allegato "E", può contenere più lotti oppure deve essere in più copie a seconda dei lotti che vengono offerti.

RISPOSTE:

1) LOTTI N. 13 E N. 14:

Si confermano le caratteristiche tecniche già indicate nell'Allegato al Capitolato Speciale. In caso di dubbi interpretativi e in assenza di specifiche richieste al riguardo, le ditte concorrenti possono offrire i dispositivi con le caratteristiche ritenute più appropriate, purchè non in contrasto con la descrizione del lotto.

Per quanto concerne la "capacità del serbatoio", essendo previsto dal Capitolato Speciale un punteggio qualitativo riferito anche alla "gamma di misure offerte", si evidenzia che nel caso specifico è nell'interesse delle ditte concorrenti offrire al medesimo prezzo "capacità differenti", ove disponibili.

LOTTO 24 VOCE A) E VOCE B) > si conferma quanto già indicato al riguardo nell'Allegato al Capitolato Speciale: "con e senza trocar"; per quanto sopra, vengono richiesti entrambi al medesimo prezzo.

LOTTI N. 26 E N. 28:

Si confermano le caratteristiche tecniche già indicate nell'Allegato al Capitolato Speciale. In caso di dubbi interpretativi e in assenza di specifiche richieste al riguardo, le ditte concorrenti possono offrire i dispositivi con le caratteristiche ritenute più appropriate, purchè non in contrasto con la descrizione del lotto.

LOTTO 57: si confermano le caratteristiche tecniche già indicate nell'Allegato al Capitolato Speciale. In caso di dubbi interpretativi e in assenza di specifiche richieste al riguardo, le ditte concorrenti possono offrire la sacca con le caratteristiche ritenute più appropriate, purchè non in contrasto con la descrizione del lotto. A puro titolo informativo, si precisa che il prodotto attualmente in uso prevede una capacità della sacca di 2000ml, con presenza di valvola antireflusso.

LOTTO 64: si confermano le caratteristiche tecniche della sacca già indicate nell'Allegato al Capitolato Speciale ("capacità 2 litri"). In caso di dubbi interpretativi e in assenza di specifiche richieste al riguardo, le ditte concorrenti possono offrire la sacca e i connettori con le caratteristiche ritenute più appropriate, purchè non in contrasto con la descrizione del lotto.

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA: Si conferma che, come già indicato nel bando di gara nella Sezione III ai punti III.1.2 e III.1.3, non sono previsti i requisiti di capacità economico-finanziaria (art 83 c.1, lett. b) D.lgs 50/2016) e i requisiti di capacità tecnico-professionale (art 83, c.1, lett.c) D.lgs 50/2016).

Posto quanto sopra, non è necessario procedere alla compilazione dei punti bb), cc) e dd) dell'Allegato A.

2) LOTTO 2: si precisa che viene richiesto un contenitore riutilizzabile (voce "a") e che lo stesso deve essere compatibile con la sacca richiesta alla voce "b".

3) Si conferma che risulta possibile procedere come da Voi indicato.

4) Si conferma che è possibile procedere, a scelta, in entrambe le modalità da Voi indicate.