

**GARA A PROCEDURA APERTA PER LA STIPULA DI UNA CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI
“ELETTRODI PER ECG - ID.15PRE005”**

PRECISAZIONE DEL 09.07.2015

DOMANDE:

1) in riferimento alla gara citata a margine, con la presente siamo a richiedere i seguenti chiarimenti:

- a.. lotto 7: chiediamo di rispondere con un elettrodo con un supporto diverso foam e non tnt come specificato in capitolato, la funzionalità dell'elettrodo rimane invariata
- b.. lotto 14: chiediamo di specificare la misura del cavetto
- c.. in generale: dove e' richiesto "preferibilmente" tamponcino abrasivo trattasi di descrizione non imprescindibile e quindi e' possibile partecipare con un elettrodo senza tamponcino???

2) la nostra società dispone dei propri modelli “Dichiarazione sostitutiva familiari conviventi” - redatti su nostra carta intesta in conformità al modulo presente sul sito della Prefettura di Milano - contenenti tutti i dati riportati sul Vostro “fac simile All. G”: E’ per noi possibile presentare in sede di gara i modelli già in nostro possesso?

RISPOSTE:

1)

- a.. lotto 7: si conferma la possibilità di partecipare con un prodotto equivalente, così come previsto dal secondo capoverso dell’art. 6 delle Norme di partecipazione e si ricorda altresì che “L’eventuale equivalenza tecnica verrà valutata ai sensi di quanto previsto dall’art. 68 del D.Lgs. 163/2006.”
- b.. lotto 14: si conferma la descrizione del lotto (“cavetto lungo”); a puro titolo indicativo, si informa che il cavetto in uso è lungo 53cm.
- c.. si conferma che dove e' richiesto "preferibilmente" tamponcino abrasivo trattasi di descrizione non imprescindibile.

2) Si conferma che è possibile procedere come da Voi indicato.