

ID 14APB023
GARA A PROCEDURA APERTA PER LA STIPULA DI UNA CONVENZIONE PER
L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI SISTEMI HPLC

SECONDA PRECISAZIONE DEL 02/02/2015

QUESITO 1	RISPOSTA 1
Con la presente Vi informiamo che nel sistema AVCPASS non è possibile effettuare il pagamento del CIG e non è possibile generare il PASSOE perché il CIG risulta non ancora definito, operazione questa a carico della SA	Il pagamento CIG (e ottenimento passo OE) potrà essere effettuato, con le modalità indicate nell'allegato B delle norme di partecipazione, non prima di 15 giorni del termine ultimo per la ricezione delle offerte indicato dal bando di gara
QUESITO 2	RISPOSTA 2
- Al punto 2 del capitolato speciale, nella voce 1 e nella voce 2, viene richiesto un autocampionatore. Appare anche la voce "modulo di iniezione manuale". Vista l'incongruenza tecnica, si chiede se per questa voce trattasi di un refuso di stampa	Si conferma che trattasi di refuso e che il "modulo di iniezione manuale" per entrambe le voci non dovrà essere interpretato come "requisito minimo".
QUESITO 3	RISPOSTA 3
- A seguito di quanto richiesto nel Vostro capitolato speciale relativamente all'interfacciamento bidirezionale del sw offerto con il LIS/middleware presente in Azienda (Specifiche Tecniche dei Lotti - punto 2) si chiede conferma sulla tipologia di LIS/middleware stesso da Voi considerato. Infatti, non essendo ammessa la formulazione di offerte alternative, al fine di una corretta quotazione e di un relativo contenimento dei costi, si chiede se il LIS in oggetto può essere identificato come il middleware HALIA di Noemalife.	Si conferma che il middleware oggi in uso in azienda è HALIA di Noemalife ma che la soluzione offerta dovrà preferibilmente basarsi su standard, in grado quindi di garantire l'interfacciamento anche in caso di modifica o sostituzione dell'attuale middleware.