

ID 15PRE009

GARA A PROCEDURA APERTA PER LA STIPULA DI UNA
CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO DELLA
FORNITURA DI PRODOTTI PER NEUROLOGIA

2^ PRECISAZIONE DEL 02.09.2015

DOMANDA 1:

Lotto n.50 voce a "Agolettrodo di singola fibra monouso per EMG cannula 35mm attacco assiale"

Il prezzo fissato quale base d’asta (EUR 5,00 cad.) non ci risulta essere assolutamente congruo con i prezzi di mercato dello stesso.

Chiediamo pertanto di controllare l’esattezza del prezzo fissato a base d’asta e di pubblicare l’eventuale rettifica.

RISPOSTA 1:

Si conferma il prezzo a base d’asta.

DOMANDA 2:

Siamo a richiedere il seguente chiarimento relativo alla campionatura da fornire per il lotto n.61: come previsto dall’art. n.5 del capitolato speciale, la campionatura di elettrodi/ago elettrodi richiesta è di n.2 confezioni. A tale riguardo, si chiede se a fine valutazione i pezzi integri campionati saranno restituiti. Inoltre, poiché i codici offerti sono confezioni contenenti 42 pz (un numero cospicuo di pezzi), si richiede, se possiamo campionare n. 2 pezzi appartenenti alla confezione offerta?

RISPOSTA 2:

Per il lotto n. 61 è sufficiente campionare n. 2 pezzi, come già chiarito con precedente precisazione del 20/08/2015.

Per quanto riguarda la campionatura e la sua restituzione al termine del procedimento, si veda quanto previsto all’art. 5 del Capitolato speciale “L’Ente per la gestione accentrata dei servizi condivisi (EGAS) si rende disponibile alla restituzione di tutta la campionatura a spese della ditta al termine del procedimento, qualora la stessa non venga utilizzata nel procedimento di valutazione ed in ogni caso nelle condizioni in cui si troverà al termine della suddetta valutazione”.

DOMANDA 3:**CHIEDE**

Relativamente alle seguenti voci, le delucidazioni seguenti:

10	a	Cuffie precablate per EEG (diverse misure circonferenza cranica coperta: da 30 a 60 cm circa, con intervalli di almeno 4 cm) in tessuto elastico con elettrodi disposti secondo il sistema 10-20 (21 elettrodi cuffia adulto, in numero decrescente in base alla misura per il pediatrico). Elettrodi in argento su supporto in gomma morbida a spessore ribassato. I connettori testina\cuffia devono essere resi disponibili in diverse mappature, secondo gli attacchi delle apparecchiature in uso per EEG e polisomno (voci c, d)
	b	Cuffie precablate per EEG con le medesime caratteristiche della voce A ma con cavi esterni
	c	Cavo di interfaccia cuffia-testina per cuffie preassemblate con vaschetta per connessione diretta EEG
	d	Cavo di interfaccia cuffia-testina per cuffie preassemblate con vaschetta per connessione diretta EEG

Per le voci 10-c e 10-d si prega di specificare il modello-marca dello strumento EEG per il quale deve essere predisposto il cavo.

33		Pasta adesiva e conduttrice
34		Pasta abrasiva per cute per EMG
65		Pasta adesiva e conduttiva con adesività sostitutiva al collodio: la pasta deve poter essere applicata direttamente sulla cute\scalpo garantendo resistenza adeguata e caratteristiche di coesione ed adesività necessarie per monitoraggi a lungo termine.

Si prega di specificare l'unità di misura delle singole voci.

55		Kit ricambio elettrodi a ponte
-----------	--	--------------------------------

Si prega di specificare la composizione del kit, visto che la base d'asta prevista è 0,50€.

Inoltre si chiede di specificare i lotti per cui è richiesta la campionatura e la quantità unitaria (pezzi) dei prodotti da campionare.

RISPOSTA 3:

Lotto n. 10 voci c) e d):

Si confermano le descrizioni delle voci del lotto n. 10. A puro titolo informativo si informa che i prodotti attualmente in uso sono quelli forniti dalla ditta TecnoHealth (cod. CAPCAB2126MCCASMI), come da nostra determina di aggiudicazione n. 649 del 03/07/2013 (lotti nn. 53 e 54).

Lotti nn. 33, 34 e 65: l'unità di misura è riferita al pezzo.

Lotto n. 55: Il kit è costituito da set 100anelli/100dischi in tessuto per ricopertura elettrodi ponte + attrezzo di fissaggio.

Campionatura: Vedere l'art. 5 del Capitolato Speciale e la precisazione pubblicata in data 20/08/2015.