

**ID 13PRE034.2 GARA A PROCEDURA APERTA PER LA STIPULA DI UNA
CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI AUSILI PER
PAZIENTI E MASCHERE PER RADIOTERAPIA**

Precisazione del 11/04/2016

DOMANDA 1:

Qualora alla seduta pubblica sia presente l’Amministratore Unico con poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, certificata da un camerale, può essere eventualmente effettuata durante la seduta pubblica, una miglioria dell’offerta economica?

DOMANDA 2:

In merito alle Vostre precisazioni del 05/04 (in allegato) si rilevano le seguenti ambiguità:

1. Risposta alla domanda 2 – si afferma che le maschere richieste al lotto nr. 24 voci A e B debbano essere compatibili con le basi Civco mod. type-S Uniframe, mentre tale compatibilità nelle specifiche tecniche viene richiesta alle voci C e D.
Da questo scaturisce la seguente domanda: i supporti con i quali le maschere di cui alle voci A,B,C e D devono essere compatibili sono gli stessi? Se così non è, quali sono i supporti relativi alle voci A e B?
2. Risposta alla domanda 4 – le dimensioni delle maschere specificate alle voci A e B identificano un’unica tipologia di prodotto (in contraddizione con la Vostra risposta di cui sopra), mentre le tipologie “testa-collo” e “testa-collo-spalle” ne identificano almeno 2.
Da questo scaturisce la seguente domanda: qual è il nome dei supporti con cui devono essere compatibili le maschere di cui alla voce A e B?

DOMANDA 3:

Con riferimento alla procedura in oggetto, si sottopone il seguente quesito in merito alla Vs. RISPOSTA N°2 nella “Precisazione del 05/04/2016”:

Alla RISPOSTA N°2 si dice: “Visti i fabbisogni presunti segnalati nel Capitolato Speciale, si precisa che le maschere richieste al lotto n. 24, Voci A e B, dovranno essere compatibili con le basi “CIVCO (Sirco) mod. TYPE-S UNIFRAME” in utilizzo presso l’Azienda Ospedaliero Universitaria di Trieste e le seguenti basi sotto riportate, in utilizzo presso l’IRCCS “Centro di riferimento oncologico” di Aviano.”

Nella risposta di cui sopra evinciamo un potenziale rifiuto. Le basi TYPE-S ed UNIFRAME sono due distinti modelli di basi di aggancio e, quindi, utilizzano due distinti modelli di maschere Civco. Queste basi sono certamente entrambe in uso presso l’Azienda Ospedaliera di Trieste; le foto delle basi relative all’IRCCS “Centro di riferimento oncologico” di Aviano, invece, si riferiscono esclusivamente a delle basi Type S. Pertanto si richiede un chiarimento in merito alla modalità di presentazione dell’offerta, la quale, per poter soddisfare le esigenze di entrambi i presidi, dovrebbe indicare due diversi prodotti.

RISPOSTA A DOMANDA 1:

Si conferma che, come già riportato all'art. 5 delle Norme di Partecipazione, nella seduta pubblica per l'apertura delle offerte economiche, *“nel caso in cui nell'ambito del medesimo lotto si venisse a determinare una parità tra due o più offerte, si procederà seduta stante come segue:*

- se presenti, i procuratori delle ditte che hanno presentato offerte uguali saranno invitati a procedere immediatamente alla gara di migliorìa; in caso di ulteriore parità si provvederà all'individuazione mediante sorteggio;*
- se nessuno dei procuratori delle ditte dovesse risultare presente, si procederà subito mediante sorteggio.”*

Solamente nel caso sopra riportato, si conferma che l'Amministratore Unico con poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, certificata da un camerale, può eventualmente effettuare una migliorìa dell'offerta economica.

RISPOSTA A DOMANDA 2 E A DOMANDA 3:

Per il lotto n. 24, visti i fabbisogni presunti segnalati nel Capitolato Speciale, ad integrazione di quanto già indicato e precisato in precedenza, si riassumono e si specificano di seguito le compatibilità richieste per i dispositivi oggetto di gara:

Voce “a”, **fabbisogni presunti indicati da AOOTS e CRO Aviano:** i dispositivi offerti dalle ditte concorrenti devono essere compatibili con le basi “CIVCO REF MT20100CF” in uso presso l'Azienda Ospedaliera Universitaria di Trieste e con le basi in uso presso il CRO Aviano, riportate nelle foto di cui alla “precisazione del 05/04/2016”.

Voce “b”, **fabbisogni presunti indicati da CRO Aviano:** i dispositivi offerti dalle ditte concorrenti devono essere compatibili con le basi in uso presso il CRO Aviano, riportate nelle foto di cui alla “precisazione del 05/04/2016”.

Voce “c”, **fabbisogni presunti indicati da AOUD:** i dispositivi offerti dalle ditte concorrenti devono essere compatibili “con sistema Type S attualmente in uso presso la Soc di Radioterapia AOUD”, così come già indicato nel Capitolato Speciale di gara.

Voce “d”, **fabbisogni presunti indicati da AOUD:** i dispositivi offerti dalle ditte concorrenti devono essere compatibili “con sistema Type S attualmente in uso presso la Soc di Radioterapia AOUD”, così come già indicato nel Capitolato Speciale di gara.

Per quanto concerne le dimensioni, si conferma, infine, quanto già indicato con la precisazione del 05/04/2016, risposta alla domanda 4: le dimensioni riportate nella descrizione del lotto n. 24, voci “a” e “b”, sono soltanto indicative e non sono richieste “pena esclusione”, pertanto la dicitura non è in alcun modo vincolante.

In caso di ulteriori dubbi interpretativi e/o al fine di ottemperare alle richieste del Capitolato Speciale di gara così come sopra precisate, le ditte concorrenti possono offrire per ogni voce anche più dimensioni e/o diversi codici prodotto, purchè al medesimo prezzo.