

GARA A PROCEDURA APERTA PER LA STIPULA DI UNA CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA IN SERVICE DI SISTEMI DIAGNOSTICI PER ESECUZIONE DI ESAMI PER LA RICERCA DI SANGUE OCCULTO NELLE FECI - ID.15REA014

PRECISAZIONE DEL 16/09/2016

DOMANDE:

Chiarimento 1

Punto 1 dei Parametri di valutazione qualità - sensibilità analitica

Trattandosi di un test che riconosce il valore soglia di positività intorno ai 50 ng/ml (100 ng/ml per lo screening) chiediamo che sia valutata anche la sensibilità diagnostica del test

Chiarimento 2

Punto 8 dei Parametri di valutazione qualità - sistema di prelievo

Visto che per lo screening e per parte della routine la fase pre analitica viene gestita direttamente dal cittadino/paziente presso la sua abitazione e visto anche l’accentramento in atto nella vostra Regione della fase analitica dello screening in un unico Laboratorio di Riferimento, si intende per “tempo massimo di stabilità dopo la raccolta” il tempo di conservazione del campione a temperatura ambiente?

Chiarimento 3

MATERIALE DA PRESENTARE:

Punto “eventuale partecipazione a VEQ nazionali e relativa documentazione”

Vi preghiamo di chiarire come verrà valutata questa documentazione dalla commissione tecnica.

RISPOSTE:

Chiarimento 1: si confermano i parametri di valutazione “qualità” e i criteri motivazionali già indicati nel Capitolato Speciale con i rispettivi sub-punteggi, che verranno attribuiti dalla Commissione Giudicatrice in seguito alla comparazione delle offerte tecniche presentate in gara dalle ditte concorrenti.

Chiarimento 2: si conferma che con l’espressione “tempo massimo di stabilità dopo la raccolta” si intende il “tempo massimo di stabilità dopo la raccolta a temperatura ambiente”.

Chiarimento 3: come si evince da quanto indicato nel Capitolato Speciale di gara, si conferma che la documentazione in argomento rientra tra quelle da inserire all’interno della busta contenente la “documentazione tecnico qualitativa” e che la stessa non è direttamente associata ad alcun “parametro di valutazione qualità”.