

**GARA A PROCEDURA APERTA PER LA STIPULA DI UNA CONVENZIONE PER  
L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA IN SERVICE DI UN SISTEMA DIAGNOSTICO  
PER LA DETERMINAZIONE DELLA PRESENZA DEI GENOTIPI DI HPV AD ALTO  
RISCHIO CON FORNITURA DEL MATERIALE DEDICATO - ID.16REA010**

**PRECISAZIONE DEL 22/09/2016**

**DOMANDE:**

- 1) Nel Capitolato speciale, tra le specifiche tecniche del lotto 1, viene richiesto ai punti 1 e 2 la stabilità vials per la raccolta campioni e la durata della conservazione del campione dal prelievo.  
Domanda: Le vials per la raccolta e la conservazione del campione fanno parte della fornitura da offrire?
- 2) Nel Capitolato speciale, tra le specifiche tecniche del lotto 1, viene richiesta un'apparecchiatura.  
Domanda: Con l'apparecchiatura viene richiesto anche un termociclatore per l'amplificazione del campione?
- 3) poichè ci risulta che le Anatomie Patologiche di Udine e Trieste siano già attrezzate con la strumentazione "Real Time PCR" per eseguire i test richiesti, si chiede se una nostra offerta che prevede un solo strumento per A.A.S. n. 5 "Friuli Occidentale " Pordenone può essere da Voi accettata.
- 4) Relativamente alle specifiche tecniche; Caratteristiche minime pena l'esclusione segnalate in capitolato, si chiede se una stabilità delle VIALS per la raccolta dei campioni di 12 mesi può essere da Voi accettata; anche perchè la richiesta di 30 mesi è ben oltre il termine della durata della gara (24 mesi) e ciò non riusciamo a comprenderlo.
- 5) Patto d'integrità  
Potete confermarci che il numero di determina dirigenziale per l'indizione della gara da indicare nel documento è la no. 381 del 25/072016?
- 6) Disciplinare di gara art. 2 / Capitolato speciale Documentazione tecnica-qualitativa  
Chiediamo di confermare che l'elenco numerato dovrà elencare per ogni punto dell'ordine dei documenti richiesti, il nome / descrizione del documento allegato, per esempio "scheda tecnica cat. no. XYZ" e che detto documento dovrà riportare sulla prima pagina la scritta Pagina 1 di XXX pagine, in altre parole, che ogni documento allegato, tranne i depliant, avrà una propria numerazione di pagine.  
Chiediamo inoltre se è possibile raccogliere la documentazione in fascicoli che verranno numerati progressivamente (fasc. 1 / 2 /3 ecc.)
- 7) Disciplinare di gara / art. 3 - documenti di partecipazione punto 1 dichiarazione sostitutiva  
Potete confermarci che i dati da inserire al punto dd - requisiti di idoneità professionale (art. 83, c.1, lett.a) sono di dati di iscrizione dalla C.C.I.A.A. e che non sono necessarie ulteriori informazioni?

- 8) Stabilità vials per raccolta campioni: durata di conservazione del vial integro non inferiore a 30 mesi a T ambiente compresa tra 15° e 30° C. Ci teniamo a precisare che:
- \* non esiste a nostra conoscenza un sistema di raccolta dei campioni con una shelf life di 30 mesi a temperatura ambiente
  - \* il mezzo di raccolta attualmente utilizzato (XXX) ha una stabilità del vial integro di 3 mesi a temperatura ambiente
  - \* YYY è in grado di proporre un sistema di raccolta con shelf life del vial integro di 12 mesi e tale stabilità si ritiene adeguata alla durata della fornitura e alla numerosità dei campioni da trattare ed è la massima presente sul mercato.
- Si richiede pertanto di modificare il capitolato relativamente alla richiesta \*numero 1)
- \*Stabilità vials per raccolta campioni SPECIFICHE TECNICHE, lotto 1 coerentemente con quanto sopra descritto.
- 9) Art. 6 procedura di individuazione della migliore offerta: Ci potete confermare che per "procura" si intende anche delega redatta da "Legale Rappresentante" dotato dei dovuti poteri?

## **RISPOSTE:**

- 1) Si conferma che le vials per la raccolta e la conservazione del campione fanno parte della fornitura da offrire.
- 2) No, l'apparecchiatura richiesta non prevede il termociclatore. *Si chiede ad ogni modo alle ditte concorrenti, se disponibili e a puro titolo opzionale, di quotare a parte in calce all'offerta economica anche il costo del termociclatore in termini di canoni di noleggio e assistenza tecnica; di tale eventuale indicazione non si terrà conto ai fini del computo complessivo dell'offerta economica presentata.*
- 3) No, una offerta che prevede un solo strumento per A.A.S. n. 5 "Friuli Occidentale" Pordenone non può essere accettata: si confermano i fabbisogni già indicati nel Capitolato Speciale di gara.
- 4) Si conferma che l'indicazione "non inferiore a 30 mesi" va intesa quale mero errore di trascrizione e si precisa che la richiesta corretta, in relazione alla durata della gara (24 mesi), è la seguente: *"durata di conservazione del vial integro preferibilmente 24 mesi e almeno 12 mesi a T ambiente compresa tra 15° e 30° C".*
- 5) Si conferma che è corretto procedere come da Voi indicato.
- 6) Si conferma che è corretto procedere come da Voi indicato.
- 7) Si conferma che non è necessario procedere alla compilazione del punto dd) dell'Allegato A, in quanto, come già indicato nel bando di gara nella Sezione III ai punti III.1.2 e III.1.3 non sono previsti i requisiti di capacità economico-finanziaria (art 83 c.1, lett. b) D.lgs 50/2016) e i requisiti di capacità tecnico-professionale (art 83, c.1, lett.c) D.lgs 50/2016).
- 8) A seguito di verifica, quanto da Voi affermato non risulta in linea con le informazioni assunte dall'EGAS. Si rimanda ad ogni modo a quanto già indicato sopra nella risposta n. 4)
- 9) Si conferma che è corretto procedere come da Voi indicato.