

**GARA A PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D. LGS. N. 50/2016 PER LA STIPULA DI UNA
CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA IN SERVICE DI UN SISTEMA DIAGNOSTICO PER ESECUZIONE
DELL'ESAME VES (VELOCITA' DI ERITROSEDIMENTAZIONE) ID.15REA013**

PRECISAZIONE DEL 21/09/2016

DOMANDE:

1) in relazione alla gara in oggetto e alle specifiche tecniche del capitolato speciale, siamo a richiedere chiarimento sulla seguente caratteristica essenziale pena esclusione della gara:

- **“Collegamento bidirezionale con LIS”**

Si tratta di un refuso oppure avete intenzione di sapere se gli strumenti offerti possono essere interfacciabili ma il costo del collegamento è a carico del Vs. rispettabile Ente? Inoltre il collegamento dev'essere previsto per tutti gli strumenti presunti da offrire?

RISPOSTE:

1) Si conferma quanto già richiesto nel Capitolato Speciale di gara e si precisa che il costo del collegamento non sarà a carico della ditta aggiudicataria.