

GARA A PROCEDURA APERTA PER LA STIPULA DI UNA CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO DELLA
FORNITURA DI “SUTURATRICI MECCANICHE - ID.13PRE013.2”

PRECISAZIONE DEL 15.01.2015

DOMANDE:

- 1) Stante la descrizione del lotto 2, notiamo che l'aggettivo "basculante" relativo alla testina in acciaio della suturatrice circolare descritta impedisce di fatto la partecipazione a tale procedimento a ogni azienda produttrice al mondo, fuorché XX e XX.
Chiediamo, in ordine anche alle esigenze economiche evidenziate con il criterio di attribuzione dei punteggi, di poter considerare non vincolante l'aggettivo "basculante".
- 2) LOTTO N. 8: si chiede di precisare se le suturatrici descritte sono destinate a chirurgia laparoscopica o chirurgia “open”.
- 3) Con la presente si richiede di specificare, in merito al lotto 20, KIT RIMOZIONE PUNTI SUTURA:
 - GARZE in cotone idrofilo: E' richiesto un numero minimo?
 - PINZA in plastica forma anatomica: si chiede di precisare eventuali specifiche.
 - COLTELLINO leva punti con lama arrotondata, manico lungo: si chiede di specificare la misura richiesta e il materiale; eventualmente con un'immagine di riferimento.

RISPOSTE:

- 1) Si conferma la descrizione del lotto n. 2 così come indicata nel Capitolato Speciale di gara, in quanto un prodotto con testina “non basculante” è già stato aggiudicato in precedenza nella procedura di gara ID.13PRE013 – con contratto attualmente in vigore – e pertanto l’esigenza specifica ora è appunto quella di acquisire anche un prodotto con testina “basculante”.
Si ricorda nel contempo che, in base a quanto già previsto dall’art. 6 comma 2 delle Norme di partecipazione alla gara, *«nel caso in cui la descrizione delle specifiche tecniche indicate si riferisce casualmente, in tutto o in parte, a caratteristiche possedute da prodotti distribuiti da una sola ditta, si deve intendere inserita la clausola “o equivalenti”. L’eventuale equivalenza tecnica verrà valutata ai sensi di quanto previsto dall’art. 68 del D.Lgs. 163/2006»*.

- 2) LOTTO N. 8: le suturatrici descritte sono destinate a chirurgia “open”.

- 3) Si conferma la descrizione del lotto n. 20 così come indicata nel Capitolato Speciale di gara e si precisa, a titolo puramente informativo, che il prodotto attualmente in uso presso le Aziende del SSR presenta le seguenti caratteristiche:
 - 3 garze in cotone idrofilo, 8 pieghe, cm 5x5;
 - pinza in plastica forma anatomica in polipropilene, 12,5 cm;
 - coltellino in acciaio inossidabile.

SI SPECIFICA INOLTRE QUANTO SEGUE:

Si comunica che è in corso un processo di riordino dell’assetto istituzionale e organizzativo del Servizio Sanitario Regionale del Friuli Venezia Giulia. Con Legge Regionale 16 ottobre 2014, n. 17 è istituito l’ENTE PER LA GESTIONE ACCENTRATA DEI SERVIZI CONDIVISI (EGAS), a decorrere dall’1 gennaio 2015. Le funzioni svolte dall’Azienda ospedaliero-universitaria “Santa Maria della Misericordia” di Udine tramite il Dipartimento Servizi Condivisi sono trasferite all’Ente per la gestione accentrata dei servizi condivisi, che subentra nella titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi, ivi compresi i rapporti di lavoro, in continuità e neutralità con le funzioni precedentemente svolte.

Per quanto sopra, tutte le diciture “DIPARTIMENTO SERVIZI CONDIVISI (DSC)” presenti nella documentazione di gara vengono sostituite dalla dicitura “ENTE PER LA GESTIONE ACCENTRATA DEI SERVIZI CONDIVISI (EGAS)”.