

ID 15PRE016
**GARA A PROCEDURA APERTA PER LA STIPULA DI UNA CONVENZIONE
PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALI DI CONSUMO
PER LA CURA DELLE VARICI DEGLI ARTI INFERIORI E SERVICE
ATTREZZATURE**

Precisazione del 08/04/2016

DOMANDA 1

In riferimento alla procedura in oggetto, lotto 3, voce B (descrizioni tecniche dei cateteri), siamo a segnalarVi che la richiesta di avere il controllo di attivazione e disattivazione con un comando posto sul manipolo del catetere va ad individuare una sola azienda produttrice, mentre la maggior parte dei sistemi hanno il comando a pedale e/o sul frontale del generatore.

Si richiede pertanto che questa caratteristica non sia preclusiva. Infine sempre nel lotto 3, voce b2, per quanto concerne il catetere da 7fr con elettrodo attivo da 3 cm, indicando la sola lunghezza totale di 60cm, si individuerrebbe una sola azienda. Vi chiediamo di indicare una misura di 50cm con una tolleranza di +/- 20%.

RISPOSTA 1

Si conferma la descrizione del lotto n. 3, ricordando nel contempo che, al fine di garantire il principio di libera concorrenza di cui all’art. 2 del D.Lgs. 163/2006, in base a quanto già previsto dal secondo paragrafo dell’art. 6 delle Norme di partecipazione alla gara, «nel caso in cui la descrizione delle specifiche tecniche indicate si riferisse casualmente, in tutto o in parte, a caratteristiche possedute da prodotti distribuiti da una sola ditta, si deve intendere inserita la clausola “o equivalenti”. L’eventuale equivalenza tecnica verrà valutata ai sensi di quanto previsto dall’art. 68 del D.Lgs. 163/2006».

Quanto sopra indicato era già stato peraltro messo in evidenza con la “precisazione del 30/03/2016”, riferita al lotto n. 1.