

**GARA A PROCEDURA APERTA PER LA STIPULA DI UNA CONVENZIONE PER
L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI "VITRECTOMIA E
FACOEMULSIFICAZIONE: SERVICE DI APPARECCHIATURE E MATERIALI DI
CONSUMO" ID.15PRE014**

PRECISAZIONE DEL 20/09/2016

DOMANDE:

1) Nel modulo dell'offerta economica ALLEGATO E quando inseriamo il codice delle apparecchiature che verranno fornite in service alla "voce % di sconto" rispetto a listino indichiamo che non applicabile in quanto si tratta di apparecchiatura in service?

2) Relativamente alla richiesta di offerta senza prezzi si chiede di confermare che questa vada inserita sia nella busta amministrativa (come da Disciplinare, art.3 punto 10) sia nella busta tecnica (come da Capitolato Speciale, DOCUMENTAZIONE TECNICO QUALITATIVA, punto A.5).

Diversamente chiediamo di specificare in quale busta vada inserita.

Relativamente alle apparecchiature da fornire di cui, per esempio, al lotto 3, voce C ovvero "Apparecchiature per facoemulsificazione e vitrectomia anteriore, complete di carrello dedicato e ciascuna dotata di n. 10 manipoli U/S." si chiede di specificare se gli strumenti di back up/Muletti debbano essere forniti con il medesimo allestimento delle apparecchiature "principali" ovvero con Manipoli faco/ chiavette/ I-A e diatermia,ecc.

3) **Lotto 1 - Voce A**
La voce richiede a pena di esclusione la presenza del set scambio fluido/gas; trattandosi di un dispositivo che identifica il pack fornito da un unico operatore economico presente sul mercato, si richiede che la disponibilità di tale dispositivo non venga considerato criterio di esclusione e che la stessa venga riconsiderata nei parametri di valutazione qualità dello strumento;

Lotto 2
Nelle modalità di attribuzione dei punteggi, voce "pompa di aspirazione", viene richiesta la presenza di un filtro antiparticolato integrato nella linea di aspirazione. Tale caratteristica è unica ed esclusiva di un unico operatore economico presente sul mercato. Si richiede pertanto di rivedere i criteri di attribuzione punteggio in merito a tale voce;

Lotto 2 - Voce B
Viene da voi richiesto, a pena di esclusione, la presenza della punta ad ultrasuoni monouso 1.8mm all'interno del kit. Richiediamo se la punta e la sleeve possono essere fornite separatamente rispetto al confezionamento del pack purchè il costo complessivo rimanga invariato (come nel Lotto 3 voce A).

Con riferimento alla vostra richiesta dei requisiti di ordine speciale, in particolare la richiesta del fatturato globale negli ultimi 3 esercizi (2013-2014-2015) con riferimento all'allegato XVII (del D.lgs 50/2016), Parte I, lettera C, trovandoci noi in questa situazione (la ditta è stata costituita a fine settembre 2014), possiamo ritenere per voi sufficiente l'invio da parte nostra di una dichiarazione?

RISPOSTE:

- 1) Si conferma che è possibile procedere come da Voi indicato.
- 2) Si conferma che l'offerta economica senza prezzi dovrà essere inserita sia nella busta amministrativa sia nella busta tecnica.
Si conferma che gli strumenti di back up/muletti non devono essere forniti con il medesimo allestimento delle apparecchiature "principali", così come già indicato nella "prima precisazione del 08/09/2016".
- 3) LOTTO 1 VOCE A) si confermano le caratteristiche del lotto già indicate nel Capitolato Speciale, anche in considerazione del fatto che non risulta che tale tipologia di dispositivo identifichi un solo operatore economico presente sul mercato. Si ricorda ad ogni modo a tal proposito che le ditte concorrenti hanno la possibilità di presentare offerte cosiddette "equivalenti", ai sensi di quanto già previsto in merito dal secondo capoverso dell'art. 7 del Disciplinare di gara e dall'art. 68 del D.Lgs. 50/2016.

LOTTO 2: si confermano le modalità di attribuzione dei punteggi già indicate nel Capitolato Speciale, anche in considerazione del fatto che – nel caso specifico – l'eventuale assenza della caratteristica tecnica in argomento non preclude in alcun modo alle ditte concorrenti la possibilità di partecipare alla gara, essendo soltanto oggetto di valutazione qualitativa.

LOTTO 2 VOCE B): per quanto concerne la composizione del pack, si confermano le caratteristiche del lotto già indicate nel Capitolato Speciale. Si ricorda ad ogni modo a tal proposito che le ditte concorrenti hanno la possibilità di presentare offerte cosiddette "equivalenti", ai sensi di quanto già previsto in merito dal secondo capoverso dell'art. 7 del Disciplinare di gara e dall'art. 68 del D.Lgs. 50/2016.

Si evidenzia che, come già indicato nel bando di gara nella Sezione III al punto III.1.2, non sono previsti i requisiti di capacità economico-finanziaria.