

**ID15APB010**

Procedura aperta per la stipula di una convenzione per l'affidamento della fornitura di acceleratori lineari per le aziende del SSR FVG  
RISPOSTA AI QUESITI

**TERZA PRECISAZIONE DEL 23/09/2016**

Quesito n.1	Risposta n.1
<p>Con riferimento alla procedura in oggetto e nello specifico al documento "ALLEGATO B- Patto d'integrità" art. 3 - OBBLIGHI DEGLI OPERATORI ECONOMICI NEI CONFRONTI DELLA STAZIONE APPALTANTE punto a) in cui si cita "si obbliga a non ricorrere ad alcuna mediazione o altra opera di terzi finalizzata all'aggiudicazione e/o gestione contratto", si chiede cortesemente di precisare che quanto specificato si riferisca esclusivamente a soggetti terzi che possano potenzialmente influenzare/facilitare (illegittimamente) il procedimento e/o l'aggiudicazione e non anche ad agenti di commercio che svolgono supporto tecnico commerciale.</p>	<p>visto l'art. 1742 del C.C. ai sensi del quale l'agente assume stabilmente l'incarico di promuovere la conclusione di contratti a favore di una ditta a fronte di una retribuzione, le prescrizioni contenute nell'articolo del Patto di Integrità non interessano tali figure e pertanto non possono essere configurati quali "terzi".</p>
<p>Quesito n.2</p> <p>Avremmo la necessità, in vista dei sopralluoghi già fissati con i singoli responsabili i giorni 15 e 16 settembre, di sapere se agli stessi è ammessa la presenza di più soggetti opportunamente delegati. La necessità è data dal fatto che durante i sopralluoghi debbano essere presenti tutte le figure professionali necessarie alla valutazione dell'appalto sia per la parte edile ed impiantistica che per la parte configurazione macchina e architettura sistemi.</p>	<p>Risposta n.2</p> <p>Ci si attiene a quanto previsto all'art. 7 del lotto n.1 del CSA , nulla osta alla presenza di ulteriori figure professionali</p>
<p>Quesito n.3</p> <p>Con riferimento procedura di gara in oggetto, e al colloquio telefonico odierno, come da accordi siamo a proporvi la data del .... ore .... per il sopralluogo di gara. Come già precedentemente accennato, richiediamo la presenza di tutte le figure professionali necessarie alla valutazione dell'appalto sia per la parte edile impiantistica ed arredi che per la parte di configurazione della fornitura. In occasione dello stesso come da Cap. 2 del Capitolato Speciale, ci aspettiamo altresì che venga consegnata alla scrivente la seguente</p>	<p>Risposta n.3</p> <p>CRO: in sede di sopralluogo verrà consegnata documentazione come previsto dal CSA, CD con planimetrie dwg e schemi elettrici, e verranno fornite le indicazioni sulla configurazione del sistema informatico ARIA ed ECLIPSE come richiesto nel CSA art. 2; la documentazione tecnica verrà pubblicata sul sito EGAS ad integrazione della parte informatica.</p>

<p>documentazione <u>indispensabile per la formulazione dell'offerta</u>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la configurazione e l'architettura del Sistema Informatico di Radioterapia Varian Aria versione 13;</li> <li>- l'architettura del sistema in dettaglio per il Sistema di pianificazione per Radioterapia Varian Eclipse versione 13;</li> <li>- l'architettura del sistema in dettaglio per il Sistema di pianificazione per Radioterapia Oncentra Masterplan;</li> <li>- l'architettura del sistema in dettaglio per il Sistema di pianificazione Tomotherapy.</li> </ul> <p>In particolare si richiede lo stesso livello di dettaglio esaustivo adottato per il LOTTO 2</p>	
<p>Quesito n.5</p>	<p>Risposta n.5</p>
<p><u>LOTTO 1</u></p> <p><u>CRO 1</u> Si chiede cortesemente, nel rispetto di quanto indicato nel Capitolato a pagina 13 di ricevere gli elaborati grafici, in particolare modo quelli strutturali (planimetrico e sezioni), possibilmente già in versione CAD, così da permettere l'immediato inizio della progettazione richiesta unitamente alla verifica protezionistica a cura dell'Esperto Qualificato del Concorrente.</p> <p><u>CRO 2</u> Si chiede di effettuare l'attività del Collaudo Amministrativo subito dopo il termine del periodo di Accettazione dell'intera fornitura, programmando in questo modo il periodo di formazione, in accordo con la S.A., solo successivamente all'attività di caratterizzazione del Linac (attività di competenza della Fisica Sanitaria della S.A. e non quantificabile dalla Scrivente all'interno del Cronoprogramma richiesto), lasciando quindi l'attività di training alla vigilia della resa clinica della fornitura, con ovvi vantaggi per il personale operante.</p> <p><u>CRO 3</u> Si chiede conferma che nell'Analisi dei costi il Concorrente non debba valutare nessun'altra figura professionale, oltre al citato Coordinatore della Sicurezza in Fase di Progettazione ed Esecuzione considerandoLe tutte di nomina e costi a cura della Stazione Appaltante.</p>	<p><u>LOTTO 1</u></p> <p><u>CRO 1:</u> In sede di sopralluogo si consegna come previsto da CSA un CD contenete elaborati grafici delle strutture edilizie ed impianti in versione CAD. Art7 del CSA: "...In fase di sopralluogo verranno consegnati gli elaborati grafici delle strutture edilizie ed impianti (piante dei locali, sezioni, distribuzioni impiantistiche e quadri elettrici) dell'esistente fabbricato interessato dall'intervento riprodotti su supporto magnetico per la predisposizione dell'offerta e la definizione delle opere da realizzare....."</p> <p><u>CRO 2</u> Come previsto dal CSA e dal disciplinare di gara si precisa che il collaudo sarà effettuato alla fine di tutte le attività finalizzate alla verifica della congruità di tutto quanto richiesto per l'intera fornitura. Formazione e attività di commissioning potranno proseguire anche dopo la fase di collaudo, fermo restando tutto quanto previsto in sede di CSA e disciplinare relativamente agli aspetti di difetti emergenti post collaudo, garanzia, fatturazione...</p> <p><u>CRO 3</u> Si conferma quanto previsto dal CSA e dal disciplinare di gara</p>

<p><u>CRO 4</u> Si chiede conferma che oltre alle sole predisposizioni impiantistiche sia a carico dell'Aggiudicatario anche il completamento dell'impianto con il successivo interfacciamento alla distribuzione esistente invece della sola realizzazione delle vie cavi lasciando, come da prassi, la realizzazione impiantistica alla ditta terza che opera già all'interno della struttura per conto della S.A.</p> <p><u>LOTTO 2</u> <u>ASUIUD 1</u> Si chiede cortesemente, nel rispetto di quanto indicato nel Capitolato a pagina 51 di ricevere gli elaborati grafici, in particolare modo quelli strutturali (planimetrico e sezioni), possibilmente già in versione CAD, così da permettere l'immediato inizio della progettazione richiesta unitamente alla verifica protezionistica a cura dell'Esperto Qualificato del Concorrente.</p> <p><u>ASUIUD 2</u> Si chiede di effettuare l'attività del Collaudo Amministrativo subito dopo il termine del periodo di Accettazione dell'intera fonitura, programmando in questo modo il periodo di formazione, in accordo con la S.A., solo successivamente all'attività di caratterizzazione del Linac (attività di competenza della Fisica Sanitaria della S.A. e non quantificabile dalla Scrivente all'interno del Cronoprogramma richiesto), lasciando quindi l'attività di training alla vigilia della resa clinica della fornitura, con ovvi vantaggi per il personale operante.</p>	<p><u>CRO 4</u> Si conferma quanto richiesto nel CSA e dal disciplinare di gara</p> <p><u>LOTTO 2</u> <u>ASUIUD 1</u> Si conferma che verranno consegnati in sede di sopralluogo</p> <p><u>ASUIUD 2</u> Vedere risposta CRO</p>
<p>Quesito n.6</p>	<p>Risposta n.6</p>
<p>Con riferimento alla gara in oggetto con la presente sottoponiamo alla Vs cortese attenzione la seguente richiesta di chiarimenti: in relazione ai requisiti minimi di cui al disciplinare di gara art. 7 "requisiti tecnici e requisiti di capacità tecnica- punto 3- possesso dei requisiti minimi in relazione alla prestazione dei servizi di ingegneria e architettura", si chiede conferma che tali requisiti possano essere posseduti in capo al professionista esterno che sarà indicato come responsabile del coordinamento e dell'integrazione tra le prestazioni specialistiche, ai sensi dell'art. 24 comma 5 del D.LGS. n. 50/2016, senza</p>	<p>Il concorrente potrà</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) individuare <u>uno o più professionisti, elencandoli</u> in offerta, incaricati ad eseguire le prestazioni professionali, presentando in sede di offerta tutto quanto richiesto dai documenti di gara;</li> <li>2) associarsi in raggruppamento temporaneo <u>con i professionisti, studi associati, società di professionisti o società di ingegneria ...</u> presentando in sede di offerta, unitamente agli altri documenti, l'intenzione di costituire un RTI.</li> </ol>

necessità che lo stesso faccia parte dell'ATI costituenda	
Quesito n.7	Risposta n.7
<p>Con riferimento alla gara in oggetto per la quale è prevista la consegna dei plichi entro le ore 12.00 del 17-10-2016, chiediamo che il termine ultimo per la presentazione delle offerte venga prorogato di almeno 15 giorni. Questa ns richiesta è motivata dalla complessità della gara stessa con particolare riferimento alla parte edile ed impiantistica che richiede una accurata serie di indagini.</p> <p>Nella speranza che la nostra richiesta venga accolta e di poter così presentare un progetto dettagliato ed esauriente, restiamo in attesa di un</p>	<p>Non sussistono motivazioni per prorogare i termini (per la presentazione delle offerte sono stati concessi 75 giorni dalla data di pubblicazione del bando GUCE)</p>
Precisazione:	
<p>In riferimento alla documentazione pubblicata, causa refusi si modificano le seguenti parti del CSA:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>lotto 2, a pag 32 primo riquadro in alto, l'ultimo requisito: <i>"accuratezza dell'isocentro non superiore a 0,5 mm (raggio della sfera)"</i> deve intendersi corretto come segue: <i>"accuratezza dell'isocentro non superiore a 0,7 mm (raggio della sfera)"</i></li> <li>lotto 2, a pag 39 secondo riquadro in alto, il requisito: <i>"la fornitura deve prevedere la funzionale integrazione delle .... 4DiTC e stazioni di IGRT ..., <b>WS rpm (gating) a corredo del linac iX1</b> con il sistema OIS proposto .... garantita la suddetta integrazione con l'OIS"</i> deve intendersi corretto come segue: <i>"la fornitura deve prevedere la funzionale <u>interazione</u> delle .... 4DiTC e stazioni di IGRT ..., <b>WS rpm (gating) a corredo del linac iX1</b> con il sistema OIS proposto .... garantita la suddetta <u>interazione</u> con l'OIS"</i></li> <li>lotto 2, a pag 45 nel capitolo 3. Forniture e Servizi aggiuntivi, l'ultimo punto riguardante il "Ritiro e smaltimento ...." deve considerarsi un refuso in quanto ASUIUD non presenta tale necessità</li> </ol>	

Quesito n.8	Risposta n.8
<p>Il sistema PHILIPS TumorLoc, in dotazione alla ASUIUD dal 2009, come indicato nel CAPITOLATO SPECIALE a pag. 27, può essere aggiornato ed espanso a TPS di ultima generazione in grado di soddisfare totalmente i requisiti indicati e che consente, inoltre, la completa effettiva integrazione con il Simulatore CT Brilliance Big Bore (anche quest'ultimo in dotazione alla ASUIUD dal 2009) a vantaggio dell'intero workflow clinico.</p> <p>Chiediamo pertanto conferma che la motivazione per cui tale sistema PHILIPS TumorLoc non venga citato nella apposita sezione "A. MODULI e/o FUNZIONI e/o DOTAZIONI BASE, RICHIESTI PENA L'ESCLUSIONE" di pag. 41 del CAPITOLATO SPECIALE sia da attribuirsi ad una semplice svista e che, quindi, l'eventuale proposta di aggiornamento ed espansione di tale sistema PHILIPS TumorLoc alla soluzione TPS di marca PHILIPS venga positivamente valutata</p>	<p>Nella sezione "A. MODULI e/o FUNZIONI e/o DOTAZIONI BASE, RICHIESTI PENA L'ESCLUSIONE" di pag. 41 non viene fatto riferimento ad alcun prodotto specifico (se non nel citare quelli già in uso) lasciando libertà al concorrente di proporre le soluzioni che ritiene più confacenti alle esigenze funzionali ed operative, viceversa, ripetutamente indicate nel Capitolato. Il livello di rispondenza delle soluzioni proposte a tali esigenze, oltre al peso della ricaduta delle stesse sull'attività, saranno oggetto di valutazione.</p>

Quesito n.9	Risposta n.9
<p>Con riferimento alla procedura di gara in oggetto si rende noto che la documentazione tecnica ad integrazione della parte informatica riferita al Lotto 1 e richiesta più volte formalmente dalla scrivente, è stata pubblicata sul sito EGAS in data 20/9/16.</p> <p>Tale documentazione risulta tuttora insufficiente e <b>non ci consente</b> di poter formulare un'offerta economica conforme, in quanto ad oggi mancano degli elementi fondamentali per poter procedere con l'analisi della realtà attuale e la successiva formulazione di una proposta tecnico-economica <u>adeguata alla richiesta del capitolato</u>, elementi che saranno oggetto di una prossima richiesta di chiarimenti.</p> <p>Per questo motivo siamo a chiedere che il termine ultimo per la presentazione delle offerte, previsto per le ore 12.00 del 17/10/2016 venga prorogato di almeno 20 giorni.</p> <p>Ringraziandovi anticipatamente per un vostro cortese riscontro porgiamo distinti saluti</p>	<p>I termini per la presentazione delle offerte, vengono prorogati al giorno <b>31/10/2016 ore 12.00</b>. Seguirà comunicazione formale sul sito EGAS e sulla Gazzetta ufficiale nei prossimi giorni. <u>Rimane comunque invariato il termine per la richiesta dei chiarimenti fissato per il giorno 07/10/2016</u></p>
<p><b>LOTTO 2 (ASUIUD) - ULTERIORI ELEMENTI DI CHIARIMENTO E PRECISAZIONE RISPETTO AL CAPITOLATO DI GARA</b></p>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Al capitolo 2 (<i>"Contesto attuale di inserimento della fornitura oggetto della presente"</i>) delle SPECIFICHE TECNICHE e più precisamente nella sezione riguardante il <i>"Sistema Informativo di Radioterapia e Treatment Planning System"</i> si rettifica parzialmente l'informazione riguardante la versione di sistema operativo presente sulle WS, precisamente: per le 3 WS dedicate al "4DiTC" e per l'unica WS dedicata al "RPM", la versione di sistema operativo presente deve considerarsi Windows7, <u>non</u> Windows XP.</li> <li>2. Con riferimento alle opere impiantistiche (elettriche) propedeutiche all'installazione delle macchine si precisa che il quadro (armadio) elettrico di bunker dovrà essere posizionato nello spogliatoio presente sulla destra della porta di accesso al bunker</li> <li>3. Ad integrazione delle opere architettoniche ed al fine di consentire l'accesso al corridoio-bunker - da parte dei pazienti destinati al trattamento sull'acceleratore oggetto di gara - in un punto più prospiciente l'acceleratore stesso (per ragioni di privacy e semplificazione dei flussi), è richiesta la realizzazione di un varco (con porta) nella parete (in cartongesso) di separazione fra il corridoio dei bunker e l'area attesa pazienti, in corrispondenza del piccolo locale (attualmente destinato ad archivio) in fondo al corridoio dell'area attesa-pazienti.</li> </ol>	