

**GARA A PROCEDURA APERTA PER LA STIPULA DI UNA  
CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI  
“AGHI E SIRINGHE” ID.14PRE025.1 CUC FVG**

**PRECISAZIONE DEL 09/02/2017**

**DOMANDE:**

- 1) Relativamente al lotto n. 17 “Siringa senza ago cono luer”, le chiedo gentilmente di indicare la tipologia del cono (se nel caso luer lock).
- 2) Lotto 9: in merito alle caratteristiche richieste si chiede di confermare se la prolunga sia da considerare MONOVIA.

**RISPOSTE:**

- 1) LOTTO 17: si conferma quanto già indicato in merito nell’Allegato al Capitolato Speciale: *“cono luer”*.
- 2) LOTTO 9: si conferma quanto già indicato in merito nel Capitolato Speciale: *“Il set per infusione con alette comprende un ago non coring precollegato ad un set di prolunga con raccordo luer lock, dotato di morsetto con sito di iniezione ad y”*.