

**GARA A PROCEDURA APERTA PER LA STIPULA DI UNA CONVENZIONE PER
L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI “MATERIALE PER ANESTESIA E
RIANIMAZIONE ID.15PRE001”**

PRECISAZIONE DEL 27.10.2015

DOMANDE:

- 1) Con riferimento alla procedura in oggetto, in merito al lotto nr. 82 rileviamo che le basi d'asta si discostano notevolmente dai prezzi medi di mercato; si chiede pertanto di voler riconsiderare i valori legati al lotto sopra indicato al fine di consentire l'accesso al procedimento di gara.
- 2) Allegato E – Offerta economica: Nel Vs. modello Allegato E Offerta economica Chiedete “...**l’importo complessivo del lotto determinato dalla somma dei prodotti tra le quantità in gara ed il prezzo unitario offerto per ciascun lotto/voce del lotto; tale prezzo, espresso in cifre e in lettere, dovrà essere, pena l’esclusione dalla gara, uguale o migliore rispetto a quello base palese fissato per ciascun lotto, di cui al file excel “Allegato al Capitolato Speciale”; nel caso in cui il prezzo indicato in cifre sia difforme da quello espresso in lettere sarà considerato valido il prezzo espresso in lettere;”. In caso quindi di partecipazione a lotti per i quali sono previste “Voci di lotto”, chiedo conferma che sia corretto, sufficiente ed accettato indicare solamente il totale per ogni singola voce a cui si partecipa è che non è necessario indicare un ulteriore totale generale risultante dalla somma degli importi complessivi delle singole voci facenti parte del lotto.
- 3) **LOTTO 128 :**
DOMANDA : Si chiede cortesemente di voler precisare se con la dicitura "con ridotto spazio morto utilizzabile anche con circuiti a basso flusso per pazienti adulti, pediatrici e neonatali" si debba intendere un unico filtro o tre tipi diversi e si sia dunque possibile offrire più codici prodotto.
- 4) **CHIARIMENTO 1:**
In merito al **Lotto 23**, per permettere la partecipazione a un maggior numero di aziende concorrenti, si richiede di modificare la dicitura "catetere in poliuretano" in "catetere in poliuretano o materiale diversi" compatibili con l'applicazione citata, come ad esempio poliammide, da voi indicato per il lotto 24.

CHIARIMENTO 2:
In merito al **Lotto 29**, si chiede se è possibile offrire un catetere in materiale diverso da quello indicato, per consentire la partecipazione ad un maggior numero di aziende.

CHIARIMENTO 3
In merito ai **Lotti 35 e 36** si chiede, per garantire la partecipazione a più aziende concorrenti, la possibilità di offrire punte dell'ago spinale diverse da quella che sono state indicate.

CHIARIMENTO 4:
In merito al **Lotto 166**, si richiede se possibile offrire un sistema di fissaggio equivalente ma non invasivo.

5) In riferimento alla Vs. Procedura aperta sopraindicata, di seguito iniamo la seguente richiesta di chiarimenti:

- Al lotto 54 – voce A (maschera laringea monouso – modello con canale per accesso gastrico) viene indicato un prezzo a base d’asta pari ad Euro 8,50 che riteniamo essere non corretto in quanto troppo basso e non in linea con il prezzo attuale di mercato in Italia che si aggira intorno ai 13/14 Euro. Peraltro nel lotto 57 (Maschera laringea monouso con cuffia non gonfiabile con conformazione anatomica della faringe precostituita) e quindi con caratteristiche, similari la base d’asta da Voi indicata indicata è di Euro 14,00.

Vi preghiamo di voler riconsiderare la base d’asta indicata nel lotto 54 – voce A.

6) Lotto 11: al riferimento a) viene richiesta una lunghezza indicativa di 7 cm (fuori standard). Poiché la quantità richiesta di pz 8500 per l’intera gara è decisamente sproporzionata (pari all’1% sul totale lotto con rif. b e c) chiediamo per poter partecipare se possibile:

- 1 – offrire lunghezza da 13,5 cm
- 2 – offrire solo riferimenti b e c, senza essere esclusi
- 3 – togliere il riferimento a) dal lotto e valutarlo a parte.

7) Nei lotti 12, 13, 14 e 15 viene richiesto il sistema di supporto per la rampa. Come deve essere fornito? Deve essere fornito in relazione alla percentuale di prodotti venduti? Se sì, in che percentuale?

8) Lotto 138:

Rubinetto con attacchi a cono per alimentazione, lavaggio e aspirazione materiale gastrico, confezionato in busta singola sterile.

Presumiamo che il rubinetto debba essere collegato al sondino naso-gastrico o al PEG, nessuno dei quali è sterile. Per tanto chiediamo che vengano ammesse in gara anche rubinetti clinicamente puliti, ma non sterili. La richiesta di un dispositivo sterile limita il numero di aziende che possono partecipare alla gara; trattandosi di un dispositivo non-invasivo che deve essere collegato a un dispositivo non-sterile, la sterilità del rubinetto può non essere indispensabile.

Lotto 147:

a) SACCA MONOUSO SPREMISANGUE : premisacca monouso, da 1000cc con pompetta di gonfiaggio manuale e manometro indicatore della pressione tarato fino a 300 mmHg

b) SACCA PLURIUSO SPREMISANGUE : premisacca pluriuso, da 1000cc conpompetta di gonfiaggio manuale e manometro indicatore della pressione tarato fino a 300 mmHg

Il raggruppamento di premisacca monouso e pluriuso nello stesso lotto limita il numero di aziende che possono partecipare alla gara. Per tanto chiediamo che il lotto 147 venga diviso in due lotti separati, permettendo a un maggior numero di aziende di partecipare.

9) “Allegato G : DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA CONVIVENTI”

A causa della mancata reperibilità dei soggetti muniti di potere di rappresentanza e indicati dal Dlgs a rendere tale dichiarazione, possiamo fare dichiarare al nostro amministratore delegato per conto di tali soggetti i relativi familiari conviventi?

Se sì, si chiede conferma sulla possibilità di usare lo stesso modello Allegato G modificandolo e adattandolo a tale esigenza.

10)Relativamente ai lotti nn. 78 e 83 si chiede se occorre presentare le apparecchiature in visione.

RISPOSTE:

- 1) LOTTO 82: si conferma la base d'asta complessiva per 48 mesi riportata nel Capitolato Speciale.
- 2) Allegato E - Offerta economica: in caso di partecipazione a lotti per i quali sono previste più voci, è necessario indicare anche il "totale generale" risultante dalla somma degli importi complessivi delle singole voci facenti parte del lotto.
- 3) LOTTO 128: si precisa che è possibile offrire più codici prodotto al medesimo prezzo.
- 4) LOTTI 23, 29, 35, 36 e 166
Si conferma la descrizione dei lotti nn. 23, 29, 35, 36 e 166 e si ricorda nel contempo che, in base a quanto già previsto dal secondo paragrafo dell'art. 6 delle Norme di partecipazione alla gara: «nel caso in cui la descrizione delle specifiche tecniche indicate si riferisse casualmente, in tutto o in parte, a caratteristiche possedute da prodotti distribuiti da una sola ditta, si deve intendere inserita la clausola "o equivalenti". L'eventuale equivalenza tecnica verrà valutata ai sensi di quanto previsto dall'art. 68 del D.Lgs. 163/2006».
- 5) LOTTO 54: si conferma la base d'asta complessiva per 48 mesi riportata nel Capitolato Speciale.
- 6) LOTTO 11
Visto il valore esiguo della voce "a" (pari allo 0,84% del lotto n. 11), per il solo lotto n. 11, al fine di favorire la massima partecipazione possibile da parte degli operatori economici presenti sul mercato, si autorizza a presentare offerta anche solo per le sole voci "b" e "c". Ai fini della comparazione delle offerte per l'individuazione del valore complessivo del lotto n. 11, per la voce "a" eventualmente non offerta, l'EGAS - nel corso della II seduta pubblica di apertura delle offerte economiche - provvederà ad imputare il valore dato dal prodotto delle quantità in gara per il prezzo unitario di riferimento indicato. Tale valore verrà sommato all'importo complessivo offerto dalla ditta per le voci "b" e "c".
- 7) LOTTI 12, 13, 14, 15: il sistema di supporto va offerto in fase di gara con le modalità previste dal Capitolato Speciale.
- 8) LOTTO 138: si conferma la descrizione del lotto e si rimanda a quanto già previsto dal secondo paragrafo dell'art. 6 delle Norme di partecipazione alla gara.

LOTTO 147: si conferma la composizione del lotto come già indicata nel Capitolato Speciale.
- 9) Si conferma che è possibile procedere come da Voi richiesto.
- 10) Si conferma quanto già riportato nel Capitolato Speciale:
"In questa fase di gara non viene richiesta la campionatura:
 - *per i lotti con prezzo unitario di riferimento pari o superiore ai 200,00 euro;*
 - *per le strumentazioni / apparecchiature da fornire in comodato o service."*