

**GARA A PROCEDURA APERTA PER LA STIPULA DI UNA CONVENZIONE  
PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA IN FULL SERVICE DI  
STRUMENTAZIONE, REAGENTI E MATERIALI DI CONSUMO PER  
CITOFUORIMETRIA - ID.16REA002**

**PRECISAZIONE DEL 16/05/2017**

**DOMANDE:**

1) In relazione al LOTTO 4 ASUI-UD La scrivente impresa rileva la misura assolutamente incongrua dei prezzi posti a base di gara, che si rivela penalizzante ai fini della formulazione di un’offerta seria e effettivamente remunerativa per i concorrenti; con conseguente rischio altresì per l’Ente, che potrebbe ricevere offerte non adeguate al corretto espletamento delle prestazioni dedotte in contratto. Nel caso di specie, infatti, i prezzi indicati nella lex specialis sono molto al di sotto degli standard di mercato, anche in comparazione con analoghe procedure di gara e con le basi d’asta preventivate per gli altri lotti della medesima procedura di gara: la formulazione di un’offerta con tali importi implica necessariamente la sostanziale rinuncia, da parte dell’offerente, a qualsivoglia margine di utile nella commessa, con il rischio peraltro di un’esecuzione negligente della stessa.

Alla luce di quanto detto e a tutela del principio di massima concorrenza, Vi chiediamo di rivedere (rialzandolo) l’importo a base d’asta in relazione al numero dei test richiesti e della strumentazione correlata al fine di consentire la partecipazione della scrivente alla procedura.

2) In riferimento alla risposta n.1 da Voi pubblicata in data 4/05/2017 alla richiesta n.1 per il lotto n.2 relativa al TCR variant Beta, si chiede gentilmente di confermare se la sola necessità del laboratorio è quella di valutare il TCR AlfaBeta e/o GammaDelta.

3) Si chiede la possibilità, presentando adeguata autocertificazione, di poter far firmare offerta tecnica ed economica ad un Procuratore.

**RISPOSTE:**

- 1) LOTTO 4: si conferma il prezzo complessivo a base d’asta già indicato nel Capitolato Speciale di gara.
- 2) LOTTO 2: la necessità del laboratorio è di avere a disposizione anticorpi monoclonali specifici per le catene del TCR (alfa o beta o gamma o delta) ai fini della valutazione della clonalità surrogata dei linfociti T.
- 3) Si conferma che è possibile procedere come da Voi indicato, purchè il Procuratore sia dotato di adeguati poteri in tal senso.