

**GARA A PROCEDURA APERTA PER LA STIPULA DI UNA  
CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI  
“STENT, AGHI E ALTRO MATERIALE E PER EMODINAMICA”  
ID.16PRE017 CUC FVG**

**PRECISAZIONE DEL 09/02/2017**

**DOMANDE:**

- 1) In riferimento all'oggetto, siamo a richiedere se, i Certificati CE/ISO e gli eventuali STUDI CLINICI, possono essere forniti solo su supporto CD\_ROM (se necessario firmati digitalmente).
  
- 2) Si segnala che i CIG non risultano ancora perfezionati sul sito dell'ANAC.
  
- 3) LOTTO 27:  
Vi informiamo che attualmente il reparto di cardiologia, di recente si è dotato di un Contropulsatore **XXXXXXXXXX** a fibre ottiche pertanto Vi chiediamo se possiamo partecipare al lotto 27 con cateteri a fibre ottiche **XXXXXXXXXX**.  
Vi informiamo che tale prodotto può essere abbinato solamente alla propria apparecchiatura e pertanto non utilizzabile nel Contropulsatore Datascope a fibre ottiche.
  
- 4) In riferimento alla gara in oggetto – ID 16PRE017 CUC – si richiede il seguente chiarimento:  
Allegato A – Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà  
Si chiede conferma che i punti bb) requisiti di capacità economico-finanziaria, cc) requisiti di capacità tecnico-professionale e dd) requisiti di idoneità professionale, riportati a pagina 17 del suddetto Fac-simile Allegato A non devono essere compilati, in quanto non previsti dal bando.  
Inoltre, qualora fosse richiesta la compilazione del punto bb) requisiti di capacità economico-finanziaria, si chiede gentilmente di precisare se con “ultimi 3 esercizi finanziari” si intende il triennio 2014/2015/2016, in quanto il Fac-simile Allegato riporta il “fatturato globale d’impresa realizzato maturato negli ultimi 3 esercizi finanziari”, facendo però riferimento agli anni 2013/2014/2015.
  
- 5) Ho appena provato a inserire il CIG da voi indicato per il lotto n 81 nel portale dedicato alla generazione del PassOE ma mi risulta inesistente o non ancora definito: è possibile questa seconda opzione?



- 6) Con la presente Vi chiedo di specificare che le quantità presunte da indicare nell'allegato E sono da intendersi ai 36 mesi.
- 7) Il DGUE è da presentare? Confermate che non sono richiesti requisiti particolari di capacità economica e finanziaria e Professionale e tecnica?
- 8) Si chiede cortesemente di perfezionare il CIG presso ANAC in quanto non risulta al momento disponibile al pagamento.

## **RISPOSTE:**

- 1) Si conferma che è possibile presentare eventuali studi clinici e certificati CE/ISO su supporto informatico (CD), allegando in tal caso alla documentazione tecnica presentata un elenco cartaceo sintetico della documentazione prodotta e specificando in maniera chiara e inequivocabile che la stessa è reperibile sul CD.
- 2) I CIG ad oggi risultano perfezionati.
- 3) LOTTO N. 27: si conferma la descrizione del lotto già indicata nell'Allegato al Capitolato Speciale di gara.
- 4) Si conferma che, come già indicato nel bando di gara nella Sezione III al punto III.1.3, non sono previsti i requisiti di idoneità professionale (art 83, c.1, lett.a) D.lgs 50/2016).  
Posto quanto sopra, non è necessario procedere alla compilazione dei punti bb), cc) e dd) dell'Allegato A.
- 5) I CIG ad oggi risultano perfezionati.
- 6) Si conferma che con la dicitura "Quantità presunte EGAS" si intendono i "Fabbisogni TOTALI presunti in pezzi per 36 mesi" riportati nell'Allegato al Capitolato Speciale.
- 7) Si conferma che il DGUE non va presentato.  
Si conferma che, come già indicato nel bando di gara nella Sezione III al punto III.1.3, non sono previsti requisiti particolari di capacità economica e finanziaria e professionale e tecnica.
- 8) I CIG ad oggi risultano perfezionati.