

Gara per la fornitura di filtri per la filtrazione dell' acqua per i reparti con pazienti a rischio per un periodo di 36 mesi. ID14ECO015

NUOVI FABBISOGNI PRESUNTI PER 36 MESI IN PEZZI DISTINTI PER AZIENDA DEL S.S.R.

TERZA PRECISAZIONE DEL 30/01/2015

LOTTO 1 FILTRI DI UTILIZZO DEL FILTRO - 7 GIORNI -

LOTTO N. 1	DESCRIZIONE	CARATTERISTICA	Fabb. Ass2	Fabb. Ass3	Fabb. Aoud	Fabb. Cro	Totale fabbisogni		
Voce a	FILTRO LAVANDINO/ BIDET	DURATA DEI FILTRI 7 GIORNI	0	0	1000	0	1000		

LOTTO 2 FILTRI DI UTILIZZO DEL FILTRO - 30 GIORNI -

LOTTO N. 1	DESCRIZIONE	CARATTERISTICA	Fabb. Ass2	Fabb. Ass3	Fabb. Aoud	Fabb. Cro	Totale fabbisogni		
Voce a	FILTRO LAVANDINO/ BIDET	DURATA DEI FILTRI 30 GIORNI	0	156	0	1152	1308		
Voce b	FILTRO DOCCE		36	888	150	144	1218		
Voce c	FILTRO PER RUBINETTI AD ALTO FLUSSO		324	324	0	0	648		

PREZZI A BASE D'ASTA, CAUZIONI PROVVISORIE E CIG:

Nelle tabelle di seguito riportate vengono indicate, per ogni lotto, le seguenti informazioni: prezzi a base d'asta, cauzioni provvisorie, codici CIG e importo da versare per la contribuzione dovuta all'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici.

Lotto	Importo totale del lotto a base d'asta (<u>non superabile pena esclusione</u>)	Importo totale del lotto + 20% estensione + proroga 6 mesi	Cauzione provvisoria da versare	CODICE CIG	IMPORTO DA VERSARE
1	€ 17.500,00	€ 23.916,67	Non prevista	6055364473	Non dovuto
2	€ 222.180,00	€ 327.562,67	€ 4.443,60	6055365546	€ 35,00

Nb: In riferimento alle richieste di chiarimento pervenute sulla conformità dei filtri alla normativa DM, si informa che le Direzioni Sanitarie delle Aziende del SSR - a seguito di verifiche da parte dei competenti uffici aziendali sulla destinazione d'uso dei filtri richiesti - hanno indicato che i prodotti di cui si è segnalato fabbisogno devono rientrare necessariamente nella definizione di dispositivo medico, in quanto destinati ad aree ove l'acqua trattata viene impiegata per la pulizia e detersione di dispositivi medici e/o per la disinfezione e sterilizzazione di dispositivi medici o in ambito della prevenzione primaria in aree ad alto rischio.

Vengono invece stralciati i fabbisogni segnalati nelle colonne ASS4 e AOUTS, poiché tali Aziende hanno segnalato che i filtri, per la destinazione d'uso, non sono da considerarsi dispositivi medici. Per tali fabbisogni verrà avviata separata procedura di gara.

Alla luce delle modifiche sopra riportate viene rettificato il Capitolato come sopra indicato e vengono riaperti i termini per la presentazione delle offerte:

modifiche al Bando:

II.2) Quantitativo o entità dell'appalto:

€ 239.680,00 + € 87.882,67 per opzioni contrattuali)

IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e la documentazione complementare

Data 13/02/2015 ore 12:00

IV.3.4) Termine per la ricezione delle offerte

Data 24/02/2015 ore 12:00

IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte

Data 27/02/2015 ore 9.30