

ID14ECO020

GARA A PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART 60 DEL D. LGS. N. 50/2016 PER LA STIPULA DI UNA CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI SET PROCEDURALI E MATERIALE IN TNT STERILE PER SALA OPERATORIA OCCORRENTI ALLE AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO DELLA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

RISPOSTE AI QUESITI

Quesito n.1-2-3-4-5 e seguenti	Risposte n.1-2-3-4-5 e seguenti
	Di prossima pubblicazione
Quesito n.6	Risposta n.6
<p>In riferimento alla procedura in oggetto, siamo a chiedere:</p> <p>1) considerata l'entità della gara, i tempi per la decodifica dei prodotti, l'approvvigionamento delle materie prime e la realizzazione dei campioni, in considerazione anche del periodo feriale, si chiede che il termine per la presentazione delle offerte sia posticipato di almeno 30 giorni.</p> <p>2) In riferimento a quanto indicato a pag. 54 del CSA, che prevede: <i>"La gestione delle consegne e delle scorte di magazzino, intendendo per tale attività la costituzione di una iniziale scorta minima e la successiva consegna programmata di quantitativi compatibili con gli spazi a disposizione presso ciascun magazzino, dei SET e materiale sfuso in TNT monouso sterile oggetto della gara e necessari per l'effettuazione di tutte le tipologie di intervento effettuabili presso le Sale Operatorie. Le consegne dovranno essere effettuate nelle fasce orarie concordate con le singole Aziende".</i></p> <p>Siamo cortesemente a chiedere di volerci indicare dove sono ubicati i magazzini presso le strutture oggetto del servizio.</p> <p>Dato la complessità del servizio richiesto ed il numero di strutture coinvolte, al fine di poter descrivere, come prescritto negli elementi di valutazione della "documentazione tecnica qualitativa", indicati alla lettera E dell'art. 4 del CSA, oltre che ai fini di valutare correttamente i costi della gestione, siamo a chiedere gentilmente di poter effettuare un sopralluogo delle aree interessate al servizio.</p>	<p>1) Si confermano i termini previsti dal bando.</p> <p>2) I sopralluoghi (non obbligatori) delle aree interessate al servizio, possono essere eseguite concordando preventivamente gli appuntamenti con le aziende sanitarie. I sopralluoghi dovranno tenersi entro e non oltre il 6 ottobre 2016. Sotto viene riportato l'elenco delle Aziende Sanitarie interessate al <u>servizio</u> con le rispettive persone da contattare.</p>

Gara: Set procedurali in tnt sterile ID14ECO020. SOPRALUOGO MAGAZZINI DI REPARTO				
Azieda Sanitaria	Sede	Referente per sopraluogo	Recapito telefonico	Indirizzo mail
AAS2	PALMANOVA LATISANA	Sig.ra ZAMUNER MANUELA	0432921533	manuela.zamuner@aes2.sanita.fvg.it
	GORIZIA	Dott.ssa LAURA PERESSINI Dott.ssa FRANCA PIZZUTTI	04815921	CENTRALLINO P.O.
	MONFALCONE	Dott.ssa BERTOCCO ELISABETTA	04814871	CENTRALLINO P.O.
AAS3	SAN DANIELE GEMONA	Dott.ssa MARIA TERESA MADOTTO	0432949282	mariateresa.madotto@aes3.sanita.fvg.it
	TOLMEZZO	Dott.ssa LUCILLA CANDONI	0433488660	lucilla.candoni@aes3.sanita.fvg.it
AAS5	PORDENONE	Dott.ssa KATIA RESCHIOTTO	0434399917 0434399916 0434399843	katia.reschiotto@aes5.sanita.fvg.it
	SACILE	Dott.ssa VITTORINA CHIARADIA	0434736359	vittoria.chiaradia@aes5.sanita.fvg.it
	SAN VITO	Dott.ssa MARA CASTELLARIN	0434841933	mara.castellarin@aes5.sanita.fvg.it
	SPILIMBERGO	Dott.ssa VIVIANA ZAMBON	0427595526	viviana.zambon@aes5.sanita.fvg.it
BURLO	TRIESTE	Dott.ssa VERARDI GIUSEPPA	0403785841	verardi.giuseppa@burlo.trieste.it
CRO	AVIANO	Dott.ssa CANDOTTO LORENA	0434659256	lcandotto@cro.it

Quesito n.1	Risposta n.1
Facciamo riferimento alla procedura in oggetto e con la presente siamo a chiedere i seguenti chiarimenti: si chiede conferma del fatto che il materiale in TNT offerto possa avere caratteristiche di impermeabilità/assorbente e che, quindi, saranno	In relazione alla richiesta formulata si precisa che il materiale in tnt offerto dal concorrente <u>dovrà avere caratteristiche tecniche che assicurino la funzionalità all'intervento e la traspirabilità al paziente</u>

<p>accettati sia prodotti idrorepellenti che prodotti impermeabili/assorbenti (le due caratteristiche non possono sussistere contemporaneamente nello stesso prodotto).</p>	
<p>Quesito n.2</p>	<p>Risposta n.2</p>
<p>In merito alla procedura in oggetto chiediamo gentilmente i seguenti chiarimenti:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Lotto 1: nei set relativi alle voci 1.2 e 1.16 si elenca (rispettivamente layer 8 e layer 10) un telo facente riferimento alla voce 39a. Tale descrizione però (telo rinforzato) non corrisponde con la voce 39. Si suppone possa essere, per analogia di telo, la voce 35a? 2) Lotto 1: analogamente a quanto sopra, nei set 1.15 e 1.16, layer 9 per entrambi, il telo facente riferimento alla voce 39f (telo rinforzato) non corrisponde alla descrizione. Anche qui, per analogia di descrizione e misura si suppone possa trattarsi della voce 40 a? 3) Per poter meglio procedere con la redazione del progetto di gestione e la suddivisione dei costi del servizio di gestione dettagliato per le singole Aziende, sarebbe necessario poter fare dei sopralluoghi nei magazzini dedicati delle singole Aziende interessate alla gestione conto deposito. 4) Capitolato speciale di gara, pag. 86, in riferimento alla documentazione tecnico qualitativa da presentare, alla voce "Cartella B: prodotti fuori set (teleria in TNT)" si elenca al punto 1) "scheda tecnica per ogni prodotto offerto (dovrà riportare...". Si chiede: dobbiamo inserire le schede tecniche solamente dei prodotti di teleria in TNT offerti o anche di tutti gli accessori di produttori "terzi" (es. ciotole, tubi di prolunga per Yankauer, porta tamponi monouso ...)? 5) Sempre in riferimento ai prodotti "terzi" sopra riportati, si ricorda che detti componenti sono già commercializzati dalle stesse aziende produttrici. La cessione degli stessi ad aziende che curano l'assemblaggio viene fatta esclusivamente per la composizione dei kit procedurali. Si attende conferma che la richiesta di tali dispositivi medici è riferita solamente alla composizione dei set descritti e pertanto non potranno essere forniti singolarmente. A 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Lotto 1: Trattasi di refuso (la voce corrisponde al 35a) 2) Per il set 1.15 layer 9 Trattasi di refuso (la voce corrisponde al 40a), mentre per 1.16 layer 9 si conferma la voce 39f 3) Pitton!! 4) Dovranno essere presentate tutte le schede tecniche dei prodotti richiesti (tutte le voci in gara) 5) Il concorrente dovrà fornire tutti le voci sia nei set che fuori set

questo punto si chiede come dovrà essere espresso il prezzo "sterile"?	
Quesito n.3	Risposta n.3
<p>In merito alla procedura in oggetto chiediamo gentilmente il seguente chiarimento:</p> <p>1) Lotto 1: nel set di voce 1.20(artroscopia di ginocchio) si richiedono n.4 teli impermeabili di cm 100x150 e n. 2 asciugamani. Siamo consapevoli che con il tempo le procedure possano essersi modificate ma rispetto al capitolato precedente (2011) e, soprattutto, ai vari protocolli di copertura per questa tipologia di intervento visti finora anche in altre realtà nazionali, viene il dubbio se i quantitativi non siano invertiti.</p>	Si conferma la descrizione
Quesito n.4	Risposta n.4
<p>In merito alla procedura in oggetto siamo a chiederVi, gentilmente, ancora i seguenti chiarimenti, relativi tutti al lotto n.2:</p> <p>1. Non è chiara la voce 2.5.a (KIT SPINALE): confrontandolo con il dialogo tecnico si intuisce che lo stesso sia utilizzato in tutto il blocco chirurgico (graficamente, sicuramente per un refuso, appare ora relativo all'oculistica). Di conseguenza non sono chiari i relativi quantitativi dei kit. Manca un dato oppure i fabbisogni sono compresi in quale specialità?Analizzando la descrizione dello stesso sembrerebbe trattarsi di un set assemblato in pacco procedurale e non costituito da materiale sfuso. E così avremo intenzione di procedere. È corretta l'interpretazione?La composizione del contenuto, per descrizione e quantità, è identica all'analogo "KIT SPIANALE" della SALA PARTO (voce 2.8.d) che effettivamente trattasi di set procedurale. Ritenendo, a nostro parere, secondario il livello delle etichette di tracciabilità, possiamo procedere con la preparazione di un un singolo KIT SPINALE, valevole per entrambe le specialità? Così facendo si procederebbe con la preparazione di un unico codice con conseguente ottimizzazione dei costi. Come comportarsi di conseguenza con i fabbisogni?</p> <p>2. Campionatura. È sufficiente l'invio (nella quantità già comunicata) di ogni singola voce di pag. 80 con l'aggiunta di quei teli sporadicamente inseriti in qualche intervento e non compresi nell'elenco (come ad esempio il monotelo per laparoscopia di 2.6.c,</p>	<p>1) L'interpretazione è corretta, è un set procedurale ed è utilizzato in tutto il blocco operatorio.) questo kit è uguale identico a quello della sala parto. I quantitativi del 2.5.a sono ricompresi nella voce "INTERVENTO OCULISTICA- 588 INTERVENTI", I quantitativi del 2.8.d sono ricompresi "KIT SPINALE- 3000 SET"</p> <p>2) Per la campionatura si conferma quanto previsto da capitolato ovvero n. 2 pezzo per ogni voce del lotto</p> <p>3) Si conferma il layer previsto in CSA per tutte le voci del lotto.</p> <p>4) Dati non disponibili</p> <p>5) La numerazione corretta è: 2.9 = kit lavaggio; 2.9.a kit medicazione base; 2.9.b= kit cvc</p> <p>6) Voce 2.10.b.....: trattasi di un refuso: il riferimento corretto è la voce u (telo con adesivo)</p> <p>7) Si confermano 2 carte medicali</p> <p>8) Trattasi di un refuso</p> <p>9) Si conferma l'apertura di 12 cm con foro (la voce k è un refuso)</p> <p>Lotto 1</p> <p>10) il totale corretto della voce 62 è di 670 pz. Rimane invariato il coefficiente indicato</p> <p>11) i fabbisogni sono espressi <u>in pezzi</u> (che andranno poi confezionati in pacchi/confezioni come indicato)</p>

il telo 3 strati di 2.6c, il monotelo di chirurgia generale di 2.6.d, il telo estremità 2.10.a, ecc) e dei soli set procedurali, o necessariamente si deve procedere con la campionatura di 2 quantità di ciascuno dei protocolli in elenco, presentando quindi per la maggior parte delle voci una ripetizione di un quantitativo non indifferente?

3. In riferimento ai protocolli di intervento (tutte le sub-voci 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.6, e 2.10), che si specifica essere coperti da materiale sfuso, non si comprende il significato della colonna "layer" che di fatto in sede di dialogo tecnico non compariva. Possiamo tenerne conto solamente per le voci relative ad i set procedurali?
4. Fabbisogni. È possibile avere, oltre ai quantitativi di intervento delle specialità, anche i quantitativi suddivisi per ogni singolo protocollo di intervento?
5. Nei kit per la U.O. di Rianimazione (KIT LAVAGGIO, MEDICAZIONE BASE e CVC), probabilmente per un refuso di stampa, non compaiono gli ID di voce, come invece presenti in dialogo tecnico. Possiamo considerarli nell'ordine rispettivamente 2.9.a, 2.9.b e 2.9.c?
6. Voce 2.10.b (ortopedia- Arto superiore), si elenca un telo adesivo di 75x90 facente riferimento alla voce "a". si conferma "con adesivo" e quindi voce "u", o si conferma "a" e quindi, di conseguenza senza adesivo?
7. Voce 2.8.b (SET PARTO CESAREO). Non è chiaro il significato del "Telo avvolgimento 100x100 cm" (Layer 2) e quindi, di conseguenza, la differenza con "Carta medica 100x100 cm bianca" (layer 1), usata per avvolgere il kit. Si tratta di un doppio avvolgimento del kit? Si tratta di un semplice telo 100x100 cm in TNT? Si tratta di un telo per avvolgere il neonato (ma in precedenza descritto diversamente)?
8. Nell'elenco delle voci (legenda) di pag. 80 del capitolato speciale, il telo medio di voce "d" non è presente in alcuno dei protocolli elencati. Si tratta di un refuso e quindi anche stavolta non richiesto il campione, come già in passato (primo chiarimento relativo alla gara precedente, 17/10/2011)? Dallo stesso elenco compaiono altre due voci non presenti nei protocolli: le voci "p" e "k" (presenti solo nei kit; per la "k" anche nel 2.5.a, che si rimanda a quanto

<p>chiesto al punto 1). Sono da campionare o meno?</p> <p>9. Lotto 2: voce "KIT CVC (rianimazione)". È presente (3^a voce) un telo con apertura 12 cm. Si tratta di un foro 12 cm con apertura pretagliata o di semplice fessura pretagliata di 12 cm, senza foro? Tra l'altro questo telo fa riferimento alla voce "k" che in realtà dall'elenco- legenda è un articolo diverso.</p> <p>Infine, un ulteriore chiarimento relativo al lotto n.1:</p> <p>10. Relativamente alla voce 62, i quantitativi per la AAS N.2 (650 pz/triennio) vanno considerati, e quindi totale di 670 anziché 20 oppure trattasi di un refuso? Nel caso, andrebbe ricalcolato il "coefficiente-peso" della voce?</p> <p>11. Per quanto riguarda i quantitativi di fabbisogno elencati per tutto il garzato (voci da 72 a 83), si chiede se i quantitativi sono espressi in unità o confezioni (alcune voci però, nel secondo caso, riportano due possibilità di confezionamento diverso).</p>	
<p>Quesito n.5</p>	<p>Risposta n.5</p>
<p>Cogliamo l'occasione per richiedere alcuni chiarimenti in merito alla procedura in oggetto:</p> <p>1) Lotto 1- Voce 1.3 "Set chirurgico con monotelo". Viene richiesto un monotelo "a T per laparotomia, misure cm 260x300x200 con telino da incisione cm 25x35, rinforzo assorbente antiscivolo (con o senza telino da incisione nella zona del campo di incisione)": si chiede di confermare che l'opzionabilità del telino da incisione.</p> <p>2) Lotto 1 - Voce 1.5, Set Chirurgico Laparoscopico", Viene richiesto un „Telo a T per laparoscopia con accesso addomino perineale con gambali incorporati cm 175x250x280 con fenestrazione cm 33x30 e cm 12x24 con telino che chiude accesso perineale dotato di sistema di fissaggio guidatavi (Voce 50)“ Si chiede conferma delle dimensioni dell'accesso perineale (12x24 cm), in considerazione del fatto che il suddetto accesso appare particolarmente lungo rispetto allo standard di mercato (12x14/16 cm) Si fa, inoltre, presente che il telo in argomento è richiamato alla voce "51" dell'elenco materiale sfuso, non alla voce "50", come indicato all'interno della griglia descrizione componenti set.</p> <p>3) Disciplinare di gara - Descrizione materiale sfuso – pagina 71: si segnala che le voci dalla 25 alla 126 non seguono una regolare progressione numerica, creando possibili equivoci di collegamento tra</p>	<p>1) Lotto 1- Voce 1.3 "Set chirurgico con monotelo":si conferma che è "con o senza telino"</p> <p>2) Lotto 1 - Voce 1.5, Set Chirurgico Laparoscopico": per le misure vedere quanto previsto a pag 57 del CSA</p> <p>3) si conferma la numerazione</p> <p>4) Lotto 1, Voce 1.9: si conferma che non è necessaria la presenza dei gambali</p> <p>5) Lotto 1, Voce 1.18 „Set per artroscopia spalla“: la voce consente di presentare un "rinforzo assorbente" (o sistema equivalente)</p> <p>6) Lotto 1 - Voce 52 „ Telino antiscivolo cm 30X40 in TNT “: si conferma la descrizione già indicata in CSA</p> <p>7) Lotto 1 - Voce 53bis Monotelo per proctologia: il rinforzo non è necessario</p> <p>8) si conferma le due diverse descrizioni delle due voci in gara;</p> <p>9) Lotto 1 - Voce 66 "Telo estremità superiore...": si confermano le dimensioni per la tipologia di intervento (es: braccio+spalla)</p> <p>10) Lotto 1 - Voce 70 „Stokinette in maglia di cotone: stokinette e maglia tubolare sono due cose diverse. Si conferma quindi la richiesta di stokinette (voce 70 solo cotone), mentre la voce 71 è polietilene esterno maglietta interna</p>

materiale sfuso e materiale contenuto all'interno dei set. Si chiede conferma della correttezza della richiesta.

4) Lotto 1, Voce 1.9 „Set chirurgico per cesareo“. Si richiede conferma, non essendo esplicitato, che il telo paziente NON debba avere gambali integrati; si segnala, infatti, che in questa tipologia di intervento, la posizione della paziente è a gambe unite.

5) Lotto 1, Voce 1.18 „Set per artroscopia spalla“. Viene richiesto un „Telo con fenestrazione elastica: misure cm 260x400 con fenestrazione elastica (diam 9 cm) con sacca di raccolta con valvola di scarico, rinforzo assorbente (o sistema equivalente) (voce 59)“. Data la presenza della sacca raccolta liquidi integrata al dispositivo, che garantisce un efficace controllo dei liquidi durante la procedura chirurgica, si chiede di poter presentare un telo privo di rinforzo.

6) Lotto 1 - Voce 52 „Telino Antiscivolo 30x40 cm“: in seno al suddetto dispositivo, si chiede di specificarne la tipologia di materiale (es. impermeabile assorbente, piastra magnetica etc.).

7) Lotto 1 - Voce 53bis. Monotelo per proctologia con fenestrazione 15x8; zona di rinforzo assorbente con gambali incorporati 280x160x75 e sacca sottosacrale“. Data la presenza della sacca raccolta liquidi integrata al dispositivo, che garantisce un efficace controllo dei liquidi durante la procedura chirurgica, si chiede di poter presentare un telo privo di rinforzo

8) Lotto 1 - Voce 64 “Telo verticale finestrato” Si rileva che le dimensioni dell’apertura dei due teli richiesti sono praticamente sovrapponibili: voce a) 25x50 cm e voce b) 25x46 cm. Si chiede di verificare le misure e, qualora confermate, di ottimizzare la richiesta riconducendola ad un unico telo.

9) Lotto 1 - Voce 66 “Telo estremità superiore con foro misure 160x370x195 con foro elastico dimensioni del foro 5 cm circa” Si chiede conferma della destinazione d’uso del telo (chirurgia della mano).

10) Lotto 1 - Voce 70 „Stokinette in maglia di cotone a scarso rilascio di particelle: misura cm. 15x150“. Si chiede di chiarire se trattasi di *stockinette*, come in descrizione, o di *benda tubolare*: il chiarimento è motivato dal fatto che la successiva voce 71 comprende l’assortimento completo delle *stockinette*.

11) Lotto 1 - Voce 72 a Pezze laparatomiche cm40x40 a 4 o 6 strati: si chiede conferma della possibilità di presentare laparatomiche dotate di

11) Lotto 1 - Voce 72 a Pezze laparatomiche: barretta equivalente a filo di bario

12) purché abbia l’assorbenza equivalente da scheda tecnica

13) Lotto 1 - Voce 77bis, Garze con marcatura di bario 32 strati: si confermano 32 strati

14) la voce 78 bis: parla di 16 strati

15) Lotto 1 - Voce 97 „Camice chirurgico in TNT per urologia: si chiede la presentazione di misure che assicurino la vestibilità sia delle “persone di piccola taglia che di grande taglia”

16) Lotto 1 - Voci 106: è consentita l’equivalenza

17) vedere risposta 4.1

18) voce 2.6a: Si i gambali sono integrati al telo e quelli sfusi servono per i piccoli interventi

19) voce 2.9.a : vedere risposta quesito 4.1

20) voce 2.10e: Trattasi di teli per varie estremità (mano gamba) per cui diversi teli

21) Le stokinette inserite nel Kit per intervento anca misurano 32x120 cm.

barretta radiopaca integrata al posto del filo di bario per la rilevabilità RX.

12) Lotto 1 - Voce 72 Bis/d Pezze laparotomiche: in tnt a 4 o 6 strati (purché abbia l'assorbenza equivalente da scheda tecnica) e marcatura in bario senza fettuccia in confezione da 5 pz misura **cm 90x90** Si chiede di poter offrire per la voce, d'un prodotto a 2 strati equivalente in assorbenza.

13) Lotto 1 - Voce 77bis, Garze con marcatura di bario,32 strati, in tnt in confezione da 10 pz". Si chiede conferma del numero di strati.

14) Lotto 1, Voce 78bis, Garze con marcatura di bario,16 strati in tnt in confezione da 10 pz. Si chiede conferma del numero di strati in quanto *32 strati* è solitamente un parametro applicabile ai prodotti in garza di cotone, non ai dispositivi in TNT i cui strati, per le misure richieste, sono solitamente compresi tra 4 e 6.

15) Lotto 1 - Voce 97, Camice chirurgico in TNT per urologia (con svasatura che consenta l'apertura delle gambe dell'urologo) con parte anteriore impermeabile (misure minime richieste M/L/XL). Si richiede la possibilità di offrire, per i soli camici urologici, un numero di taglie inferiore a quello specificato in capitolato, che soddisfino comunque tutte le esigenze previste dalla destinazione d'uso: considerata infatti la posizione seduta dell'operatore, non si ha una variabilità di misure paragonabile alla posizione in piedi la quale d'altra parte giustifica la presenza di quattro taglie

16) Lotto 1 - Voci 106 "Telo chirurgico assorbente sterile in triaccoppiato cm75x90" e 107 "Telo chirurgico assorbente sterile in triaccoppiato cm75x90 adesivo sul lato lungo" e Lotto 2 Voce Protocollo "Laparoscopia" Per queste voci viene richiesto un telo realizzato in TNT tre stati: si chiede conferma della possibilità di presentare in alternativa teleria realizzata in materiale multistrato, impermeabile e assorbente, eventualmente dotata di zone di rinforzo estese, nel caso di procedure che richiedano maggior controllo dei liquidi

17) Lotto 2 - Voce 2.5° "Oculistica - Kit spinale" Si fa presente che il " Kit Spinale" descritto in questa voce della Specialità di Oculistica è lo stesso presente tra i set procedurali alla voce 2.8.d: si chiede di confermare se trattasi di un refuso o se debba essere fornito anche nella Specialità di Oculistica come "protocollo".

18) Lotto 2 - Voce 2.6.a " Clinica e Divisione Ostetrica e Ginecologia - intervento di Colpoisterectomia". Dalle dimensioni del telo per litotomia

<p>(146 x166 x79 cm) si evince di un telo paziente con gambali integrati. Poiché i gambali sono comunque richiesti per questa procedura si chiede: se il telo per litotomia abbia i gambali integrati e in caso affermativo, debbano essere offerti anche i gambali sfusi.</p> <p>19) Lotto 2.9.a “Protocolli copertura per U.O. di Rianimazione – Kit CVC” Si richiede conferma della descrizione del telo poiché la voce “k” della leggenda contiene una descrizione differente. Qualora se ne confermasse la descrizione, si richiede di specificare le caratteristiche del telo (presenza di adesivo, relativa posizione, significato “pre-tagl”)</p> <p>20) Lotto 2 Voce 2.10.e “Sala Operatoria di Ortopedia e Traumatologia – Protocollo di Intervento Piccola Chirurgia”. Si fa presente che all’interno dello stesso protocollo la voce b viene richiamata due volte e collegata a due tipologie differenti di telo, se ne chiede conferma.</p> <p>21) Lotto 2 Voce 2.10.b “Sala Operatoria di Ortopedia e Traumatologia - Protocollo di Intervento Arto Superiore” Viene richiesta una stockinette di misura 18 x86 cm: si richiede conferma della misura, facendo presente che gli standard di mercato hanno un range di misure compreso tra 25 x 80 cm e 35 x120 cm.</p>	
<p>Quesito n.6</p>	<p>Risposta n.6</p>
<p>In riferimento alla procedura in oggetto, siamo a chiedere:</p> <p>1) considerata l’entità della gara, i tempi per la decodifica dei prodotti, l’approvvigionamento delle materie prime e la realizzazione dei campioni, in considerazione anche del periodo feriale, si chiede che il termine per la presentazione delle offerte sia posticipato di almeno 30 giorni.</p> <p>2) In riferimento a quanto indicato a pag. 54 del CSA, che prevede: <i>“La gestione delle consegne e delle scorte di magazzino, intendendo per tale attività la costituzione di una iniziale scorta minima e la successiva consegna programmata di quantitativi compatibili con gli spazi a disposizione presso ciascun magazzino, dei SET e materiale sfuso in TNT monouso sterile oggetto della gara e necessari per l’effettuazione di tutte le tipologie di intervento effettuabili presso le Sale Operatorie. Le consegne dovranno essere effettuate nelle fasce orarie concordate con le singole Aziende”</i>.</p> <p>Siamo cortesemente a chiedere di volerci indicare dove sono ubicati i magazzini presso le strutture oggetto del servizio.</p> <p>3) Dato la complessità del servizio richiesto ed il numero di strutture coinvolte, al fine di poter descrivere, come prescritto negli elementi di</p>	<p>1) I termini per la presentazione delle offerte vengono prorogati al giorno 09/11/2016 ore 12.00. Seguirà comunicazione formale sul sito EGAS e sulla Gazzetta ufficiale nei prossimi giorni. <u>Rimane comunque invariato il termine per la richiesta dei chiarimenti fissato per il giorno 07/10/2016</u></p> <p>2) Vedere primo chiarimento</p> <p>3) Vedere primo chiarimento</p>

<p>valutazione della “documentazione tecnica qualitativa”, indicati alla lettera E dell’art. 4 del CSA, oltre che ai fini di valutare correttamente i costi della gestione, siamo a chiedere gentilmente di poter effettuare un sopralluogo delle aree interessate al servizio.</p> <p>In attesa di Vostro gentile riscontro, porgiamo cordiali saluti.</p>	
<p>Quesito n.7</p>	<p>Risposta n.7</p>
<p>1) Lotto 1-Voce 1.25 Chiediamo conferma che laddove presente nella descrizione il confezionamento del componente, ad esempio “garze con marcature di bario, cotone 16 strati titolo 12/8 in confezioni da 10 pezzi cm. 10x10 nella colonna “pezzi” si intenda il numero delle confezioni stesse.</p> <p>2) Lotto 1- Voce 1.26 Chiediamo conferma che per le garze con marcatura di bario, cotone 16 strati titolo 12/8 in confezioni da 10 pz cm 10x10 il numero di 10 riportato in colonna “ pezzi “ sia da riferirsi al numero di pezzi richiesto e non al numero di confezioni.</p> <p>3) Lotto 1 Voce 75b Lunghette: in TNT marcatura di bario 4 strati in confezione da 5 pezzi cm. 5x25 Si chiede conferma di poter offrire un prodotto a 2 strati equivalente in assorbenza.</p> <p>4)- voce 75 Lunghette: in TNT marcatura di bario 4 strati in confezione da 5 pezzi cm. 5x25 chiediamo di poter offrire una lunghetta 60g/mq e 2 strati con equivalente potere assorbente o maggiore rispetto a una lunghetta a 4 strati che da standar di mercato è di 50 g/mq.</p> <p>5)Capitolato speciale pagine 87 e seguenti, capitolo 5 “ modalità di attribuzione punteggi” . Tra i parametri qualitativi oggetto di valutazione descritti riguardo alle “ caratteristiche del confezionamento”(set) “ valutazione dei prodotti fuori set (teleria in TNT)” valutazione dei prodotti fuori set (camici in TNT) al punto A.1 B.1 e C.1 viene indicata come sub-parametro di valutazione per il parametro 1 tipo di apertura(esame visivo del campione) la voce “ apertura peel away”: si richiede di descrivere cosa si intende per “ apertura peel away”</p> <p>6) Capitolato speciale pagina 87 e seguenti capitolo 5 “ Modalità di attribuzione punteggi” tra i parametri qualitativi oggetto di valutazione descritti riguardo alle caratteristiche del confezionamento (set) al punto A.2 viene indicato per “Tutti i componenti” il termine “ rifiniture”: si richiede di esplicitare cosa si intende per “ rifiniture” e cosa sarà oggetto di valutazione da parte della commissione Tecnica.</p>	<p>1) set 1.25 i fabbisogni sono espressi in confezioni (es 4 confezioni da 10 pz) dentro il set</p> <p>2) set 1.26 nel set è richiesto <u>1 pacco da 10 garze</u> (quindi i 10 pezzi indicati nella colonna sono un refuso)</p> <p>3) voce 75b: per l’assorbenza vedere quanto previsto a pag 77</p> <p>4) voce 75: per l’assorbenza vedere quanto previsto a pag 77</p> <p>5) apertura peel away: apertura tipo “buccia di banana”</p> <p>6) rifiniture es: precisione del taglio, assenza di sbavature, parti sporgenti ecc....</p>

Quesito n.8	Risposta n.8
<p>1) Il capitolato prevede una serie di prodotti monouso in materiale diverso dal TNT (ad esempio garze, pezze, e tamponi in cotone ciotole, tubi, pinza ombelicale etc.) Si chiede conferma che, tali prodotti e prezzi siano stati richiesti esclusivamente al fine di essere inseriti all' interno dei set procedurali per la dovuta personalizzazione poiché non pertinente all' oggetto di gara " FORNITURA DI SET PROCEDURALI E MATERIALE IN TNT STERILE PER LA SALA OPERATORIA".</p> <p>2) Capitolato Speciale Art. 3 Specifiche Tecniche dei lotti CARATTERISTICHE MINIME DI CONFEZIONAMENTO (pag.55) E' richiesto che per ogni prodotto o set dovranno essere presenti almeno 2 etichette removibili identificatrici del prodotto o set. I prodotti devono essere provvisti di codice a barre. Si chiede conferma di poter utilizzare per i prodotti di piccole dimensioni (es. striscia adesiva) non inseriti nei set solo il codice a barre come identificatore del prodotto.</p> <p>3) Capitolato speciale art. 3 Specifiche tecniche dei Lotti. Imballi (pag.55) Si chiede conferma che l'involucro impermeabile richiesto dei cartoni sia riferito unicamente ai set procedurali e non al materiale sfuso.</p> <p>4) Capitolato speciale. Art. 3 Specifiche Tecniche dei lotti Caratteristiche dei CAMICI (pag. 57) E specificato che "sono accettabili soluzioni anche con cuciture purché sia garantita impermeabilità e resistenza alla trazione" Si chiede conferma che la richiesta di impermeabilità sia un refuso, conferma del fatto che i camici sono da considerarsi idrorepelenti.</p> <p>5) Capitolato Speciale Art. 3 Specifiche Tecniche dei lotti. Caratteristiche dei CAMICI (pag. 57) E' richiesto una copertura della schiena totale ottenuta mediante completa sovrapposizione da fianco a fianco. Si chiede conferma che la specifica escluda i Camici Urologici voce 97 in quanto detta tipologia di camici non prevede la chiusura posteriore.</p> <p>6) LOTTO 1 Specifiche tecniche dei set procedurali e materiale sfuso (pag.76) Voce 96 Camice chirurgico rinforzato in TNT con rinforzo in TNT. Per informazioni in nostro possesso la voce 96 identifica una sola azienda sul mercato. Chiediamo pertanto che venga</p>	<p>1) vedere quesito n 2 risposta 5</p> <p>2) presenza di etichette le etichette sono necessarie per ogni articolo che viene utilizzato al di fuori del set, vengono attaccate sul foglio intervento</p> <p>3) involucro impermeabile l'involucro impermeabile è riferito ai set e/o al materiale sfuso presentato in buste; l'involucro non è indispensabile qualora la ditta presenti il materiale in dispenser (es. di cartone). Si tratta di confezionamento secondario.</p> <p>4) camici: si conferma quanto previsto a pag 57; qualora ci fossero le cuciture (che forano il tessuto x cui non è più garantita l'impermeabilità nei punti di appoggio) in qualche modo dovrà essere garantita l'impermeabilità in tali punti</p> <p>5) si conferma come da capitolato la completa chiusura posteriore più la svasatura anteriore</p> <p>6) si accettano soluzioni equivalenti ai sensi dell'art. 68 del D.Lgs. 50/2016 (vedere pag 57)</p> <p>7) si confermano le misure indicative di CSA</p> <p>8) sono corrette le misure indicate nelle "specifiche tecniche" pag 74</p> <p>9) Si confermano 7 interventi: 1- chirurgia pediatrica; 2- odontostomatologia/c.maxillo.facc; 3) otorinolaringoiatria; 4) oculistica; 5) ostetricia e ginecologia; 6) sala parto; 7) ortopedia)</p> <p>+ 7 set: 1-parto spontaneo; 2- parto cesareo; 3) set episiorafia; 4) kit spinale; 5) kit lavaggio; 6) kit medicazione base; 7) kit cvc</p>

<p>accettato per lo specifico caso un camice rinforzato in polietilene quale equivalenza prestazionale.</p> <p>7) LOTTO 1 Specifiche tecniche dei set procedurali e materiale sfuso (pag. 73) voci 53 53bis 54. E' da intendersi che le misure indicate per il monotelelo 280x 160x75 cm. siano un errore di stampa in quanto la richiesta di gambali incorporati suggeriscono misure più ampie. Si chiede conferma che la misura corretta sia 280x160x175 cm.</p> <p>8) LOTTO 1 Voce 59) Si rilevano due differenti misure per la medesima voce. FABBISOGNI PER 36 MESI (PAG. 47 VOCE 59) misure 260x400 e SPECIFICHE TECNICHE Voce 59) misure 200x300 cm. (pag. 74) Si richiede che le misure di riferimento siano quelle riportate nella tabella delle SPECIFICHE TECNICHE.</p> <p>9) CAPITOLATO SPECIALE LOTTO 2. Fabbisogno per mesi (pag. 52) vengono indicati : 7 interventi e 7 set. Nelle specifiche tecniche vengono indicate 6 set . Si chiede di confermare quantitativo e descrizione dei set richiesti.</p>	
<p>Quesito n.9</p>	<p>Risposta n.9</p>
<p>In merito ai chiarimenti per la procedura in oggetto, previsti ai sensi dell' articolo n. 9 del disciplinare di gara non essendoci ancora pervenuta alcuna risposta dal Vostro Spettabile Ufficio, siamo a richiedere cortesemente di voler considerare una proroga dei termini di scadenza per la presentazione della campionatura prevista.</p> <p>La natura tecnica dei chiarimenti richiesti, causati da refusi involontari o da descrizioni che possono prestarsi ad interpretazioni errate, potrebbe necessitare di un tempo più lungo per la preparazione nella campionature richieste a causa delle possibili variazioni che verrebbero inevitabilmente a generarsi nella composizione dei set. '</p> <p>L'offerta articolata in modo tale da coprire in toto le esigenze a Voi proprie, comporta una complessità nei dettagli di preparazione che a causa dei tempi tecnici necessari a definire le vostre risposte ai chiarimenti avanzati, espone le aziende non attualmente fornitrici al rischio di non riuscire a perfezionare quanto richiesto generando involontariamente il pericolo di favorire gli attuali fornitori a così venendo a far mancare il principio della libera concorrenza che il vostro Ente ha sempre sostenuto.</p>	<p>Vedere risposta 6</p>
<p>Quesito n.10</p>	<p>Risposta n.10</p>

1) LOTTO 33 - Chiedete un telo sottosacrale con sacca graduata cm 90 x 115. Intendete una sacca post partum da 2.000 ml?
2) Nel set per isteroscopia **1.11**, nel set per IVG **1.12**, nel set colpo isterectomia **1.14** e per la voce **54** chiedete un "telo per TURP/TURV: misure 160 x 280 x 75 con fenestratura cm 8 x 12 ...". Chiediamo se la fenestratura è adesiva oppure no? Chiediamo la possibilità di poter offrire un foro pubico diametro cm 5

3) A pag. 55 del Disciplinare di gara scrivete relativamente alle **buste** che "....All'Interno dovrà essere presente il materiale imballato confezionato in carta medicale/tnt con garanzia di resistenza e di integrità in ogni situazione d'uso. Conformi alle norme aggiornate relative alla sterilizzazione e materiali di packaging"

Per i set e alcuni prodotti è cosa standard sul mercato, ma per alcuni accessori è unicamente un costo superfluo (strisce, velcri etc. etc.), in alcuni casi è impraticabile mettere la carta medicale perché alcuni prodotti non in TNT come pinzette, tubi, portatamponi, ciotole non vengono confezionati dai produttori internazionali in carta filtro. Inoltre la carta filtro applicata al compressato garza o TNT non è per esempio corretta (in questo caso si utilizza la doppia busta).

Chiediamo a tal fine di poter offrire senza carta filtro i seguenti prodotti:

Dalla voce 27 alla voce 32

Dalla voce 68 alla voce 85 (dentro c'è il compressato garza/TNT comunque in doppia busta)

Voce 98, 99

Dalla voce 108 alla voce 118

Voce 125 e 126

In caso contrario Vi chiediamo quali dei 126 prodotti non mettere in carta medicale (come ciotole, tubi, pinzette, portatamponi, etc etc)

4) Voce 77. Chiedete garze con marcatura di bario 32 strati, titolo 12/8, in confezione da 10 pezzi. 32 strati è un formato fuori standard. E' accettabile fare una busta con 10 x 10 a 16 strati in confezione da 20 pezzi anziché 10? Avreste il medesimo risultato.

1) Sì: telo lo sottosacrale 90x115 e sacca di raccolta liquidi/placenta di almeno 2 lt circa

2) La fenestratura è quella descritta (5 cm troppo piccola in quanto deve servire per intervento sia su uomo che su donna). Non è necessaria l'adesività.

3) Corretta l'osservazione; rimane comunque obbligatoria la doppia busta ove non ci sia la presenza della carta medicale di base utilizzata x i set.

4) Voce 77) - Voce 77 bis - Voce 78 bis: attenersi ai quantitativi e specifiche indicate in capitolato e ai quesiti fino ad oggi pubblicati

5) Voce 72 bis: attenersi ai quantitativi e specifiche indicate in capitolato e ai quesiti fino ad oggi pubblicati

6) Voce 58: vedere quesito 1: In relazione alla tipologia di intervento il materiale in TNT offerto dal concorrente dovrà avere caratteristiche tecniche che assicurino la **funzionalità all'intervento** e la traspirabilità al paziente.

7) Vedere risposta n 6

Voce 77 bis chiedete una compressa in TNT a 32 strati.
E' un refuso? E' possibile offrire la cm 10 x 10 a 12 strati e la 10 x 20 a 8 strati?

Voce 78 bis chiedete una compressa in TNT a 16 strati.
E' un refuso? E' possibile offrire le compresse allo standard sul mercato a 6 strati?

5) Voci 72bis, 75 Per quanto riguarda le lunghette laparatomiche chiedete a 4 o 6 strati. Lo standard sul mercato è 2/3 strati. L'assorbente infatti la fa principalmente la grammatura.
Se si propone un'assorbente equivalente a quelle in garza è lecito offrire le 2 o 3 strati senza che questo sia motivo di esclusione?

6) Alla voce 58 di pagine 74 scrivete che il Telo nefroscopia deve essere impermeabile/assorbente.
Nelle precisazioni a pag. 78 in vece riportate "Voce 58: si conferma la dizione idrorepellente (impermeabile/assorbente/idrorepellente non sono sinonimi)"

Lo dobbiamo offrire impermeabile/assorbente o idrorepellente?

7) In relazione a quanto in oggetto, data la complessità della procedura di gara, considerati i tempi ristretti in rapporto all'importanza dei lotti 1 e 2 da offrire ed altresì in relazione alla mole di campionatura da presentare che richiede idonei tempi tecnici di produzione (considerando che agosto per molte aziende è stato periodo di inizio dei turni di ferie estive), ai fini di una massima pubblicità alle ditte interessate a parteciparvi, **si chiede cortesemente di rivalutare la possibilità di una proroga anche di solo 15 gg giorni**

Quesito n.11

Risposta n.11

<p>Capitolato Speciale-Punto 80 bis-80 bis c- Si chiede conferma della descrizione da capitolato “ Tampone in TNT con filo di bario rigido” in quanto tamponi con dimensioni richieste in TNT non sono prodotti fruibili sul mercato data la difficoltà nella fabbricazione per le dimensioni ridotte. Si propone di poter offrire tamponi con le medesime dimensioni in cotone.</p>	<p>80 bis-80 bis c : Si conferma la richiesta di tampone in tnt (non in cotone). La parola rigido è un refuso.</p>
<p>Quesito n.12</p>	<p>Risposta n.12</p>
<p>Relativamente al possesso del requisito di capacità tecnico professionale di cui all’ art. 83 c. l. lett. c) delD. Lgs n. 50/ 2016 (vedasi punto cc pag. 17 del modello dichiarazione sostitutiva), si chiede di confermare se sia corretto indicare, quale periodo di riferimento per le principali forniture di materiale in TNT , gli anni solari 2013-2014 e 2015 . Si prega specificare qualora il medesimo debba intendersi diversamente considerato. Relativamente al punto dd) pag. 17 del modello di dichiarazione sostitutiva di certificazione, si chiede di chiarire quali sono i requisiti di idoneità professionale da indicare per il predetto punto o se lo stesso debba considerarsi un refuso visto che a pag. 13 del medesimo modello vengono già richiesti i requisiti di idoneità professionale (iscrizione CCIAA e possesso requisiti art. 80 etc.)</p>	<p>Per questa gara non sono richiesti nel bando “requisito di capacità tecnico professionale di cui all’ art. 83 c. l. lett. c) delD. Lgs n. 50/ 2016.</p>
<p>Quesito n.13</p>	<p>Risposta n.13</p>
<p>Per quanto riguarda il lotto 1, il materiale SFUSO non si può partecipare per singola voce</p>	<p>E’ consentita la partecipazione alla gara solo rispondendo a tutte le voci del lotto 1 compresi tutti i servizi richiesti.</p>
<p>Quesito n.14</p>	<p>Risposta n.14</p>
<p>Lotto 1: Voce 68 Copri telecamera trasparente in polietilene con fissaggio adesivo rif. B) chiediamo la conferma del prezzo a base d’ asta . Mettere Euro 0,34 = quando nel rif. A) la base d’asta e di € 5,89</p>	<p>Vedere risposta al quesito n 13. Il valore di 5.89 non è un prezzo ma il “peso” utilizzato per la valutazione qualitativa.</p>
<p>Quesito n.15</p>	<p>Risposta n.15</p>
<p>In riferimento alla procedura in oggetto, a seguito di un’attenta analisi tecnico economica degli atti di gara, sono emersi alcuni dubbi per i quali andiamo a richiedere chiarimento.</p> <p>1)Il Disciplinare all’art. 5 (Caratteristiche offerta economica) a pag. 6 prevede “Ai fini dell’aggiudicazione verrà preso in considerazione il prezzo complessivo del lotto ottenuto dalla sommatoria delle singole quantità in gara per il relativo prezzo offerto e costo per il servizio di</p>	<p>1) “facsimile offerta-lotto 1”:</p> <ul style="list-style-type: none"> - colonna delle “quantità”: sono le quantità per il periodo di 36 mesi; - si conferma che il totale offerto (P1+P2) deve essere inferiore alla Base d’asta (per 36 mesi) pari a 5.700.000€ (come indicato nel CSA art. 1 pag. 42. <p>2)vedere quesito sui sopralluoghi.</p>

gestione (P1+P2) . Tale prezzo, espresso in cifre e in lettere, dovrà essere, pena l'esclusione dalla gara, uguale o migliore rispetto a quello base palese complessivo fissato in capitolato speciale

dove:

P1= (costo complessivo dei set procedurali c/sterilizzazione) + costo complessivo del materiale sfuso c/sterilizzazione P2= costo complessivo del servizio di gestione (sommatoria).

Si chiede di confermare che nell'allegato "facsimile offerta-lotto 1":

- la colonna delle "quantità" si intendano come quantità per il periodo di 36 mesi;
- Il totale offerto (P1+P2) deve essere inferiore alla Base d'asta (per 36 mesi) pari a 5.700.000€ (come indicato nel CSA art. 1 pag. 42.

2) L'allegato "facsimile offerta-lotto 1" alla lettera P2 Chiede i singoli importi di Gestione per le aziende Sanitarie AAS2 , AAS3 AAS5, CRO.

Ai fini della corretta imputazione dei costi che dovremo sostenere (e corretta formulazione dei relativi prezzi di offerta) per il Servizio di gestione per ciascuna delle Aziende Sanitarie si chiede di avere per ciascuno degli Ospedali oggetto del servizio i seguenti dati:

- Ubicazione dei Blocchi operatori/Blocchi Parto;
- N° del Sale operatorie che compongono ciascun Blocco operatorio/Blocco parto.
- Eventuali ulteriori Centri di utilizzo da servire

3) Il Disciplinare all'art. 9 (Richiesta informazioni) a pag. 9 prevede "Le richieste di delucidazioni e di informazioni complementari di cui sopra dovranno pervenire, con i mezzi sopra indicati, entro 10 gg dalla data fissata come termine per la presentazione delle offerte e la stazione appaltante provvederà ad evadere tali richieste entro 6 gg dal termine di presentazione delle offerte."

Ma la vostra risposta n° 6 dei chiarimenti 2 ed il vostro avviso di proroga, pur procrastinando il termine di presentazione delle offerte al 09/11/2016 ore 12:00 lascia invariato il termine di scadenza dei chiarimenti al 07/10/2016 (ovvero 10 gg prima della precedente scadenza del 17.10.2016).

3) si conferma che come da quesito n 6 il termine ultimo per i chiarimenti rimane il giorno 07/10/2016

<p>Si chiede di chiarire se, per analogia, anche i termini delle vostre risposte ai chiarimenti si intendano confermati per l'11/10/2016 (ovvero 6 gg antecedenti alla precedente scadenza del 17/10/2016.</p>	
<p>Quesito n.16 Facciamo riferimento alla procedura in oggetto e con la presente siamo a chiedere i seguenti chiarimenti: relativamente alla campionatura da presentare per il lotto nr. 2 siamo a chiedere se per i due pezzi previsti per ogni voce del lotto devono intendersi le voci indicate a pag. 80 SPECIFICHE TECNICHE DEI PROTOCOLLI DI INTERVENTO ossia della voce a) alla voce V) oppure le voci indicate da pag. 81 e seguenti Lotto/voce 2.1°) 2.1 b, 2.1 etc. In quest ultimo caso la campionatura corrisponderà alla copertura di due interventi per ciascuna voce del lotto 2 richiesta in capitolato. Quanto sopra relativamente alla campionatura degli interventi coperti da materiale sfuso. Ovviamente per gli interventi coperti da set procedurali dovranno essere campionati 2 set per ogni lotto/ voce richiesta.</p>	<p>Risposta n.16 <u>Per il lotto n 2 andranno presentati n 2 pezzi per ogni voce (2.1.1;2.2.b; 2.1.c....) del lotto (vedere composizione del lotto da pag 81 a pag 85)</u></p>
<p>Quesito n.17 1)In riferimento alla procedura in oggetto si chiede: In riferimento alla risposta del quesito 1, si chiede conferma di poter rispondere con una piattaforma TNT impermeabile / assorbente per i teli. 2)LOTTO 2 nel protocollo 2.6 MEDIANA (pag. 83) è richiesto un Monotelo 257/196x323 non presente tra le voci delle specifiche tecniche a pag. 80. Si chiede conferma qualora si debba campionare i soli prodotti indicati a pag. 80 della voce v) se quest' ultimo debba essere campionato. 3)LOTTO 2 nel protocollo 2.10 (pag. 85) è richiesto un camice protetto non presente tra le voci delle specifiche tecniche a pag. 80. Si chiede conferma qualora si debba campionare i soli prodotti indicati a pag. 80 della voce a) alla voce V) se quest' ultimo debba essere campionato 4)Il kit spinale è richiesto sia nella voce 2.5a quale intervento di oculistica coperto da materiale sfuso, sia nella voce 2.8d quale intervento coperto da set procedurale. Si chiede conferma che il kit spinale debba essere offerto solo per la voce 2.8 d set procedurale.</p>	<p>Risposta n.17 1) si conferma quanto risposto al quesito n 1. Si fa altresì presente che ai sensi di quanto previsto a pag 57 "Si considera che ulteriori/diversi requisiti tecnico-funzionali rispetto a quelli richiesti sono ammessi purché la ditta ne dimostri l'equivalenza o il miglioramento. Ai sensi dell'art. 68 del D.Lgs. 163/2006 quindi l'offerta tecnica dovrà essere corredata da una relazione tecnica/scientifica che, evidenziando la non conformità, motivi l'equivalenza funzionale, nonché l'eventuale documentazione scientifica a supporto di quanto dichiarato (o relazione tecnico funzionale realizzata da competenze sanitarie) <u>purché venga assicurata la funzionalità al tipo di intervento richiesto in capitolato</u> 2) si conferma la richiesta del telo nel protocollo 2.6.d. per la campionatura si conferma la richiesta della stessa anche per questo protocollo (vedere risposta n 16) 3) si conferma la richiesta del telo nel protocollo 2.10.d. per la campionatura si conferma la richiesta della stessa anche per questo protocollo (vedere risposta n 16) 4) vedere risposta al quesito n 4.1</p>

--	--