

**(ID 17APB003) - AVVISO CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI
MERCATO PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E
INSTALLAZIONE DI APPARECCHI PER ANESTESIA PER GLI ENTI
DEL S.S.R. FVG. RISPOSTE ALLE OSSERVAZIONI PERVENUTE**

Lotto 1: n. 20 Apparecchiature per anestesia di fascia alta

1. Notiamo che nelle caratteristiche minime non si fa alcun riferimento alla tipologia di vaporizzatori utilizzati dal respiratore. Normalmente quando si descrive un ventilatore di alta fascia quest’ultimo deve essere predisposto per l’utilizzo di vaporizzatori elettronici con selezione ed impostazione dell’alogenato direttamente dal pannello di controllo.

Risposta: SI RITIENE TALE REQUISITO NON VINCOLANTE PER LA FASCIA DI PRODOTTO DI INTERESSE DEL LOTTO IN QUESTIONE. EVENTUALI MIGLIORIE POTRANNO ESSERE VALUTATE IN SEDE QUALITATIVA

2. Riguardo la richiesta di ventilatore polmonare per la ventilazione di pazienti obesi si precisa che per questa tipologia di pazienti uno dei parametri più importanti è il flusso inspiratorio massimo che, secondo la pratica clinica a noi nota, dovrebbe essere superiore ai 150 l/min.

Risposta: SI CONFERMA QUANTO PREVISTO DAL CSA

3. Riguardo la richiesta di ventilatore polmonare per la ventilazione di pazienti prematuri < 1Kg si precisa che per questa tipologia di pazienti, secondo la pratica clinica a noi nota, sarebbe preferibile un sistema privo di PEEP intrinseca

RISPOSTA: SI ACCOGLIE IL SUGGERIMENTO PER UNA EVENTUALE MODIFICA AL CSA DEFINITIVO

4. Riguardo la richiesta pena esclusione della funzione opzionale di “Modalità di gestione dell’anestesia a target” per evitare fraintendimenti, a nostro parere, sarebbe preferibile modificare la descrizione in “Modalità di gestione dell’anestesia a target, con controllo automatico del flusso di gas fresco per il raggiungimento dei parametri impostati”.

SI RITIENE TALE REQUISITO NON VINCOLANTE PER LA FASCIA DI PRODOTTO DI INTERESSE DEL LOTTO IN QUESTIONE. EVENTUALI MIGLIORIE POTRANNO ESSERE VALUTATE IN SEDE QUALITATIVA

5. Nella sezione “ALLARMI SIA VISIVI CHE SONORI CON VISUALIZZAZIONE SU MONITOR” compaiono due allarmi che precludono la partecipazione a più operatori economici: allarme sulla pressione inspiratoria minima e sul volume corrente espirato.

RISPOSTA: SI ACCOGLIE IL SUGGERIMENTO PER UNA EVENTUALE MODIFICA AL CSA DEFINITIVO

Lotto 2: n. 5 Apparecchiature per anestesia di fascia media

6. Nella sezione “ALLARMI SIA VISIVI CHE SONORI CON VISUALIZZAZIONE SU MONITOR” compaiono due allarmi che precludono la partecipazione a più operatori economici: allarme sulla pressione inspiratoria minima e sul volume corrente espirato.

RISPOSTA: SI ACCOGLIE IL SUGGERIMENTO PER UNA EVENTUALE MODIFICA AL CSA DEFINITIVO

7. Rif. Lotto 1 e Lotto 2: In merito al punto 3 “Caratteristiche e configurazione minima richiesta”, POSSIBILITA’ DI INTERFACCIARE LA STAZIONE (ALMENO PER IL MONITORGGIO) A CARTELLA CLINICA AZIENDALE PER L’ACQUISIZIONE, LA GESTIONE E L’ARCHIVIAZIONE DI DATI E PROCEDURE ANESTESIOLOGICHE, TRAMITE PROTOCOLLO STANDARD HL7, si chiede se da ritenersi preferenziale e ritenuta valida la possibilità di fornire i protocolli di comunicazione.

RISPOSTA: SI PUO’ RITENERE PREFERENZIALE IL REQUISITO E RITENUTA VALIDA LA POSSIBILITA’ DI FORNIRE I PROTOCOLLI DI COMUNICAZIONE.

8. Rif. Lotto 1 In merito al punto Accessori/ funzioni opzionali richiesti (non inclusi in configurazione ma la cui disponibilità deve essere obbligatoriamente garantita pena l’esclusione), si chiede se tali accessori/funzioni opzionali sono inclusi nella base d’asta dell’apparecchiatura di anestesia e se il loro peso qualitativo sarà esplicitato in griglia.

RISPOSTA: SI

9. Rif. Art. 2.2 “Garanzia e assistenza tecnica” In merito alla previsione dell’estensione del periodo di garanzia a complessivi 60 mesi dalla data del collaudo nel caso di “mancata disponibilità del concorrente a fornire la documentazione tecnica completa di schemi tecnici, tools diagnostici, informatici e di ripristino”, si precisa che i tools diagnostici possono essere forniti a pagamento e nel caso in cui non siano proprietari, cioè utilizzabili solo da personale tecnico

RISPOSTA: SI ACCOGLIE IL SUGGERIMENTO PER UNA EVENTUALE MODIFICA AL CSA DEFINITIVO

10. Rif. Art. 2.3 “Ricambi, accessori e materiali di consumo”: Si chiede di voler meglio esplicitare se la fornitura degli accessori e del materiale di consumo deve essere considerata compresa nel periodo di garanzia e di assistenza tecnica.

RISPOSTA: IN FASE DI PUBBLICAZIONE UFFICIALE VERRA’ NEL CSA DI DESCRITTO QUANTO COMPRESO E QUANTO ESCLUSO