

GARA A PROCEDURA APERTA PER LA STIPULA DI UNA CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI "MATERIALE PER PROCTOLOGIA - ID.14PRE006.1"

### **PRECISAZIONE DEL 02.04.2015**

#### **DOMANDE:**

1. In merito al lotto N. 12 "Catetere 5 vie per manometria anorettale" si richiede il seguente chiarimento: se per catetere a 5 vie si intende un catetere anorettale 4 canali pressori più 1 canale di gonfiaggio palloncino (totale 5 vie).

#### **RISPOSTE:**

1. Lotto n. 12: sì, si conferma la possibilità di presentare offerta come da voi indicato.