

**GARA A PROCEDURA APERTA PER LA STIPULA DI UNA CONVENZIONE PER  
L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI "GUANTI AD USO SANITARIO  
ID.14PRE010.1"**

**PRECISAZIONE DEL 16.06.2015**

**DOMANDE:**

- 1) Siamo a richiedere se la busta contenente l'offerta economica è unica per tutti i lotti ai quali partecipa.  
Si richiede inoltre, nel caso si deve inserire tutto in un'unica busta, se nello stesso schema vanno inseriti tutti i lotti ai quali partecipa oppure dividere lo schema per lotto e quindi dividere anche i costi relativi alla sicurezza ecc. ecc.  
Per quanto riguarda invece i cig non sono ancora presenti sul sito AVCP quando lo saranno?  
Non vengono richiesti requisiti di carattere economico finanziario e tecnico. Si conferma?
- 2) Siamo a richiedere se la % di sconto richiesta è da intendersi solo ed esclusivamente ai prodotti non offerti in gara e quindi non per i prodotti offerti sul prospetto.  
In quanto lo sconto sul listino in merito ai prodotti offerti in gara non può essere uguale a tutti i prodotti di listino in quanto diversi e molteplici.
- 3) Lotto n. 16: Guanti chemioterapici sterili: In merito al Doc.5 documentazione attestante la validazione del processo di sterilizzazione (raggiungimento e mantenimento) chiediamo se sia sufficiente presentare un certificato CE rilasciato da ente notificato con riferimento anche alla sterilità o se bisogna presentare tutta la documentazione di validazione con i relativi controlli periodici (che risulta molto copiosa!).  
Nella precisazione del 10/06/2015 specificate che la documentazione dev'essere presentata in italiano e/o con traduzione in italiano. Chiediamo se bisogna tradurre anche tutti i certificati CE ed i certificati di qualità ISO9001-ISO13485 dato che si tratta di documenti ufficiali rilasciati da enti notificati. In caso affermativo chiediamo di riunire tutte le traduzioni comuni a più lotti in un unico fascicolo al fine di non ripeterle.
- 4) Lotto n. 14: "Guanti in vinile elasticizzati non sterili senza polvere"  
Viene richiesto DPI di III categoria. Siamo a richiedere se è possibile presentare un DPI di III categoria ma anche classificato come Dispositivo Medico.
- 5) Relativamente all'offerta economica del Vs. lotto 15, chiediamo se debba essere aggiunta una riga anche per il dispenser portaguanti (visto che nell'elenco dei lotti è inserito come voce B del lotto 15) o se debba ritenersi compreso nella riga/prezzo del guanto.
- 6) Lotto nr.08: Guanti in vinile elasticizzato, sterili, confezione singola. Vi chiediamo conferma che la Vostra richiesta sia per guanti con manichetta lunga 270mm (e pulsino rivoltato) come il prodotto attualmente in uso dato che non risulta specificato nelle caratteristiche tecniche.

## **RISPOSTE:**

- 1) Si conferma che la busta contenente l'offerta economica è unica per tutti i lotti e che è possibile inserire nello stesso schema tutti i lotti ai quali la ditta partecipa.  
Ad oggi tutti i CIG risultano perfezionati.  
Si conferma che non sono richiesti requisiti di carattere economico finanziario e tecnico.
- 2) Si conferma quanto già indicato nel fac-simile "Allegato E" della documentazione di gara: viene richiesta l'indicazione della "percentuale di sconto praticata per la determinazione dei prezzi offerti sul prezzo del listino vigente: tale percentuale di sconto farà da riferimento solo per l'eventuale acquisto di altri prodotti similari non ricompresi nel contratto". Tale percentuale è riferibile ad ogni singolo lotto offerto e non deve quindi necessariamente essere unica per l'intera gara.
- 3) LOTTO N. 16: si conferma la richiesta minima (Doc. 5) così come indicata nel Capitolato Speciale. Nel caso la documentazione presentata dalla ditta concorrente non sia ritenuta sufficientemente chiara o esaustiva dalla Commissione Giudicatrice, come previsto dal Capitolato Speciale di gara l'EGAS si riserva di chiedere successivamente eventuali ulteriori "delucidazioni ritenute necessarie per una puntuale valutazione tecnica dei prodotti offerti". Si conferma che, come riportato nella precisazione del 10/06/2015, le caratteristiche tecnico-normative e la documentazione sono richieste in lingua italiana o tradotta in lingua italiana. È possibile riunire tutte le traduzioni comuni a più lotti in un unico fascicolo.
- 4) LOTTO N. 14: si conferma la richiesta minima così come indicata nel Capitolato Speciale. In caso di dubbi interpretativi, le ditte concorrenti possono presentare l'offerta che ritengono più appropriata, purchè non in contrasto con la descrizione tecnica del lotto.
- 5) LOTTO N. 15: si conferma che è corretto procedere come da Voi indicato, specificando che la voce "b" viene offerta in "sconto merce" come da richiesta.
- 6) LOTTO N. 8: si conferma quanto già richiesto dal Capitolato Speciale:  
*"Devono essere dotati di manichetta di lunghezza, conformazione ed elasticità tali da consentire l'aderenza al camice, provvista di sistema antiarrotolamento e antistrappo, in modo da garantire l'adesione ed evitare l'arrotolamento indipendentemente dal movimento della mano e dal tempo d'uso, senza compromettere la destrezza dei movimenti."*  
In caso di dubbi interpretativi, le ditte concorrenti possono presentare l'offerta che ritengono più appropriata, purchè non in contrasto con la descrizione tecnica del lotto.