

GARA A PROCEDURA APERTA PER LA STIPULA DI UNA CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA IN FULL SERVICE DI SISTEMI ANALITICI PER ESAMI DI GENETICA MOLECOLARE ID15REA001

PRECISAZIONE DEL 07.08.2015

DOMANDE:

- 1) è possibile partecipare al lotto 1 per uno solo degli enti facenti parte della convenzione?
- 2) in riferimento al lotto 8 potreste indicare il numero di test richiesti per ciascuna mutazione?
- 3) Capitolato speciale Lotto nr. 3 pag. 50: vengono richiesti reagenti e materiali di consumo per amplificazione PCR e rivelazione su striscia; è possibile offrire una metodica alternativa (tecnologia Multiplex) che garantisce gli stessi risultati ma non usa la rivelazione su striscia? anche se a pag. 7 Art. 6 "requisiti tecnici" è riportato che il prodotti offerti devono avere le caratteristiche tecniche prescritte nel capitolato speciale (pena esclusione dalla gara).

RISPOSTE:

- 1) LOTTO N. 1: non è possibile partecipare per uno solo degli enti facenti parte della convenzione.
- 2) LOTTO N. 8: a puro titolo indicativo, si informa che trattasi di circa 210 test per ciascuna mutazione.
- 3) LOTTO N. 3: si conferma la descrizione del lotto e si ricorda nel contempo che, in base a quanto già previsto dal secondo capoverso dell'art. 6 delle Norme di partecipazione alla gara, «nel caso in cui la descrizione delle specifiche tecniche indicate si riferisse casualmente, in tutto o in parte, a caratteristiche possedute da prodotti distribuiti da una sola ditta, si deve intendere inserita la clausola "o equivalenti". L'eventuale equivalenza tecnica verrà valutata ai sensi di quanto previsto dall'art. 68 del D.Lgs. 163/2006».