

**GARA A PROCEDURA APERTA PER LA STIPULA DI UNA CONVENZIONE PER  
L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA IN FULL SERVICE DI SISTEMI ANALITICI PER  
ESAMI DI GENETICA MOLECOLARE ID15REA001**

**PRECISAZIONE DEL 14.08.2015**

**DOMANDE:**

Con riferimento a quanto in oggetto relativamente al lotto 6 "KIT ONCOEMATOLOGIA" si chiede:

- a pag 51 nella descrizione del lotto è indicato:  
**"VOCE A) Kit per la ricerca quantitativa della mutazione V617F del gene JAK2 con le seguenti caratteristiche, pena esclusione:**
  - reagenti per amplificazione PCR quantitativa comprendenti oligonucleotidi specifici, sonde marcate, curve standard"

Deve essere offerta Taq polimerasi idonea al kit offerto?

- a pag. 51 nella descrizione del lotto è indicato: "Si richiede strumento real su piastra da 96 con 4 fluorofori (un filtro per ROX).2- l'estrazione di DNA e di RNA viene eseguita il laboratorio con estrattori automatici o kit manuali;" mentre alla pag. 54 ove sono indicati i testi richiesti nella riga relativa alla strumentazione è indicato 0

Deve essere effettivamente offerto uno strumento per l'esecuzione dei test richiesti oppure quanto indicato a pag. 51 trattasi di refuso ?

- Pag. 54 test richiesti

VOCE A) per mutazione V617F del gene JAK2	test	300	2.880			<b>3.180</b>
VOCE B) per riarrangiamento BCR-ABL p190	test		288			<b>288</b>

Si conferma che per test si intende campione testato in duplice al netto di controlli e calibratori ? e che il numero di test indicati corrispondano alle reali esigenze espresse dai Laboratori interessati.

Quanto sopra, è di particolare importanza in quanto riteniamo che l'importo a base d'asta, anche senza la richiesta di strumentazione non sia congruo rispetto all'oggetto della prestazione e al concreto contenuto delle attività richieste, sulla base delle reali condizioni di mercato.

- pag. 61 relativamente ai parametri di valutazione qualità, punteggi massimi e criteri motivazionali  
**Presenza di calibratore Internazionale incluso**  
**Presenza di calibratore Internazionale incluso punti 16**  
**assenza di calibratore Internazionale incluso punti 0**

SI chiede di specificare a cosa è riferita tale richiesta e/o se necessario modificare tale voce per l'attribuzione dei punteggi di valutazione, in quanto la richiesta "presenza di calibratore Internazionale incluso" non risulta essere applicabile alla tipologia di test/metodica richiesta .

## **RISPOSTE:**

### **1) LOTTO N. 6:**

- se il kit non è già comprensivo di un master mix completo di Taq polimerasi, la Taq idonea deve essere offerta;
- si conferma che la strumentazione non viene richiesta, come indicato a pag. 54 del Capitolato Speciale;
- si confermano i quantitativi presunti in test e il prezzo a base d'asta già indicati nel Capitolato Speciale; si precisa altresì che il numero di test presunti indicati corrisponde ad un "campione" di circa 1.200 pazienti nel periodo contrattuale;
- il parametro di valutazione qualità "presenza di calibratore internazionale incluso" costituisce un refuso, pertanto viene annullato e sostituito dal seguente:

**"Elevata sensibilità standard plasmidici**

*presenza di curve standard ad elevata sensibilità punti 16*

*assenza di curve standard ad elevata sensibilità punti 0"*