

**GARA A PROCEDURA APERTA PER LA STIPULA DI UNA CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI
"STRISCE REATTIVE" ID 13REA024"**

PRECISAZIONE DEL 12.10.2015

DOMANDE:

- 1) Gradiremmo sapere se i dispositivi messi in gara sono previsti sia per uso ospedaliero che domiciliare.
- 2) In riferimento alle specifiche tecniche richieste per il lotto 3, in particolare la caratteristica minima elencata al paragrafo 4-Operatività, al punto h : "Capacità di memoria di almeno 400 misure" , riteniamo quest'ultima non indispensabile per l'utilizzo previsto per questo lotto di gara. Essendo il glucometro destinato all'uso ospedaliero per l'esecuzione della glicemia nei reparti su molteplici pazienti, e non essendo richiesta la loro identificazione, i dati memorizzati nello strumento non potrebbero essere praticamente utilizzati se non al momento stesso dell'esecuzione del test. Chiediamo pertanto che tale caratteristica (paragrafo 4-Operatività, al punto h : " Capacità di memoria di almeno 400 misure") non venga considerata fattore di esclusione.
- 3) In riferimento a quanto in oggetto siamo con la presente a chiedere di specificare come devono essere intesi i 130 palmari richiesti in 4 anni: devono essere installati tutti dal primo anno o si tratta di una richiesta che tiene conto di eventuali sostituzioni per guasti? In particolare si chiede conferma della quantità richiesta per Azienda A.S. 5 Friuli Occidentale, ovvero n. 4 palmari.

RISPOSTE:

1. Si conferma che i dispositivi messi in gara sono previsti sia per uso ospedaliero che domiciliare, così come si evince – lotto per lotto – dalla distribuzione dei fabbisogni presunti distinti per Azienda del SSR (vedere file excel "Allegato A.1 al Capitolato Speciale").
2. LOTTO N. 3: al fine di favorire la massima partecipazione possibile da parte degli operatori economici presenti sul mercato, si precisa che la caratteristica di cui al paragrafo 4-Operatività, al punto h: "Capacità di memoria di almeno 400 misure" viene richiesta a puro titolo preferenziale e che l'eventuale presenza della stessa sarà oggetto di valutazione qualitativa da parte della Commissione Giudicatrice all'interno del Criterio di valutazione n. 4 ("Operatività"), di cui a pagina 59 del Capitolato Speciale.
3. LOTTO N. 8 voce b): si precisa che i 130 glucometri richiesti complessivamente devono essere installati fin dall'inizio della fornitura e non tengono conto di eventuali sostituzioni. Si confermano tutti i fabbisogni già indicati, compresi quelli per l'Azienda A.S. 5 Friuli Occidentale.