

GARA A PROCEDURA APERTA PER LA STIPULA DI UNA CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI "STRISCE REATTIVE" ID 13REA024"

PRECISAZIONE DEL 28.10.2015

DOMANDE:

- 1) Nell'allegato A1 del capitolato speciale della gara "strisce reattive ID.13REA024" in cui c'è la tabella riepilogativa con la descrizione sintetica delle quantità di glucometri, quantità di strisce e di software per la gestione centralizzata dei glucometri da prevedere in gara, per il "lotto 8 glucometri web connessi" manca l'indicazione di quanti glucometri offre per l'osp. Burlo di Trieste, cioè la relativa cella della tabella risulta vuota: è solo indicato il quantitativo di strisce; i glucometri devono essere obbligatoriamente offerti perché fanno parte integrante della fornitura.
Si chiede quindi di indicare il numero di glucometri, da offrire come è stato fatto per gli altri 3 enti coinvolti nella fornitura del lotto 8, vale a dire per la AAS5, per l' Az Osp. Univ. di Udine e l' Az Osp. Univ.di Trieste;
- 2) Nell'allegato A1 del capitolato speciale della gara "strisce reattive ID.13REA024" in cui c'è la tabella riepilogativa con la descrizione sintetica delle quantità di glucometri, quantità di strisce e di software per la gestione centralizzata dei glucometri da prevedere in gara, non sono indicati quanti sono i software da offrire e per quali enti, cioè nella suddetta tabella queste celle sono tutte vuote.
Normalmente in questo tipo di gare è necessario offrire n.1 software per la gestione centralizzata dei glucometri web-connessi per ogni infrastruttura informatica coinvolta nel progetto; si presuppone allora di offrire 4 software uno per ognuno dei 4 enti coinvolti: n. 1 per la AAS5, n.1 per l' Az Osp. Univ. di Udine, n.1 per la l' Az Osp. Univ.di Trieste e n.1 per l'osp. Burlo di Trieste presupponendo che tutti e 4 gli enti abbiano infrastrutture informatiche diverse
E' corretta questa interpretazione?
- 3) Nella documentazione di gara è presente il documento denominato "caratteristiche della infrastruttura informatica della Az. Osp. Univ. di Trieste", ma non c'è un corrispondente documento per gli altri 3 enti coinvolti; quindi si chiede di poter esplicitare anche le caratteristiche della infrastruttura informatica relative agli altri 3 enti coinvolti nel lotto 8: AAS5, Az Osp. Univ. di Udine e Burlo di Trieste. Questo perché dal documento "caratteristiche della infrastruttura informatica della Az. Osp. Univ. di Trieste" si evince per la AOUTS è richiesta l'installazione su server virtuale aziendale del software di collegamento dei glucometri: questo comporta che non è necessario offrire in gara un server fisico per questo ente; questa informazione è importante per poter rispondere correttamente dal punto di vista tecnico e con il giusto investimento economico; nessuna informazione di questo tipo è invece fornita per gli altri 3 enti coinvolti nel lotto 8.

La domanda che vi sottoponiamo è quindi di poter esplicitare per i 3 enti coinvolti nel lotto 8, cioè AAS5, Az Osp. Univ. di Udine e Burlo di Trieste, le modalità di installazione su server fisico o server virtuale del programma di collegamento dei glucometri perché questa informazione per la Az. Osp. Univ. di Trieste è data nel documento "caratteristiche della infrastruttura informatica della Az. Osp. Univ. di Trieste", documento che non è presentato per gli altri 3 enti.

4) Per l'ente AAS5 nell'allegato A1 del capitolato speciale della gara "strisce reattive ID.13REA024" è indicato di offrire soltanto 4 glucometri e 3800 strisce; oggettivamente per una struttura delle dimensioni dell'ospedale di Pordenone questi numeri richiesti sono molto molto bassi e non giustificherebbero un progetto di glucometri web connessi con relativo software; si chiede di confermare quindi che per la AAS5 è necessario offrire solo 4 glucometri e 3800 strisce con eventuale relativo software di collegamento dei glucometri (vedi anche quesito 2 per quanto riguarda il software).

5) Nell'allegato A1 del capitolato speciale della gara "strisce reattive ID.13REA024" per il lotto 8 c'è l'indicazione dei quantitativi di strisce reattive monouso per la determinazione della glicemia per i 4 enti coinvolti.

Si richiede se tali quantitativi indicati in tabella sono comprensivi, oppure no, anche del numero di strisce necessarie per eseguire i controlli di qualità giornalieri che, come indicato nella descrizione della "tipologia della fornitura" a pag 52, sono di 2 strisce per ogni strumento per 365 giorni all'anno

Quindi facendo i conti necessari le strisce per eseguire i controlli di qualità giornalieri sono:

n. 2920 all'anno per la AAS5

n. 55480 all'anno per l'Az Osp. Univ. di Udine

n. 36500 all'anno per la l'Az Osp. Univ.di Trieste

n.1 ? all'anno per l'osp. Burlo (manca in tabella n. glucometri vedi quesito 1)

Si chiede quindi se tali quantitativi sono già ricompresi nel numero di strisce indicato in tabella oppure se tali quantitativi devono essere aggiunti e offerti in più rispetto a quelli indicati.

6) Il PASOE bisogna crearlo ugualmente anche se l'importo per l'AVCP non è dovuto?

7) Mi conferma che quindi i costi per i rischi interferenziali li valutate Voi e sono di € 0,00?

8) Chiedete che le consegne vengano effettuate entro 10gg dall'ordine, intendete lavorativi?

9) Nell'offerta possiamo indicare un minimo d'ordine o le spese di trasporto, oppure sono motivo di esclusione dalla gara?

10) Partecipando solo al lotto 2 la cauzione definitiva, se aggiudicato il lotto, è richiesta?

11) Infine tutte le spese per il contratto dovranno essere sostenute dall'aggiudicatario, quindi la registrazione del contratto verrà effettuata da Voi? Saprebbe dirci a quanto potrebbero indicativamente ammontare le spese?

12) In particolare, si chiede quanto segue:

- Il capitolato speciale di gara riporta, tra le specifiche tecniche del lotto n. 3 per quanto riguarda i consumabili, il seguente requisito:

b. contenuto massimo/flacone: 50 strisce

A tal fine, si chiede di poter offrire strisce con confezionamento primario singolo, ovvero confezionate individualmente in involucri protettivi per ambienti multi-pazienti. Le strisce sigillate sono a loro volta contenute in un confezionamento secondario costituito da scatole di carta (non flacone) da 100 pezzi;

- Allo "Schema di convenzione per l'affidamento della fornitura di strisce reattive" sono allegati i seguenti documenti:
 - Fac simile "Allegato I": contratto derivato
 - Fac simile "Allegato L": ordine di acquisto
 - Fac simile "Allegato M": report monitoraggio convenzione

Si chiede di precisare se tali documenti debbano essere restituiti compilati e sottoscritti già in fase di presentazione dell'offerta oppure, esclusivamente, in seguito ad eventuale avvenuta aggiudicazione;

- Il Fac-simile "Allegato D" (Scheda Fornitore) prevede che si debba barrare l'opzione attestante l'iscrizione o meno alla "White List provinciale". Si chiede di precisare cosa si intenda con tale disposizione.

Chiediamo, infine, di confermare che tutta la documentazione amministrativa, economica e tecnica possa essere firmata da un Procuratore Speciale i cui poteri di firma siano attestati mediante esibizione di copia autenticata della procura inserita all'interno della busta contenente la documentazione amministrativa.

13) Lotto3:

1. Vorremmo sapere se per correzione automatica dell'ematocrito s'intende dipendenza ematocrito.
2. Vorremmo sapere se si intende per uso ospedaliero o uso domiciliare o entrambi. Nel caso di entrambi utilizzi esiste una percentuale di riferimento?
L'utilizzo ospedaliero è da sangue capillare?
3. Relativamente al nr. di strisce per flacone richieste al punto b delle caratteristiche tecniche relative ai consumabili qual'è il criterio di valutazione? Si predilige un nr. minore (per esempio 25 pz per flacone) o superiore (per esempio 50 pz per flacone).
4. L'utilizzo ospedaliero è solo da sangue capillare? oppure sia da sangue capillare che venoso?
5. E' giusto indicare un nr. di penne pungidito uguale al nr. di glucometri (nr. 2322)? Mentre il nr. delle lancette pundigito dovrà essere uguale al nr. di strisce (nr. 4.887.000)?

- 14) In riferimento alla procedura in oggetto con la presente Vi segnaliamo che ad oggi non risultano ancora disponibili per il pagamento i codici CIG della procedura. Quando saranno resi disponibili?

RISPOSTE:

LOTTO N. 8:

Ai fini dell'aggiudicazione del lotto, le ditte concorrenti devono presentare la propria offerta sulla base delle richieste tecniche già esplicitate nel Capitolato Speciale di gara, unitamente alle seguenti informazioni, ad oggi disponibili. Eventuali ulteriori necessità tecniche potranno essere concordate tra la ditta aggiudicataria e la singola Azienda del SSR interessata alla fornitura, secondo quanto previsto dall'art. 3 (Variazioni nell'esecuzione contrattuale) dello Schema di convenzione:

- 1) Si precisa che per il Burlo vanno offerti n. 80 glucometri. Si precisa altresì che per l'Azienda Ospedaliera Universitaria di Trieste il numero di glucometri è pari a "45" anziché "50".
- 2) Si conferma che è corretto offrire n. 1 software per ogni Azienda del SSR.
- 3) BURLO: server virtuale, con costi di acquisto spazio web e gestione a carico della ditta aggiudicataria; AOUD: server virtuale, con costi di acquisto spazio web e gestione a carico della ditta aggiudicataria; AAS5: server fisico, fornito dalla ditta aggiudicataria: formato rack, altezza non superiore alle 2U, doppia alimentazione in configurazione ridondante. Potenzialità stabilite dalla ditta concorrente al fine di rispettare i livelli di servizio richiesti.
- 4) Si confermano i fabbisogni già indicati.
- 5) Si precisa che i quantitativi presunti di strisce reattive indicati nel file excel allegato al Capitolato Speciale sono già comprensivi del numero presunto di strisce necessarie per eseguire i controlli di qualità giornalieri.

- 6) Si conferma che il PASSOE va creato ugualmente.
- 7) Si conferma che gli oneri della sicurezza in relazione ai rischi interferenziali, valutati dalla Stazione Appaltante non soggetti a ribasso, sono pari a 0,00.
- 8) Si precisa che si intende entro 10gg solari.
- 9) Si rimanda a quanto già previsto dall'art. 4 delle Norme di partecipazione: "Non saranno accettate le offerte che non rispettino le indicazioni e le modalità di presentazione previste nel presente documento, ovvero risultino equivoche, difformi dalla richiesta o condizionate da altre clausole (es: minimo d'ordine o spese di trasporto)".
- 10) Lotto 2: si conferma che la cauzione definitiva verrà richiesta.
- 11) Il contratto viene stipulato tramite scambio di lettera commerciale, non sottoposta a registrazione; le spese di bollo ammontano indicativamente a circa 16,00 euro.

12) LOTTO N. 3:

CONFEZIONAMENTO: si conferma che è possibile procedere come da Voi richiesto.

FAC SIMILI: si conferma che non è necessario presentarli in fase di offerta

WHITE LIST PROVINCIALE: il 14 agosto 2013 è entrato in vigore il D.P.C.M. 18 aprile 2013, pubblicato sulla GU n. 164 del 15 luglio 2013, recante "Modalità per l'istituzione e l'aggiornamento degli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, di cui all'articolo 1, comma 52, della legge 6 novembre 2012, n. 190". Gli elenchi in questione, meglio noti come *White List*, istituiti presso ogni Prefettura, mirano a rendere più efficaci i controlli antimafia con riferimento a quelle attività imprenditoriali ritenute maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa.

FIRMA DELLA DOCUMENTAZIONE: si conferma.

13) **LOTTO N. 3:**

1. Gli strumenti devono essere in grado di correggere automaticamente le possibili interferenze causate dall'ematocrito.
2. Entrambi. Non esiste una percentuale di riferimento.
3. Si predilige un numero superiore.
4. Sia da sangue capillare che venoso.
5. Ove non specificato, le ditte possono presentare offerta con le modalità ritenute più opportune.

14) Si conferma quanto già indicato nel Capitolato speciale di gara: *"Il pagamento dei CIG (e l'ottenimento dei "PASSOE") potrà essere effettuato, con le modalità indicate nell'allegato B delle Norme di partecipazione alla gara, non prima di 15 giorni del termine ultimo per la ricezione delle offerte indicato dal bando di gara".*