

GARA A PROCEDURA APERTA PER LA STIPULA DI UNA CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI "MATERIALI PER IL CAMPIONAMENTO EMATICO E PER LIQUIDI BIOLOGICI" ID.14REA005

PRECISAZIONE DEL 28.10.2015

DOMANDE:

1)

Allegato al Capitolato Speciale di gara: elenco lotti/voci

Voce 1 Aghi sterili monouso da 20 g con sistema di protezione (o sull'ago o sulla camicia)

Voce 2 Aghi sterili monouso da 21 g con sistema di protezione (o sull'ago o sulla camicia)

dispone di aghi delle misure 21G e 22G. Gli aghi 21G sono aghi "THIN WALL" ovvero aghi a parete sottile. Il diametro interno dell'ago 21G THIN WALL infatti, è paragonabile al diametro interno di un ago 20G a pareti normali (NORMAL WALL), parimenti, il diametro interno dell'ago 22 G THIN WALL è paragonabile al diametro interno di un ago 21G a pareti normali (NORMAL WALL).

1. Premesso quanto sopra, Vi chiediamo di poter presentare offerta alla voce 1 con la misura 21 G e alla voce 2 con la misura 22 G.
2. Vi chiediamo inoltre, qualora alle voci 1 e 2 venisse proposto un dispositivo pre-assemblato a "camicia standard monouso per prelievo sottovuoto" già richiesta alla voce 5, di poter scorporare da detta voce il quantitativo eventualmente già ricompreso nelle voci 1 e 2.

Voce 19 Provette in PET EDTA K2 per prelievo capillare

La scrivente dispone a catalogo del prodotto con le caratteristiche da Voi richieste, ma trattasi di provette in PP. Le caratteristiche della provetta ed i materiali di cui è costituita sono pienamente rispondenti alla destinazione d'uso.

3. Vi chiediamo pertanto di poter presentare offerta per il prodotto su indicato.

Voce 26 Aghi sterili monouso 21 g con possibilità di visualizzazione del flusso ematico nel sistema di prelievo.

4. Vi chiediamo di voler confermare che i suddetti aghi devono essere provvisti di sistema di protezione come già richiesto alle voci 1 e 2 dell'elenco lotti/voci.
5. Vi chiediamo inoltre qualora alla voce 26 venisse proposto un dispositivo pre-assemblato a "camicia standard monouso per prelievo sottovuoto" già richiesta alla voce 5, di poter scorporare da detta voce il quantitativo eventualmente già ricompreso nella voce 26.

Inoltre:

Capitolato Speciale – Specifiche tecniche:

I prodotti offerti dovranno (pena esclusione) essere totalmente compatibili fra di loro > si richiede pertanto alla ditta partecipante una dichiarazione attestante tale compatibilità

6. Si chiede di voler confermare che, qualora l'azienda partecipante presenti offerta per articoli prodotti da più aziende, la dichiarazione attestante la compatibilità dei prodotti che compongono il sistema debba essere convalidata da analoga dichiarazione rilasciata da parte dei diversi produttori.

Quanto sopra in conformità allo standard CLSI (da Voi richiesto a pag. 51 del Capitolato Speciale) H01-A6 (Tubes and Additives for Venous and Capillary Blood Specimen Collection) al paragrafo 5.1 indica:

"E' responsabilità del produttore assicurare che le componenti del suo sistema per il prelievo di sangue siano compatibili (es. Provette, camicie, aghi, dispositivi di protezione degli aghi, set per prelievo ematico, dispositivi per il trasferimento del sangue). Combinare componenti di diversi produttori può causare problemi (tra i quali emolisi, separazione dell'ago dalla camicia, inadeguato riempimento della provetta).

Capitolato Speciale – Modalità di attribuzione di punteggi:

3) Sicurezza dell'operatore (meglio declinate nei sottopunti a); b) e c))

Considerato che la scrivente non è l'attuale fornitore, si desidera sottolineare che le prove che consentiranno l'attribuzione dei punteggi su indicati non possono prescindere da una formazione al corretto utilizzo dei dispositivi rivolta agli operatori coinvolti nelle prove pratiche.

Tale formazione dovrà necessariamente precedere le prove stesse (per quanto ci riguarda siamo a Vs disposizione).

7. Vi chiediamo di voler confermare che sarà consentito effettuare detta formazione.

2) LOTTO 1 Quesito 1

A pagina 49 delle norme Capitolato nel quarto punto viene chiesta come caratteristica minima pena esclusione che i prodotti offerti dovranno essere forniti dalla stessa Azienda.

Per Azienda si intende stesso produttore ?

Infatti come da raccomandazioni CLSI H01-A6 paragrafo 5.1 e raccomandazioni della Sibioc Standard CLS I pubblicati nei documenti Sibioc che recita "Lo standard CLSI H01-A6 al paragrafo 5.1 non lascia spazio a molti dubbi (27): "è responsabilità del produttore assicurare che le componenti del suo sistema per il prelievo di sangue siano compatibili (ad es., provette, camicie, aghi, meccanismi di protezione degli aghi, set per prelievo ematico, dispositivi per il trasferimento di sangue). Combinare componenti di diversi produttori può causare problemi (tra i quali emolisi, separazione dell'ago dalla camicia, inadeguato riempimento della provetta). Se dispositivi di diversi produttori sono usati in combinazione, l'utilizzatore deve verificarne la compatibilità". Il produttore è chiamato a garantire la piena compatibilità tra ogni componente del suo sistema PCS ("its system"), mentre l'utilizzatore, che intenda utilizzare componenti provenienti da sistemi PCS di "brand" diversi, deve farsi pienamente carico di verificarne la compatibilità con l'intento di scongiurare possibili problemi di qualità e sicurezza."

LOTTO 1 Quesito 2

Alla voce 5 dell'allegato al capitolato speciale vengono richiesti 1616000pz di Camicie standard monouso per prelievo sottovuoto (con sistema di protezione o sull'ago o sulla camicia) che andranno montate evidentemente sulle voci 1-2-3-4-26 anche se la somma delle quantità di queste ultime non è esattamente la stessa .

Trattandosi di materiale monouso (quindi a un certo numero di aghi e farfalle corrisponde lo stesso numero di camice) si chiede se si tratta di un refuso.

LOTTO 1 Quesito 3

La nostra fornisce prodotti per il prelievo in sicurezza con il sistema di protezione montato sulla camicia . Questo prodotto viene poi assemblato con l'ago retto che nel nostro caso non ha il sistema di protezione.

La nostra ditta fornisce inoltre Set prelievo con ago a farfalla protetto, con adattatore preassemblato , sistema al quale viene poi assemblata una camicia standard che non possiede il sistema di protezione essendo già presente sull'ago della farfalla.

I due prodotti camicia di sicurezza e camicia standard hanno ovviamente prezzi differenti e obbligherebbe le ditte che hanno il sistema di sicurezza assemblato alla camicia ad offrire quasi 1000000 di sistemi di sicurezza in più rispetto a ditte che hanno il sistema di sicurezza montato sull'ago con evidenti sbilanciamenti sull'offerta finale.

Dato il fatto che sugli aghi retti delle voci 1-2-26 saranno montate camicie con sistema di protezione e invece sulle farfalle di sicurezza delle voci 3-4 saranno montate camicie senza protezione si chiede di dividere i quantitativi della voce 5 (Camicie standard monouso per prelievo sottovuoto (con sistema di protezione o sull'ago o sulla camicia) in due voci:

1) Camicie standard monouso per prelievo sottovuoto (con sistema di protezione o sull'ago o sulla camicia) per aghi retti

2) Camicie standard monouso per prelievo sottovuoto (con sistema di protezione o sull'ago o sulla camicia) per farfalle di sicurezza.

- 3) In riferimento alla procedura di cui all'oggetto, dato che è nostra intenzione partecipare alla suddetta procedura, dovendo pagare il contributo di cui all'oggetto, sono entrata nel sito di Anac ed ho digitato il codice CIG relativo al lotto n° 2. Il sito ha risposto che il codice CIG è valido ma non è attualmente disponibile per il pagamento. Desidererei ricevere informazioni per poter saldare il citato contributo.

- 4) In riferimento alla procedura di cui all'oggetto, dato che è nostra intenzione partecipare alla suddetta procedura, dovendo fornire, tra i documenti amministrativi, il "PassOe", sono entrata nel sito Anac ma non ho trovato alcun riferimento alla procedura in oggetto. Desidererei ricevere informazioni per poter redigere il suddetto documento.

RISPOSTE:

1) LOTTO N. 1

- 1) VOCI 1 E 2: si conferma la descrizione già indicata e si ricorda nel contempo quanto già previsto in merito dal secondo capoverso dell'art. 6 delle Norme di partecipazione alla gara: "*Nel caso in cui la descrizione delle specifiche tecniche indicate si riferisse casualmente, in tutto o in parte, a caratteristiche possedute da prodotti distribuiti da una sola ditta, si deve intendere inserita la clausola "o equivalenti". L'eventuale equivalenza tecnica verrà valutata ai sensi di quanto previsto dall'art. 68 del D.Lgs. 163/2006*". Si ricorda inoltre quanto già previsto dall'ultimo capoverso dell'art. 5 delle Norme di partecipazione alla gara: "***Per i soli lotti n. 1 e n. 2, si precisa che ai fini dell'ammissione alla gara viene definita una soglia di partecipazione del 90%. La ditta, qualora non sia in grado di fornire, per mancanza di produzione ovvero assenza di riferimento a catalogo, l'intera gamma di dispositivi richiesti, può partecipare alla gara se offre almeno il 90% del numero delle voci previste per il lotto (quindi: almeno 23 voci su 26 al lotto 1 e almeno 22 voci su 25 al lotto n. 2). Ai fini della comparazione delle offerte per l'individuazione del valore complessivo del lotto, per ogni voce non offerta, l'EGAS - nel corso della II seduta pubblica di apertura delle offerte economiche - provvederà ad imputare il valore dato dal prodotto delle quantità in gara per il prezzo unitario più alto tra quelli offerti dai concorrenti alla medesima voce. Tali valori verranno sommati all'importo complessivo offerto dalla ditta***".
- 2) Si conferma che le ditte concorrenti devono presentare la propria offerta sulla base dei fabbisogni presunti già indicati nel file excel Allegato al Capitolato Speciale (vedere anche Risposta n. 2 "QUESITO 3" alla pagina seguente)
- 3) VOCE 19: si conferma la descrizione già indicata e si ricorda nel contempo quanto già previsto in merito dal secondo capoverso dell'art. 6 delle Norme di partecipazione alla gara: "*Nel caso in cui la descrizione delle specifiche tecniche indicate si riferisse casualmente, in tutto o in parte, a caratteristiche possedute da prodotti distribuiti da una sola ditta, si deve intendere inserita la clausola "o equivalenti". L'eventuale equivalenza tecnica verrà valutata ai sensi di quanto previsto dall'art. 68 del D.Lgs. 163/2006*".
- 4) VOCE 26: si conferma la descrizione già indicata nel file excel Allegato al Capitolato Speciale.
- 5) Si conferma che le ditte concorrenti devono presentare la propria offerta sulla base dei fabbisogni presunti già indicati nel file excel Allegato al Capitolato Speciale.
- 6) Si confermano le richieste già esplicitate nel Capitolato Speciale a pagina 51, nella sezione "documentazione tecnico qualitativa"; si evidenzia altresì che a pagina 49 del Capitolato Speciale si richiede che "tutti i prodotti devono essere forniti dalla stessa Azienda" (vedere anche Risposta n. 2 "QUESITO 1" alla pagina seguente).
- 7) Si conferma quanto già indicato nel Capitolato Speciale: "*L'Amministrazione si riserva di chiedere ulteriore campionatura e/o delucidazioni ritenute necessarie per una puntuale valutazione tecnica dei prodotti offerti*". Ne deriva che, qualora la Commissione Giudicatrice lo ritenga necessario, verrà richiesto alle ditte concorrenti di effettuare la formazione prima della prova pratica.

2) LOTTO N. 1

QUESITO 1: si conferma che per “stessa Azienda” si intende “stessa Azienda produttrice”;

QUESITO 2: si conferma che le ditte concorrenti devono presentare la propria offerta sulla base dei fabbisogni presunti già indicati nel file excel Allegato al Capitolato Speciale.

QUESITO 3: si conferma che le ditte concorrenti devono presentare la propria offerta sulla base dei fabbisogni presunti già indicati nel file excel Allegato al Capitolato Speciale.

Nel caso esemplificato, qualora non sia possibile offrire entrambi i dispositivi al medesimo prezzo, le ditte concorrenti devono presentare la propria offerta attenendosi alle indicazioni già previste nell'allegato E “fac-simile offerta economica” (pagine 22 e 23 della documentazione di gara) e che si richiamano di seguito: “*...se disponibili, le ditte concorrenti sono invitate ad indicare in calce all'offerta economica l'elenco dei codici di prodotti similari a quelli ricompresi nel lotto, per ogni singola voce dello stesso, eventualmente acquistabili allo stesso prezzo offerto della singola voce alla quale vengono assimilati (es: prodotti con etichette trasparenti) o alla medesima percentuale di sconto; in altre parole, le ditte devono specificare, per ogni voce, quali sono i prodotti similari acquistabili al medesimo prezzo o alla medesima percentuale di sconto*”. Si evidenzia a tal proposito che nell'ultima colonna del file excel Allegato al Capitolato Speciale sono stati riportati gli “*importi di spesa presunti per 36 mesi per eventuali estensioni contrattuali e per l'eventuale acquisto di ulteriori misure / prodotti similari*” e che gli stessi sono stati “ciggati” dall'EGAS al momento dell'indizione della gara.

- 3) Si richiama quanto già indicato nel Capitolato speciale di gara: “*Il pagamento dei CIG (e l'ottenimento dei “PASSOE”) potrà essere effettuato, con le modalità indicate nell'allegato B delle Norme di partecipazione alla gara, non prima di 15 giorni del termine ultimo per la ricezione delle offerte indicato dal bando di gara*”.
- 4) Per ottenere il documento PASSOE la ditta deve registrarsi al servizio AVCPASS e seguire le istruzioni online che trova sul sito dell'A.N.A.C. Per qualsiasi chiarimento al riguardo la ditta deve consultare l'agenzia A.N.A.C. preposta al rilascio del documento.