

ID 14PRE001.1
**GARA A PROCEDURA APERTA PER LA STIPULA DI UNA
CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO DELLA
FORNITURA DI MATERIALE PER NEUROCHIRURGIA**

Precisazione dell'11/04/2016

DOMANDA N. 1

Con riferimento al lotto n. 34 VOCE B si comunica che per quanto a propria conoscenza non è presente sul mercato il dispositivo da Voi richiesto e nello specifico: elettrodo con batteria.

Generalmente è il generatore a possedere la batteria mentre l'elettrodo ha la funzione di trasmettere gli impulsi. Si chiede pertanto conferma che il requisito “Elettrodo a batteria” non è da intendersi come elemento fondamentale e necessario ai fini della valutazione ed ammissibilità dell'offerta tecnica.

RISPOSTA N. 1

Si segnala che la dicitura “*a batteria*” riportata nella descrizione della voce B del lotto n. 34 è un refuso di stampa e come tale non deve essere preso in considerazione.