

**GARA A PROCEDURA APERTA PER LA STIPULA DI UNA CONVENZIONE PER
L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA “IN FULL SERVICE DI SISTEMI PER
L’ESECUZIONE DI ESAMI PRE DONAZIONE PER LA VALUTAZIONE D’IDONEITA’
ALLA DONAZIONE ” ID.15REA009**

PRECISAZIONE DEL 04/04/2016

Con Determina EGAS n. 153 del 04/04/2016 si è proceduto a rettificare parzialmente la gara in oggetto nei termini indicati nell’ALLEGATO 1 di seguito riportato, che sostituisce integralmente le Norme di partecipazione e il Capitolato Speciale precedentemente approvato. Non vengono apportate modifiche agli Allegati alle Norme di partecipazione e allo Schema di convenzione precedentemente approvati.

Per quanto sopra, si è ritenuto inoltre di procedere alla proroga dei termini per la presentazione delle offerte e di rettificare il relativo bando di gara nei termini di seguito specificati:

II.2.1) Quantitativo o entità totale : *(compresi tutti gli eventuali lotti, rinnovi e opzioni, se del caso)*

€ 703.130,00 (+ € 492.191,00 per opzioni contrattuali)

II.2.2) Opzioni : *(se del caso)*

Opzioni : sì no

(in caso affermativo) Descrizione delle opzioni :

(+ € 492.191,00 per opzioni contrattuali)

IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e documenti complementari o il documento descrittivo: *(nel caso di dialogo competitivo)*

Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l'accesso ai documenti

Data: 09/05/2016 Ora: 12:00

IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione:

Data: 19/05/2016 Ora: 12:00

IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte:

Data : 23/05/2016 (gg/mm/aaaa) Ora 09:30

*(se del caso)*Luogo: **nuova sede Egas Via Pozzuolo n. 330 Palazzina C**

Rimangono invariate le restanti condizioni di gara.

**ALLEGATO 1 ALLA DETERMINA DI RETTIFICA PARZIALE DELLA PROCEDURA DI
GARA AVVIATA CON DETERMINAZIONE EGAS N. 98 DEL 04/03/2016 AVENTE
AD OGGETTO "GARA A PROCEDURA APERTA PER LA STIPULA DI UNA
CONVENZIONE PER LA FORNITURA IN FULL SERVICE DI SISTEMI PER
L'ESECUZIONE DI ESAMI PRE DONAZIONE PER LA VALUTAZIONE D'IDONEITA'
ALLA DONAZIONE - 15REA009"**

ID.15REA009

**NORME DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA A PROCEDURA
APERTA PER LA STIPULA DI UNA CONVENZIONE PER
L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA IN FULL SERVICE DI
SISTEMI PER L’ESECUZIONE DI ESAMI PRE DONAZIONE
PER LA VALUTAZIONE D’IDONEITA’ ALLA DONAZIONE**

- art. 1 Modalità di gara
- art. 2 Procedure di trasmissione dell’offerta
- art. 3 Documenti di partecipazione
- art. 4 Caratteristiche dell’offerta economica
- art. 5 Procedura di individuazione della migliore offerta
- art. 6 Requisiti tecnici
- art. 7 Criteri e parametri per la valutazione delle offerte
- art. 8 Richiesta informazioni
- art. 9 Rinvio allo Schema di Convenzione
- art. 10 Informativa sul trattamento dei dati

Art. 1
(Modalità di gara)

L'Ente per la gestione accentrata dei servizi condivisi, di seguito denominato EGAS, ha indetto gara a procedura aperta, per la stipula di una **Convenzione** per l'affidamento della fornitura IN FULL SERVICE DI SISTEMI PER L'ESECUZIONE DI ESAMI PRE DONAZIONE PER LA VALUTAZIONE D'IDONEITA' ALLA DONAZIONE, con l'osservanza delle presenti norme, nonché delle disposizioni contenute nel Bando Integrale di Gara, nello Schema di Convenzione e nel Capitolato Speciale. Tutti gli Enti del S.S.R. interessati potranno aderire alla Convenzione.

L'EGAS è titolare e legittimato in relazione allo svolgimento delle fasi di gara fino all'individuazione del miglior offerente e alla stipula della Convenzione. I singoli contratti di fornitura vengono conclusi a tutti gli effetti tra i singoli Enti del SSR interessati ed il Fornitore attraverso la stipula di "Contratti derivati".

L'EGAS si riserva la facoltà di sospendere la gara e/o di non addivenire all'individuazione della Ditta migliore offerente della fornitura, sia nel caso venga meno l'interesse pubblico all'effettuazione della stessa, sia nel caso in cui nessuna delle offerte sia ritenuta conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto (art. 81, comma 3 d.lgs 163/2006). La convenienza viene valutata ai sensi dell'art. 89 d.lgs 163/2006.

L'EGAS si riserva inoltre di non procedere all'aggiudicazione qualora nel corso dello svolgimento della gara dovesse intervenire il parere negativo da parte del competente Nucleo di Valutazione degli Investimenti Sanitari e Sociali (NVISS).

L'EGAS si riserva di non procedere ad aggiudicazione, ovvero di recedere in qualsiasi momento dalla Convenzione sottoscritta, previa formale comunicazione e pagamento delle prestazioni già eseguite, nei casi e alle condizioni di cui al D.L. 6/07/2012, n. 95 convertito con L. 7/08/2012 n. 135.

Art. 2
(Procedure di trasmissione dell'offerta)

Il plico contenente l'offerta e la documentazione, **a pena di esclusione**, dovrà essere **sigillato** e recare sul frontespizio il nominativo del **mittente nonché l'oggetto della gara**: "Offerta relativa alla gara con procedura aperta per la stipula di una convenzione per l'affidamento della fornitura "FULL SERVICE DI SISTEMI PER L'ESECUZIONE DI ESAMI PRE DONAZIONE PER LA VALUTAZIONE D'IDONEITA' ALLA DONAZIONE" per un periodo di 36 mesi – ID.15REA009".

Il plico dovrà contenere all'interno n. 3 buste separate e chiuse di cui la n. 3 dovrà essere regolarmente sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, mentre per la n. 1 e la n. 2 sarà sufficiente una chiusura normale:

- Busta n. 1 recante l'indicazione "DOCUMENTI DI PARTECIPAZIONE" (vedere art. 3 delle presenti Norme di partecipazione alla gara);
- Busta n. 2 recante l'indicazione "DOCUMENTAZIONE TECNICO-QUALITATIVA" (vedere elenco documenti richiesti nel Capitolato Speciale);
- Busta n. 3 recante l'indicazione "OFFERTA ECONOMICA" (vedere art. 4 delle presenti Norme di partecipazione alla gara).

Si precisa che per "sigillatura" deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come striscia incollata o ceralacca o piombo, tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestare l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l'integrità e la non manomissione del plico e delle buste.

Il plico andrà indirizzato all'Ente per la gestione accentrata dei servizi condivisi (EGAS), sito dal mese di maggio 2016 nella nuova sede di Via Pozzuolo n. 330 (Palazzina B) - 33100 UDINE e dovrà pervenire a mezzo raccomandata A.R. tramite Servizio postale di Stato o mediante agenzie di recapito, ovvero con consegna a mano, all'Ufficio Protocollo dell'EGAS, entro e non oltre il termine indicato nel bando di gara, pena l'esclusione dalla gara.

Gli orari di apertura dell'Ufficio Protocollo dell'EGAS sono i seguenti:

- dal lunedì al giovedì: 08.30 -16.00
- venerdì: 8.30 – 13.00

L'EGAS declina ogni e qualsivoglia responsabilità per eventuali ritardi o errori di recapito del plico. In caso di consegna a mano farà fede ai fini dell'osservanza del termine utile sopra fissato, la data e l'ora apposte sul plico dall'addetto alla ricezione.

Art. 3
(Documenti di partecipazione)

La ditta partecipante, effettuata la registrazione al servizio AVCPASS e individuata la presente procedura, ottiene dal sistema un "PASSOE" da inserire nella busta contenente la documentazione amministrativa.

La ditta partecipante deve inserire all'interno della busta n. 1 la seguente documentazione:

La busta dovrà contenere un elenco numerato dei documenti presenti al proprio interno secondo il seguente ordine:

1. **Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà**, a firma del legale rappresentante, redatta come da fac-simile (vedere Allegato "A" alle Norme), corredato da fotocopia del documento di riconoscimento del sottoscrittore.
2. **Garanzia dell'importo indicato nella tabella di cui al Capitolato Speciale**, costituita nelle forme previste dall'art. 75 del D.Lgs. 163/2006, con espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del Codice Civile, e con indicazione dell'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del Decreto Legislativo 1 settembre 1993 n. 385 e s.m.i., che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta all'albo previsto dall'art.161 del Decreto legislativo 24 febbraio 1998.

La garanzia, intestata **all'Ente per la gestione accentrata dei servizi condivisi (EGAS) Via Pozzuolo n. 330**, deve avere validità per almeno 240 giorni dalla data di presentazione dell'offerta. L'importo della garanzia potrà essere ridotto del 50% per gli operatori economici in possesso di certificazione del sistema di qualità, secondo quanto prescritto dal comma 7 dell'art. 75 del D.Lgs. 163/2006. La ditta dovrà segnalare espressamente il possesso del requisito per la suddetta riduzione.

In caso di partecipazione a più lotti, la ditta concorrente potrà presentare una garanzia unica, specificando i lotti ai quali intende partecipare.

Ai sensi dell'art. 38, comma 2 bis, del Codice, la cauzione provvisoria garantisce altresì il versamento della sanzione pecuniaria, nella misura dell'uno per mille del valore del lotto, e dovrà essere reintegrata qualora la stessa venisse parzialmente escussa per il pagamento della predetta sanzione.

La cauzione provvisoria garantisce, altresì, il possesso dei requisiti di ordine generale dichiarati dai concorrenti e, pertanto, si procederà all'incameramento della stessa nell'ipotesi di mancata integrazione ai sensi dell'art. 38, comma 2 bis, del Codice, dipendente da una carenza del requisito dichiarato. In caso di mancata sanatoria, si procederà all'esclusione del concorrente dalla procedura di gara.

Ai sensi dell'art. 75, comma 6, del Codice, la cauzione provvisoria verrà svincolata all'aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre agli altri concorrenti, ai sensi dell'art. 75, comma 9, del Codice, verrà svincolata entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione. Si precisa che l'amministrazione provvederà allo svincolo mezzo lettera e che il documento originale non verrà restituito alla ditta.

La mancata presentazione della cauzione provvisoria, la presentazione di una cauzione di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate, oppure la mancata

reintegrazione potrà essere sanata ai sensi dell'art. 38, comma 2 bis, e 46, comma 1 ter, del Codice, previo pagamento all'Ente della sanzione pecuniaria, a condizione che la cauzione sia stata già costituita alla data di presentazione dell'offerta e che decorra da tale data

In caso di mancata sanatoria l'Autorità procederà all'esclusione del concorrente dalla procedura di gara

3. **Documento di impegno di un fideiussore** a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto di cui all'art.113 del D.Lgs.163/2006, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario. Il documento di impegno può essere eventualmente anche integrato nel documento Garanzia di cui al precedente punto 2.

Nel caso in cui l'offerente abbia costituito la cauzione tramite deposito in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito l'operatore economico dovrà, separatamente, produrre un ulteriore documento contenente impegno di un fidejussore a rilasciare la garanzia di cui all'art. 113 del D. Lgs. 163/2006 per l'esecuzione del contratto considerato che tale cauzione non contiene alcun impegno.

4. **Versamento**, ove previsto, relativo alla contribuzione dovuta all'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici, ai sensi dell'art. 1, comma 67 della Legge 23 dicembre 2005 n. 266, per gli importi indicati nella tabella di cui al Capitolato Speciale.

Sia nel caso di R.T.I. costituito, che nel caso di R.T.I. non ancora costituito, il versamento è unico e deve essere effettuato dalla capogruppo.

Per facilitare il versamento vedere apposita guida allegata al presente documento (vedere Allegato "B" alle Norme).

La mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento potrà essere sanata ai sensi dell'art. 38, comma 2 bis, e 46, comma 1 ter, del Codice, previo pagamento a EGAS della sanzione pecuniaria, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata sanatoria, si procederà all'esclusione del concorrente dalla procedura di gara.

5. **Patto d'integrità** debitamente sottoscritto dal legale rappresentante corredato da fotocopia del documento di riconoscimento del sottoscrittore (vedere Allegato "H" alle Norme).
6. **PASSOE** ai fini della comprova del possesso dei requisiti di cui all'art. 38 e 48 del D. Lgs. 163/2006.
7. **Scheda fornitore** debitamente compilata, con l'indicazione del domicilio ai fini delle comunicazioni e il relativo numero di fax (vedere Allegato "D" alle Norme).
8. **Elenco sintetico dei lotti** ai quali la ditta partecipa, con indicazione - per ogni lotto - dell'importo del CIG versato (se dovuto) e dell'importo della cauzione versata (se dovuta);
9. **Copia dell'offerta economica priva dell'indicazione dei prezzi e degli sconti**, riportante la seguente dicitura: "Copia dell'offerta economica senza indicazione dei prezzi e degli sconti", specificando i lotti di gara e i codici-prodotto ai quali l'offerta si riferisce;
10. **Informativa ai sensi dell'art. 13 del Codice della Privacy**, debitamente controfirmata (vedere Allegato "C" alle Norme).
11. **Dichiarazione** sostitutiva di iscrizione alla Camera di Commercio con riferimento alle nuove disposizioni previste dall'entrata in vigore del D.lgs 159/2011 e nello specifico all'art 85 del predetto decreto (**vedere modelli allegati F e G**).

I documenti previsti ai punti 1-2-3-4-5 sono da considerarsi documentazione essenziale ai fini della partecipazione alla gara.

Ai sensi del comma 2-bis dell'art. 38 e del comma 1-ter dell'art. 46 del D. Lgs.163/2006, così come novellati dal D.L. n. 90/2014, convertito in L. 114/2014, il concorrente in caso di mancanza, incompletezza e ogni altra

irregolarità essenziali degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 2 del medesimo art. 38 è tenuto al pagamento in favore della stazione appaltante di una sanzione pecuniaria pari all'uno per mille del valore della gara, il cui versamento è garantito dalla cauzione provvisoria. In particolare la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità che riguardi gli elementi e tutte le dichiarazioni di cui all'art. 38 comma 2, nonché le dichiarazioni, anche di soggetti terzi, che devono essere prodotte dai concorrenti in base alla legge, al Bando o al Capitolato d'Oneri, comporterà – in luogo della sanzione dell'esclusione dalla procedura - l'applicazione, nei confronti del concorrente, della sanzione pecuniaria nella misura di cui sopra, nonché le conseguenze previste dal medesimo art. 38 comma 2 bis.

In caso di mancanza, incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale della documentazione prevista ai punti 1-2-3-4-5, EGAS provvederà a richiedere, ai sensi degli artt. 38 comma 2-bis e art. 46 comma 1-ter del Codice, le integrazioni e i chiarimenti necessari, assegnando ai destinatari un termine non superiore ai dieci giorni per adempiere. L'Amministrazione provvederà ad escludere dalla gara i concorrenti che non abbiano adempiuto alle richieste di regolarizzazione entro il termine o che, comunque, pur adempiendo, risultino non aver soddisfatto le condizioni di partecipazione stabilite dal Codice, dal regolamento e dalle altre disposizioni di legge vigenti.

Il pagamento della sanzione potrà avvenire, a scelta del concorrente, tramite escussione della cauzione provvisoria o attraverso versamento da effettuarsi entro il termine perentorio di 10 giorni sul c/c n. dell'Amministrazione. in questa seconda ipotesi, insieme all'integrazione documentale, dovrà essere allegata la ricevuta del versamento."

In caso di **raggruppamento temporaneo di impresa**, la documentazione di cui ai punti precedenti relativi ai "Documenti di partecipazione", dovrà essere presentata da **tutte le imprese** che costituiscono il raggruppamento, ad eccezione dell'attestazione del versamento della contribuzione dovuta all'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici (a cura della solo capogruppo). Si precisa che con riferimento ai documenti di cui ai punti 2 e 3, gli stessi dovranno essere, in caso di raggruppamento temporaneo di impresa, cointestati a tutti i soggetti componenti il raggruppamento.

I concorrenti di altri Paesi Comunitari sono autorizzati a presentare la documentazione equipollente a quella richiesta.

L'EGAS si riserva di procedere ai relativi controlli, ai sensi di quanto previsto dalla D.P.R. 445/2000, nei confronti dei partecipanti alla gara.

Art. 4 (Caratteristiche offerta economica)

Nella busta n. 3 "Offerta economica" deve essere contenuta, a pena di esclusione, l'offerta economica redatta in lingua italiana e riportante tutte le informazioni di cui all'Allegato "E" alle Norme.

Per il medesimo lotto, non sono ammesse offerte "in alternativa"; nel caso venissero erroneamente formulate offerte "in alternativa", il EGAS prenderà in considerazione soltanto la prima offerta formulata e non anche l'offerta denominata "in alternativa".

La ditta dovrà inoltre indicare, in calce all'offerta, la struttura economica dell'offerta stessa, con particolare riferimento alle voci di prezzo indicate nell'art. 87 co. 2 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.

Si richiede altresì che nella Busta n. 3 la ditta concorrente inserisca un CD contenente la medesima offerta economica di cui sopra in formato excel (o word), in base allo schema previsto nel sopra citato Allegato "E" alle Norme. In caso di difformità tra i due formati (cartaceo ed elettronico), farà fede il formato cartaceo. Se disponibile, si chiede, inoltre, di inserire nel CD copia del listino vigente. Il listino rimarrà fisso ed invariabile per tutta la durata contrattuale.

La ditta dovrà indicare, per ogni lotto, un prezzo unico netto, nel senso che eventuali sconti dovranno essere già conteggiati nel prezzo offerto, con esclusione di annotazioni di sconti percentuali ulteriori in calce alle offerte o comunque annotati a parte.

L'offerta dovrà essere redatta in termini di prezzo fisso ed invariabile per tutta la durata della fornitura.

La ditta dovrà inserire, nello schema di dettaglio dell'offerta economica, gli oneri della sicurezza da rischio specifico (art. 87, comma 4 del Codice – Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163) la cui quantificazione spetta al Concorrente in rapporto alla stessa offerta economica. Per mero chiarimento si segnala che tali costi sono propri del Concorrente e sono diversi dagli oneri della sicurezza per le interferenze, che sono determinati da questa stazione appaltante nella misura di € 0.

L'offerta dovrà avere validità non inferiore a 240 giorni dall'ultimo termine di presentazione e per tale periodo è irrevocabile e dovrà essere presentata secondo le modalità previste dall'art. 2.

Non saranno accettate le offerte che non rispettino le indicazioni e le modalità di presentazione previste nel presente documento, ovvero risultino equivocate, difformi dalla richiesta o condizionate da altre clausole (es: minimo d'ordine o spese di trasporto).

In caso di raggruppamento di imprese, l'offerta congiunta dovrà:

1. essere sottoscritta dai Rappresentanti legali di tutte le imprese raggruppate;
2. specificare le parti della fornitura che saranno eseguite dalle singole imprese;
3. contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse si conformeranno alla disciplina prevista dall'art. 37, comma 8, del D. Lgs. 163/2006.

Non è ammessa la partecipazione di una stessa ditta singolarmente e quale componente di un raggruppamento (né la presenza contestuale in più raggruppamenti, pena esclusione sia della ditta singola che del raggruppamento o dei raggruppamenti da eliminare). E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lett. b) e c), sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato.

L'offerta congiunta comporta la responsabilità solidale nei confronti dell'Ente di tutte le imprese raggruppate. In caso la R.T.I. sia individuata come migliore offerente, le singole imprese raggruppate devono conferire, in unico atto, mandato speciale con rappresentanza, irrevocabile, ad una di esse designata come capogruppo. Tale mandato deve risultare da scrittura privata autentica. La procura è conferita al rappresentante legale dell'impresa capogruppo. Per quanto non espressamente qui indicato si applica l'art. 37 del D. Lgs. 163/2006.

La mancata sottoscrizione dell'offerta economica potrà essere sanata ai sensi dell'art 38 c 2bis e art 46 c 1 ter del codice a condizione che sia riconducibile al concorrente e dietro pagamento a favore di EGAS della sanzione pecuniaria prevista dal presente disciplinare. in caso di mancata sanatoria EGAS procederà all'esclusione del concorrente dalla procedura di gara.

Tutte le offerte che presenteranno un carattere anormalmente basso rispetto alla prestazione richiesta verranno assoggettate a verifica, secondo quanto disposto dall'art. 86 del D.Lgs. 163/2006; l'Amministrazione valuterà l'anomalia delle offerte secondo i criteri di cui all'art. 87 del D.Lgs. 163/2006 succitato.

Art. 5

(Procedura di individuazione della migliore offerta)

L'EGAS, verificata la regolarità della documentazione richiesta a corredo dell'offerta, procederà all'individuazione del miglior offerente, per ciascun lotto, secondo il criterio di cui **all'art. 83 del D.Lgs 163/2006, ovvero all'offerta economicamente più vantaggiosa.**

I plichi verranno aperti presso l'EGAS, sito dal mese di maggio 2016 in via Pozzuolo n. 330 (apertura dei plichi presso Palazzina C), 33100 Udine, nel giorno e ora stabiliti nel Bando di gara.

La procedura di gara si svolgerà con le seguenti modalità:

I° FASE: IN SEDUTA PUBBLICA

Alla prima fase, che avrà luogo il **giorno e all'ora indicati nel bando di gara**, potrà intervenire per qualsiasi effetto un rappresentante legale dell'Impresa concorrente o un'altra persona dallo stesso delegata, munita di apposita procura*.

Il Presidente di gara, assistito dal segretario verbalizzante, procederà all'apertura dei plichi pervenuti, dopo aver accertato la regolarità delle modalità di presentazione; verranno inizialmente esaminati i documenti di partecipazione, ammettendo o escludendo i concorrenti sulla base della documentazione di partecipazione. In seguito il Presidente di gara trasmetterà l'elenco delle Ditte ammesse e la documentazione tecnica alla Commissione Giudicatrice che effettuerà la valutazione tecnico-qualitativa della fornitura.

II° FASE: IN SEDUTA NON PUBBLICA

La Commissione Giudicatrice, all'uopo nominata, procederà alla valutazione tecnico-qualitativa della fornitura, alla verifica della rispondenza alle modalità richieste e all'attribuzione dei punteggi, in base agli elementi di cui all'art. 7 del presente documento.

III° FASE: IN SEDUTA PUBBLICA

Alla terza fase potrà intervenire per qualsiasi effetto un rappresentante legale dell'Impresa concorrente o un'altra persona dallo stesso delegata. In tal caso dovrà esibire all'autorità che presiede la gara idonea procura*.

Nella seconda seduta pubblica, il cui luogo ed orario saranno comunicati via fax almeno cinque giorni prima della seduta stessa, il Presidente, assistito dal segretario verbalizzante, procederà a dare lettura del verbale dei lavori della Commissione Giudicatrice, e all'apertura, per le sole ditte ammesse, della busta n. 3 "Offerta economica"; una volta data lettura delle offerte economiche verrà assegnato il punteggio previsto per l'elemento prezzo e a questo sommati gli altri punteggi determinati dalla Commissione Giudicatrice summenzionata.

La fornitura verrà affidata alla ditta che avrà ottenuto il punteggio complessivo più elevato.

Nel caso in cui nell'ambito del medesimo lotto si venisse a determinare una parità tra due o più offerte, si procederà seduta stante come segue:

- a) se presenti, i procuratori delle ditte che hanno presentato offerte uguali saranno invitati a procedere immediatamente alla gara di migliororia; in caso di ulteriore parità si provvederà all'individuazione mediante sorteggio;
- b) se nessuno dei procuratori delle ditte dovesse risultare presente, si procederà subito mediante sorteggio.

L'EGAS si riserva la facoltà di procedere all'individuazione anche in presenza di un'unica offerta valida, fatto salvo quanto previsto dall'art. 81 comma 3 del codice.

L'individuazione da parte dell'EGAS della ditta risultata migliore offerente diverrà immediatamente vincolante per la stessa. Il verbale di gara redatto dall'Ufficiale verbalizzante ha valore di aggiudicazione provvisoria. Si procederà quindi alla valutazione dell'anomalia, ove necessario, delle offerte secondo i criteri di cui all'art. 87 del D.Lgs. 163/2006 e quindi all'aggiudicazione definitiva tramite approvazione degli atti da parte del Direttore del D.S.C. e relativa comunicazione alle parti interessate. L'aggiudicazione definitiva diverrà quindi efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti (art 11 c. 8 del d.lgs 163/2006).

Divenuta efficace l'aggiudicazione definitiva, e fatti salvi i poteri di autotutela, la stipula del contratto avrà luogo entro il termine di 90 giorni, ovvero fatto salvo diverso termine espressamente concordato con l'aggiudicatario (art 11 c. 9 del d.lgs 163/2006).

**Il rappresentante legale dell'impresa concorrente o la persona delegata ad assistere alle sedute pubbliche di cui sopra dovrà presentarsi munita di copia del documento di riconoscimento e copia della procura da consegnare al personale dell'EGAS.*

Art. 6 (Requisiti tecnici)

I prodotti offerti dalle ditte concorrenti dovranno avere le caratteristiche tecniche prescritte nel Capitolato Speciale, pena l'esclusione dalla gara. Saranno effettuate le verifiche dell'ammissibilità/non ammissibilità dei prodotti offerti in relazione alla corrispondenza o meno a quanto prescritto nel Capitolato.

Nel caso in cui la descrizione delle specifiche tecniche indicate si riferisse casualmente, in tutto o in parte, a caratteristiche possedute da prodotti distribuiti da una sola ditta, si deve intendere inserita la clausola "o equivalenti". L'eventuale equivalenza tecnica verrà valutata ai sensi di quanto previsto dall'art. 68 del D.Lgs. 163/2006.

Art. 7

(Criteri e parametri per la valutazione delle offerte)

La procedura di aggiudicazione terrà conto dell'aspetto economico e qualitativo dei prodotti offerti, individuando l'offerta più vantaggiosa in base all'esame dei parametri di valutazione indicati nel Capitolato Speciale, a ciascuno dei quali verrà assegnato il punteggio massimo riportato al medesimo articolo sopra indicato.

La Commissione Giudicatrice appositamente nominata dall'EGAS, laddove lo riterrà necessario, potrà in sede di valutazione richiedere alle ditte partecipanti tutte le ulteriori informazioni e/o elaborati ritenuti necessari per formulare una più precisa valutazione della fornitura offerta.

Si precisa, infine, che tutti i calcoli relativi all'attribuzione dei punteggi e all'eventuale riparametrazione del punteggio qualitativo, verranno eseguiti computando fino alla seconda cifra decimale.

Art. 8

(Richiesta Informazioni)

Le informazioni complementari relative alla presente gara possono essere richieste per iscritto a mezzo fax 0432/306241 o PEC egas.protgen@certsanita.fvg.it, oppure al numero di tel. 0432/554190.

Le richieste di delucidazioni e di informazioni complementari di cui sopra dovranno pervenire, con i mezzi sopra indicati, entro 10 gg dalla data fissata come termine per la presentazione delle offerte e la stazione appaltante provvederà ad evadere tali richieste entro 6 gg dal termine di presentazione delle offerte. Le richieste non pervenute nei termini sopra riportati, non potranno essere evase.

Le risposte ai quesiti scritti saranno pubblicate sul sito dell'EGAS www.csc.sanita.fvg.it, pertanto le ditte interessate, consultandolo periodicamente, potranno acquisire le informazioni del caso.

Art. 9

(Rinvio allo Schema di Convenzione)

L'oggetto, le modalità e la gestione della fornitura sono disciplinati dal relativo Schema di Convenzione.

art. 10

(Informativa sul trattamento dei dati)

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, si precisa che i dati richiesti verranno trattati, nel rispetto della normativa vigente, unicamente ai fini della procedura di individuazione del miglior offerente e della successiva stipula della Convenzione.

Si evidenzia altresì che i dati di cui trattasi non saranno diffusi, fatto salvo il diritto di accesso dei "soggetti interessati" ex L. 241/90, che potrebbe comportare l'eventuale doverosa comunicazione dei dati suddetti ad altri concorrenti alla gara, così come pure l'esigenza dell'Amministrazione di accertamento dei dati dichiarati in sede di gara o comunque previsti ex lege.

CAPITOLATO SPECIALE PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA IN FULL SERVICE DI SISTEMI PER L’ESECUZIONE DI ESAMI PRE DONAZIONE PER LA VALUTAZIONE D’IDONEITA’ ALLA DONAZIONE

- Specifiche tecniche e fabbisogni presunti
- Prezzi base e cauzioni provvisorie
- Codice CIG
- Documentazione tecnico qualitativa
- Campionatura / prova / visione
- Modalità di attribuzione dei punteggi

SPECIFICHE TECNICHE E FABBISOGNI PRESUNTI:

LOTTO N. 1 - FORNITURA IN FULL SERVICE DI SISTEMI PER L'ESECUZIONE DI EMOCROMO PRE DONAZIONE PER LA VALUTAZIONE D'IDONEITA' ALLA DONAZIONE PER AQUD, AQUTS E AAS5

Il presente lotto ha per oggetto la seguente fornitura di servizio:

- noleggio di un sistema per analisi ematologica pre-donazione multiparametrica su sangue capillare per determinazione immediata dell'emocromo pre donazione sangue per valutare l'idoneità
- relativi reagenti (calibratori e controlli compresi)
- fornitura di assistenza tecnica di tipo full risk, comprendente trasporto, installazione, qualificazione e manutenzioni preventive e correttive
- collegamento informatico al software EMONET del SIMT con trasmissione diretta dei parametri analizzati (pur mantenendo la possibilità di stampa del referto ottenuto) a carico dell'azienda ospedaliera universitaria.
- tutto quanto necessario per l'espletamento dell'attività di laboratorio
- congruo addestramento del personale

➤ Caratteristiche minime essenziali richieste di fornitura

Di seguito si riportano le caratteristiche minime a cui deve rispondere la fornitura in oggetto:

1. la strumentazione deve essere nuova di fabbrica, ultima generazione ancora in produzione
 - sistema completamente automatizzato, trasportabile per l'utilizzo anche in autoemoteca, preferibilmente con reagenti e scarico sigillati in unico confezionamento inserito all'interno della strumentazione, al fine di garantire tutela e protezione dal rischio di contaminazione per il donatore e per gli operatori
 - analisi da prelievo minimo non superiore a 10 ul di sangue capillare per la determinazione diretta dell'emocromo con tutti i 18 parametri ematologici, senza prediluizione.
 - Esecuzione 55 campioni/ora circa
 - Sistema unico d'aspirazione di sangue da capillare e provetta primaria
 - collegamento informatico al software emonet del SIMT con trasmissione diretta dei parametri analizzati (pur mantenendo la possibilità di stampa del referto ottenuto)
 - lettore barcode

➤ Caratteristiche preferenziali

Di seguito si riportano le caratteristiche preferenziali che saranno oggetto di valutazione tecnica della fornitura:

- dimensione e peso ridotti
- facile e programmabile manutenzione
- stampa del referto da stampante integrata al sistema e esterna, per la strumentazione dell'autoemoteca
- memoria di almeno 1000 campioni
- gestione interna dei controlli di qualità completa di grafici
- monitor di tipo touchscreen

2. Questionario tecnico sulle principali caratteristiche oggetto di valutazione

Di seguito si riporta l'elenco di informazioni tecniche che costituiranno oggetto di valutazione e dovranno pertanto essere obbligatoriamente dichiarate nella formulazione dell'offerta facendo riferimento alla numerazione indicata:

1. tipo di sistema che si propone di installare, casa produttrice, azienda distributrice, modello e anno di commercializzazione
2. massa (kg)
3. ingombro sistema (dimensioni, volume, peso) ed esigenze di allacciamenti idrici e/o di canalizzazioni per espulsione di sfiati e vapori all'esterno dell'ambiente di lavoro, tipo, quantità e modalità di gestione degli scarichi, quantità dei rifiuti solidi e liquidi da smaltire; potenza elettrica

assorbita, tipo di spina di alimentazione elettrica presente, potenza termica dissipata, rumorosità e grado di emissione acustica

4. potenza elettrica assorbita (W o VA), tipo di spina in dotazione (Specificare, shuko, poli allineati, ecc.), eventuale presenza di cavo di alimentazione di tipo "scollegabile" (Specificare)

5. direttive europee alla quale l'apparecchiatura risulta soggetta e conforme con presenza di marchio CE

6. eventuali riferimenti WEB (URL Uniform Resource Locator) in lingua italiana o inglese, liberamente accessibili durante il periodo di validità della procedura di acquisizione, dai quali desumere informazioni tecnologiche, cliniche, operative, letteratura medica, ecc. relativamente al/ai prodotto/i offerto/i

➤ **STRUMENTAZIONE OCCORRENTE all'Azienda Ospedal. Universitaria di Udine (AOUD):**

- N. 11 analizzatori contaglobuli:
soc Medicina trasfusionale Udine (3+1 backup)
soc Medicina trasfusionale Palmanova 1
sos Medicina trasfusionale S. Daniele 1
sos Medicina trasfusionale Tolmezzo 1
URF Cividale 1
URF Gemona 1
URF Latisana 1
URM autoemoteca 1

➤ **STRUMENTAZIONE OCCORRENTE all'Azienda Ospedal. Universitaria di Trieste (AOUTS):**

- N. 7 analizzatori contaglobuli:
Ospedale Maggiore di Trieste (2)
Burlo Garofalo di Trieste (1)
Ospedale di Gorizia (1+1 backup)
Ospedale di Monfalcone (1)
S.C. di Ematologia dell'Ospedale Maggiore di Trieste (1)

➤ **STRUMENTAZIONE OCCORRENTE all'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 5 (AAS5):**

- N. 6 analizzatori contaglobuli:
SIMT Pordenone (1 + 1 Backup)
SIMT C.R.O. Aviano (1)
SIMT S. Vito al T. (1)
SIMT Spilimbergo 1
UR Sacile 1

➤ **Parametri analitici e materiali di consumo**

- La quantità di materiale offerto dovrà essere congrua rispetto al numero di test indicati, alla continuità dell'esecuzione delle analisi per la durata del contratto ed alla scadenza dei materiali offerti.
- Nell'individuazione delle quantità di reagenti e di materiali di consumo necessari per eseguire un dato numero di determinazioni, la ditta deve tenere conto del rendimento effettivo, e non teorico, di ciascuna confezione di prodotto offerto e della stabilità dei prodotti offerti in rapporto al numero di esami previsti e alla cadenza analitica.
- Si richiede la determinazione diretta dell'emocromo con tutti i 18 parametri ematologici, senza prediluizione

N. analisi presunte complessive/anno per AOUTS: 26.000

Dettaglio del materiale necessario per l'effettuazione di 26.000 determinazioni annue presso AOUTS (come da tabella):

sede	N. Prelievi su	Pungidito*
------	----------------	------------

	sangue capillare	E microcuvettes
Trieste Ospedale Maggiore - Trasfusionale	13.000	13.000
Trieste Ospedale Maggiore - Ematologia	2.000	2.000
Trieste Burlo Trasfusionale	2.000	2.000
Gorizia	4.500	4.500
Monfalcone	4.500	4.500
totale	26.000	26.000

N. analisi presunte complessive/anno per AAS5: 22.000

- Dettaglio del materiale necessario per l'effettuazione di 22.000 determinazioni annue presso AAS5 (come da tabella):

SEDE AAS5	Prelievi annui su sangue capillare	Pungidito* E microcuvettes anno
SIMT Pordenone	8.800	8.800
SIMT C.R.O. Aviano	5.000	5.000
SIMT S. Vito al T.	3.800	3.800
SIMT Spilimbergo	2.600	2.600
UR Sacile	1.800	1.800
Totale	22.000	22.000

N. analisi presunte complessive/anno per AOUD: 58.300

- Dettaglio del materiale necessario per l'effettuazione di 58.300 determinazioni annue presso AOUD (come da tabella):

sede	Prelievo su sangue capillare	Pungidito* E microcuvettes
Udine	33.000	33.000
Palmanova	6.300	6.300
San Daniele	6.700	6.700
Tolmezzo	6.000	6.000
Cividale	3.500	3.500
Latisana	2.300	2.300
Gemona	500	500
totale	58.300	58.300

* Pungidito di sicurezza indolore, a scatto monocolpo monouso, l'ago deve avere diametro di 0,80 mm (21G) e una altezza di 0,20 mm

- Fornitura in abbonamento di Controllo di qualità interno ed esterno (eseguito almeno su due livelli/die/sede) , per verificare il corretto funzionamento degli strumenti e l'attendibilità dei risultati;

1. Confezionamento e scadenza dei prodotti offerti

I prodotti forniti devono essere confezionati in modo da garantire la corretta conservazione, forniti in imballi completi di etichettatura riportanti all'esterno, in modo chiaro e facilmente leggibile le seguenti informazioni:

- La marca, il tipo di prodotto e il formato
- il numero del lotto e il codice di produzione
- la data di scadenza

I prodotti soggetti a scadenza dovranno, al momento della consegna, possedere validità residua non inferiore ai 2/3 della validità massima prevista.

Qualora la Ditta aggiudicataria non disponga, al momento dell'ordine, di reagenti con validità richiesta, dovrà contattare il laboratorio richiedente, specificando la validità del lotto disponibile, per valutare la possibilità di consegna in deroga a quanto stabilito. **In caso contrario i prodotti saranno restituiti alla Ditta che dovrà provvedere all'immediata sostituzione.**

Marchiature CE

I reagenti, i calibratori, i materiali di controllo, i prodotti consumabili e la strumentazione, nonché i relativi accessori, utilizzati per l'esame dei campioni, dovranno soddisfare i requisiti essenziali prescritti, così come specificato dal D. Lgs. 25 gennaio 2010 n. 37 adottato in attuazione della direttiva 2007/47/CE che modifica le direttive 90/385/CEE e recare la relativa marcatura CE apposta in maniera visibile, leggibile e indelebile sui dispositivi in questione, sempre che ciò sia possibile ed opportuno, sul manuale di istruzioni per l'uso e sulle confezioni commerciali .

2. Assistenza tecnica e manutenzione

La fornitura oggetto del presente Capitolato Speciale deve comprendere una garanzia con assistenza e manutenzione del tipo FULL-RISK, presso il cliente per tutta la durata contrattuale, decorrente dalla data del verbale di collaudo delle apparecchiature.

Detto servizio dovrà coprire:

1)garanzia per vizi e difetti di funzionamento e per mancanza di qualità promesse o essenziali all'uso cui la cosa è destinata;

2)manutenzione completa (preventiva e correttiva) della strumentazione offerta come segue:

a) manutenzione preventiva (programmata)

La manutenzione preventiva comprende, secondo le prescrizioni del costruttore (in accordo a quanto dichiarato nella documentazione tecnica e nei manuali d'uso) le procedure periodiche di verifica, controllo, messa a punto, sostituzioni parti di ricambio e parti soggette ad usura.

Il fornitore dovrà rispettare il numero previsto degli interventi dichiarati e preventivamente comunicati alla SOC Ingegneria Clinica nel corso dei quali saranno eseguite le operazioni contemplate dalle check lists fornite dal produttore con rilascio dei reports relativi; oltre che in sede di collaudo funzionale, la ditta aggiudicataria dovrà inoltre eseguire con periodicità almeno biennale le verifiche di sicurezza elettrica sulle apparecchiature offerte, con strumento dotato di certificato di taratura in corso di validità e consegna dei risultati alla SS Ingegneria Clinica.

A conclusione di ciascun intervento di manutenzione preventiva, i tecnici della Ditta dovranno applicare sulle apparecchiature un'apposita etichetta adesiva, che attesti lo stato di verifica delle stesse con l'indicazione del mese e dell'anno di esecuzione dell'attività. Tali etichette dovranno essere posizionate preferibilmente vicino ai dati di targa dell'apparecchio. In occasione degli interventi successivi, quelle riferite agli interventi precedenti dovranno essere rimosse, oppure nascoste dall'etichetta più recente.

I rapporti di lavoro relativi agli interventi di manutenzione dovranno essere sempre chiaramente riconducibili agli apparecchi: oltre al numero di serie, o di configurazione adottato dalla Ditta, essi dovranno riportare sempre la data di esecuzione dell'attività, essere controfirmati da parte del personale dell'Azienda Ospedaliera ed indirizzati dalla ditta alla SOC Ingegneria Clinica.

b) manutenzione correttiva (su chiamata)

Onde porre rimedio ad occasionali problemi tecnici la manutenzione correttiva è riferita a guasti o malfunzionamenti dovuti a difetti o deficienze costruttive del bene o di singole parti o ad usura naturale e comprende la riparazione e/o sostituzione di tutte le parti, accessori e di quant'altro componga l'attrezzatura nella configurazione fornita e necessaria al buon funzionamento. L'eventuale allineamento dei parametri richiesto al cambio del lotto di produzione dei controlli dovrà essere effettuato dal personale della ditta su tutti gli apparecchi.

Detta manutenzione dovrà essere effettuata nelle seguenti modalità:

- assistenza telefonica: numero illimitato di interventi su chiamata per un primo tentativo di risoluzione assistita dei guasti
- assistenza in loco: tempo di intervento max entro le 24 ore consecutive dalla chiamata, esclusi sabato e festivi; se il guasto non fosse riparabile nei tempi previsti deve essere garantita la sostituzione dello strumento.

c) manutenzione evolutiva

Per l'apparecchiatura e per ciascun dispositivo opzionale installato il fornitore dovrà erogare a proprio carico onere e spese un servizio volto ad aggiornare l'hardware e il software in conformità a eventuali aggiornamenti normativi comunitari e/o nazionali e/o regionali ovvero ad aggiornamenti evolutivi prescritti dalla casa produttrice.

Rientrano in quest'ambito anche tutti gli interventi disposti da parte del fabbricante delle apparecchiature a seguito dell'emissione di specifici avvisi di sicurezza.

In caso di ripetuti malfunzionamenti, la Ditta dovrà reintegrare, a titolo gratuiti, il materiale usato.

3. Aggiornamento tecnologico

Qualora durante il periodo di fornitura la ditta aggiudicataria dovesse porre in commercio nuovi reattivi o nuove apparecchiature, da considerarsi aggiornamenti tecnologici e quindi analoghi a quelli oggetto della fornitura, che presentino pertanto migliori o uguali caratteristiche di rendimento e funzionalità, la stessa potrà proporre all'Azienda Ospedaliera di fornire, ferme restano le condizioni economiche stabilite nella proposta, i nuovi prodotti "in sostituzione" di quelli oggetto dell'aggiudicazione.

4. Addestramento del personale

Il Personale della struttura utilizzatrice dovrà essere istruito e addestrato, preferibilmente in loco, all'uso dei sistemi tecnologici forniti tramite corsi in orari concordati con l'Azienda Ospedaliera; detto corso di addestramento dovrà essere ripetuto nell'ipotesi di un aggiornamento tecnologico del sistema nel corso del periodo contrattuale.

Per alcuni operatori dovranno prevedersi corsi di approfondimento e risoluzione dei problemi tecnici da tenersi presso la sede della Ditta aggiudicataria; tutti i corsi devono intendersi a totale carico della Ditta aggiudicataria. Modalità e tempistiche dei corsi dovranno essere concordate con i Responsabili delle strutture interessate.

LOTTO N. 2 - FORNITURA IN FULL SERVICE DI SISTEMI PER LA DETERMINAZIONE DELL'EMOGLOBINA PRE-DONAZIONE DA SANGUE CAPILLARE PER LA VALUTAZIONE DELL'IDONEITÀ ALLA DONAZIONE PER AOUTS

L'oggetto della fornitura è un full service di sistemi per la determinazione dell'emoglobina pre-donazione da sangue capillare per la valutazione dell'idoneità alla donazione per l'Azienda Ospedaliera Universitaria di Trieste.

I quantitativi sono stati calcolati in base al consumo storico con opportuni fattori di correzione ed in ogni caso devono sempre intendersi presunti ed indicativi, per cui l'esecuzione contrattuale potrà subire variazioni, in aumento o in diminuzione nel corso del periodo contrattuale, dovuti a nuovi indirizzi terapeutici e/o modifiche strutturali.

Le caratteristiche del sistema proposto, pena esclusione, devono essere le seguenti:

- volume del campione massimo 10 µl
- risposte rapide (≤ 10 secondi)
- lettura ottica multipla
- range di misurazione dell'emoglobina 6,0-19,5 g/dl
- precisione nell'ambito del range di misurazione pari a CV% inferiore o uguale a 1 ed accuratezza con metodo di riferimento (ICSH) con coefficiente di correlazione (0,99-1,00)
- ampio range di temperatura di conservazione delle cuvette (10-40 °C)
- apparecchiature nuove di ultima generazione
- strumenti sempre pronti con sistema di auto-check iniziale
- portatilità, maneggevolezza, dimensioni e peso contenuti (max 500g), adattabilità all'utilizzo presso i vari ambulatori del DMT
- il sistema deve essere corredato da controllo di qualità (almeno sei campioni / anno almeno il livello basso)
- funzionamento sia a corrente che a batteria
- la ditta deve documentare di essere fornitrice di almeno 100 strutture sul territorio nazionale
- gli strumenti devono essere dotati di marchio CE e allineati alle normative IEC 61010-1, prima edizione, 1990 emendamento 1, 1992 emendamento 2, 1995 (EN 61010-1: 1993 con A2: 1995), EN 60601-1-1-2 e soddisfano la direttiva sui dispositivi medico-diagnostici in vitro 98/79/EC

La fornitura della strumentazione a noleggio deve comprendere trasporto, installazione, qualificazione e, per tutto il periodo contrattuale, anche la gestione delle stesse, con riferimento all'assistenza full-risk, onnicomprensiva di manutenzione preventiva e correttiva, controlli di qualità, parti di ricambio, sostituzione, eventuali upgrade che intercorressero durante il periodo contrattuale e quant'altro necessario a garanzia dell'utilizzo corretto, sicuro e continuativo delle stesse. Le verifiche di sicurezza elettrica sulle apparecchiature verranno eseguite direttamente dal Servizio di Ingegneria Biomedicale.

Per i prodotti impiegati si richiede scheda tecnica con indicazione puntuale dell'eventuale classificazione CER e modalità di smaltimento previsto secondo la vigente normativa.

Riassunto fornitura per 36 mesi di sistema per la misurazione dell'emoglobina pre-donazione per AOOTS (dispositivi, quantità di determinazioni e luoghi di effettuazione della fornitura)

SEDE AOOTS	Numero STRUMENTI AOOTS	Numeri presunti determinazione emoglobina per AOOTS per 36 mesi:
Ospedale Maggiore	3 (2 per autoemoteca)	15.000
Burlo Garofalo di Trieste	1	
Ospedale di Gorizia	3 (2 per autoemoteca)	
Ospedale di Monfalcone	1	
	Totale strumenti per AOOTS: 8	

PREZZI A BASE D'ASTA OMNICOMPRESIVI E CAUZIONE PROVVISORIA

LOTTO	Prezzo omnicomprensivo a base d'asta in euro per 36 mesi	Cauzione provvisoria da versare
1	694.000,00 euro	13.880,00 euro
2	9.130,00 euro	182,60 euro

CODICI CIG:

Nella tabella di seguito riportata vengono indicate le seguenti informazioni: codici CIG e importo da versare per la contribuzione dovuta all'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici.

LOTTO	CIG	IMPORTO DA VERSARE (comprensivo di eventuali opzioni contrattuali)
1	66156921BF	€ 140,00
2	661569650B	NON DOVUTO

NB:

- Il pagamento dei CIG (e l'ottenimento dei "PASSOE") potrà essere effettuato, con le modalità indicate nell'allegato B delle Norme di partecipazione alla gara, non prima di 15 giorni del termine ultimo per la ricezione delle offerte indicato dal bando di gara.
- Gli importi "PASSOE" sono superiori rispetto alle basi d'asta, in quanto sono comprensivi anche delle "opzioni contrattuali" (proroghe ed estensioni) già "cigrate" dall'EGAS in fase di indizione della gara.

DOCUMENTAZIONE TECNICO QUALITATIVA:

La busta n 2 dovrà contenere i seguenti documenti:

1. l'elenco numerato dei documenti presenti al proprio interno secondo l'ordine sotto riportato. Ciascun documento dovrà indicare sulla prima pagina il numero di pagine di cui è composto (ad esclusione dei documenti meramente illustrativi quali ad esempio i depliant);
2. schede tecniche, schede di sicurezza e ogni altra documentazione (es: dichiarazioni relative a confezionamento, manutenzione, assistenza tecnica, addestramento del personale), per ogni prodotto offerto, che possa consentire una completa valutazione, **in base alle descrizioni dei lotti e ai criteri di valutazione sotto indicati**; si precisa che nella documentazione presentata dovranno essere espressamente indicate ed evidenziate le caratteristiche tecniche richieste per i prodotti posti in gara. Tale documentazione dovrà essere presentata sia in formato cartaceo che su CD.

3. una motivata e comprovata dichiarazione, nella quale siano individuate le informazioni che, nell'ambito delle offerte o delle giustificazioni poste a base delle medesime, costituiscano segreti tecnici o commerciali (ai sensi e per gli effetti di quanto previsto all'art. 13, comma 5, lett.a), del Decreto Legislativo 163/2006 e s.m.i.). La non presentazione di tale dichiarazione all'interno della documentazione tecnico-qualitativa verrà considerata dall'Amministrazione quale assenso all'accesso agli atti presentati in sede di gara, con riferimento alle richieste che perverranno da parte dei controinteressati.

La Commissione Giudicatrice si riserva la possibilità di chiedere ulteriori informazioni di carattere tecnico che dovessero risultare necessarie per effettuare un'adeguata valutazione.

CAMPIONATURA / PROVA / VISIONE

In questa fase non viene richiesta campionatura. Le campionature / prove tecniche potranno essere richieste qualora la Commissione Giudicatrice ne ravvisi la necessità ovvero quando si renda necessaria una più approfondita conoscenza dei materiali proposti; in tal caso la ditta dovrà mettere a disposizione tutto quanto necessita alla prova a titolo gratuito. La prova potrà essere effettuata ad insindacabile giudizio della commissione anche presso altre strutture ove le apparecchiature siano già installate e funzionanti. Tutte le spese conseguenti saranno a carico delle Ditte concorrenti.

MODALITA' DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI:

L'attribuzione dei punteggi, ove non diversamente indicato, verrà effettuata con il metodo aggregativo compensatore, in base alla seguente formula (punto II dell'allegato P al DPR 207/2010):

$C(a) = \sum_n [W_i * V(a)_i]$ dove:

$C(a)$ = indice di valutazione dell'offerta (a)

n = numero totale dei requisiti (*"sub-elementi di valutazione"*)

W_i = punteggio attribuito al requisito (i)

$V(a)_i$ = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra 0 e 1

$\sum_n$ = sommatoria

La valutazione della Commissione Giudicatrice avverrà, in seduta non pubblica, sulla base di quanto di seguito indicato:

LOTTO N. 1 (CRITERI DI VALUTAZIONE <<qualità>> PUNTI MAX 40,00):

Caratteristiche dello strumento	max 18 punti
verrà valutata in particolare la presenza di reagenti e scarico sigillati in unico confezionamento inserito all'interno della strumentazione, la presenza di stampante integrata e l'ampiezza del range di linearità	
Tipologia, completezza e qualità dei reattivi e controlli	max 12 punti
verrà valutata in particolare la stabilità dei reattivi e il fatto che gli stessi siano o meno pronti all'uso, gestione controlli qualità	
Adattabilità al laboratorio	max 4 punti
verrà valutato in particolare l'ingombro fisico dello strumento (dimensioni, peso, volume)	
Tempi di preparazione all'utilizzo e di operatività, versatilità del software	max 4 punti
Modalità di assistenza tecnica	max 2 punti

per ogni singolo criterio di valutazione sopra indicato, attribuzione dei coefficienti variabili tra 0 e 1 a cura della Commissione Giudicatrice (punto IIa.5 dell'allegato P al DPR 207/2010), determinati in base al seguente metodo: giudizio ottimo = 1,00; giudizio buono = 0,75; giudizio sufficiente = 0,50; giudizio mediocre = 0,25; giudizio scarso = 0,00.

LOTTO N. 2 (CRITERI DI VALUTAZIONE <<qualità>> PUNTI MAX 40,00):

Tempi di analisi	attribuzione dei coefficienti variabili tra 0 e 1 a cura della Commissione Giudicatrice (punto IIa.5 dell'allegato P al DPR 207/2010), determinati in base al seguente metodo: giudizio ottimo = 1,00; giudizio buono = 0,75; giudizio sufficiente = 0,50; giudizio mediocre = 0,25; giudizio scarso = 0,00.		Max 18 punti
lettura ottica multipla a più lunghezze d'onda	2 punti	4 punti	Max 4 punti
	2 lung. d'onda	>2 lung. d'onda	
insensibilità alle variazioni dell'umidità atmosferica	2 punti	8 punti	Max 8 punti
	sensibile	non sensibile	
la ditta deve documentare di essere fornitrice di almeno 100 strutture sul territorio nazionale	3 punti	6 punti	Max 6 punti
	>100<150	≥150	
CQI liquido 12 campioni	2 punti	4 punti	Max 4 punti
	no	si	

La Commissione Giudicatrice, al termine dei lavori in seduta non pubblica, redigerà apposito verbale dei lavori stessi, evidenziando tra l'altro per ciascun lotto le attribuzioni dei punteggi tecnici intermedi relativi a ciascuna offerta, procedendo poi nel seguente modo ed ordine:

- alla dichiarazione di non ammissibilità per le offerte che non abbiano conseguito per il punteggio previsto per i criteri di valutazione <<qualità>> sopra indicati complessivamente almeno punti **20 su 40**;
- infine alla riparametrizzazione dei punteggi delle offerte ammissibili, qualora nessuna delle proposte oggetto di esame da parte della Commissione dovesse aver conseguito, a seguito dell'attribuzione del punteggio tecnico complessivo, un totale di **punti 40**; la Commissione assegnerà in tal caso **punti 40** all'offerta che risulti aver conseguito la somma di punti più elevata e alle altre offerte il punteggio definitivo sarà assegnato secondo la seguente formula:

$$Pt = \frac{P_{max} * POC}{POE}$$

In cui

- Pt - punteggio tecnico da attribuire all'offerta presa in considerazione
- Pmax - punteggio massimo attribuibile (punti 40)
- POC - valore dell'offerta considerata
- POE - valore dell'offerta con punteggio più elevato

<u>CRITERIO DI VALUTAZIONE</u> <u><<PREZZO>></u>	<u>PUNTI</u> <u>MAX</u>	<u>MODALITA' DI DETERMINAZIONE</u> <u>COEFFICIENTI V(a)_i E CRITERIO</u> <u>MOTIVAZIONALE</u>
<i>sub-elemento di valutazione:</i>		IN SEDUTA PUBBLICA: verrà valutato il prezzo complessivo offerto dal concorrente rispetto al prezzo dell'offerta più conveniente, in base al seguente metodo: V(a) _i = Pmin/Pa Dove: Pmin = valore dell'offerta più conveniente Pa = valore offerto dal concorrente a
> prezzo complessivo offerto	60,00	