

GARA A PROCEDURA APERTA PER LA STIPULA DI UNA CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA “IN FULL SERVICE DI SISTEMI PER L’ESECUZIONE DI ESAMI PRE DONAZIONE PER LA VALUTAZIONE D’IDONEITA’ ALLA DONAZIONE ” ID.15REA009

PRECISAZIONE DEL 27/04/2016

DOMANDE:

1)

- 1) Si prega di confermare che tutta la documentazione prodotta dalla partecipante: amministrativa, tecnica ed economica, possa essere sottoscritta da Procuratore Speciale, allegando copia della Procura Speciale da cui il firmatario trae i poteri;
- 2) Si chiede di confermare che sia possibile produrre in gara le dichiarazioni di conformità alla normativa CE e le certificazioni di qualità ISO in lingua inglese, trattandosi di documentazione rilasciata direttamente dal fabbricante non avente sede in Italia. Analogamente, si richiede la possibilità di fornire in lingua inglese dépliants e bibliografia scientifica;
- 3) Si chiede di confermare che sia possibile presentare la documentazione tecnica suddivisa in più fascicoli debitamente rilegati, ciascuno dei quali sottoscritto solo sulla prima ed ultima pagina;

2) Lotto 2: Con la presente per chiedere chiarimenti in merito alla gara di cui all’oggetto.

1. Nel Capitolato Speciale come da Precisazione del 04.04.2016, il volume del campione massimo deve essere 10 µl: chiediamo se, a seconda delle diverse metodiche utilizzate dagli strumenti, il volume del campione da prelevare può variare dalla quantità indicata di 10 µl.
2. Nel Capitolato Speciale come da Precisazione del 04.04.2016, l’ampio range di temperatura di conservazione delle cuvette (10 – 40 ° C): tale range appare inconsueto, confermate tale range?

3. Nel Capitolato Speciale come da Precisazione del 04.04.2016, la ditta deve documentare di essere fornitrice di almeno 100 strutture sul territorio nazionale: al fine di garantire l'ampia partecipazione alla gara in oggetto, si richiede di eliminare tale caratteristica minima in quanto preclude ogni possibilità di partecipazione a tutte le aziende che si affacciano sul mercato o che introducono sul mercato nuove soluzioni.

RISPOSTE:

1) 1.-2.-3. Si conferma che è possibile procedere come da Voi indicato.

2) LOTTO N. 2:

1. Si precisa che, se diverso da 10 µl, il volume del campione di sangue capillare deve essere comunque in quantità sufficiente ad eseguire la determinazione.

2. Si precisa che l'intervallo riportato (10 – 40° C) è stato inserito a puro titolo indicativo, quindi non vincolante. Si conferma nel contempo la richiesta "ampio range di temperatura di conservazione delle cuvette", in quanto in alcuni periodi dell'anno la temperatura in autoemoteca può essere più elevata rispetto ai punti fissi di raccolta e raggiungere i 30° C.

3. Si conferma che le ditte devono presentare idonea documentazione che attesti la presenza sul territorio nazionale, ai fini dell'attribuzione del relativo punteggio qualitativo previsto dal Capitolato Speciale (6,00 punti se ≥ 150 strutture; 3,00 punti se $>100 < 150$ strutture); per quanto sopra, l'essere fornitore "di almeno 100 strutture" non va inteso quale requisito sostanziale ai fini della partecipazione alla gara.