

GARA A PROCEDURA APERTA PER LA STIPULA DI UNA CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA “IN FULL SERVICE DI SISTEMI PER L’ESECUZIONE DI ESAMI PRE DONAZIONE PER LA VALUTAZIONE D’IDONEITA’ ALLA DONAZIONE ” ID.15REA009

PRECISAZIONE DEL 09/05/2016

DOMANDE:

1)

- 1) In riferimento alla compilazione del Vostro "Allegato E" – Offerta economica, si chiede di confermare che il costo a test omnicomprendivo debba includere anche la quota relativa al canone di noleggio e di assistenza tecnica delle apparecchiature;
- 2) In riferimento alla compilazione del Vostro "Allegato E" – Offerta economica, si chiede di confermare che nella colonna "% di sconto ***" dovrà essere indicata la percentuale di ribasso sull'importo complessivo offerto rispetto alla base d'asta; tale percentuale farà da riferimento per l'eventuale acquisto di altri prodotti similari (reattivi) non ricompresi nel contratto.

2) LOTTO N. 1:

Quesito 1)

Caratteristiche minime essenziali richieste di fornitura

➤ Esecuzione 55 campioni/ora circa

Si chiede se è da intendersi che la cadenza analitica strumentale deve essere uguale o superiore a 55 campioni/ora. Si chiede inoltre se la velocità richiesta deve essere garantita su tutti gli eventuali canali di campionamento presenti sul sistema proposto.

Quesito 2)

In riferimento alla documentazione tecnica, si chiede se deve essere fornito il manuale d'utilizzo dell'analizzatore in lingua italiana prodotto dal fabbricante. In caso affermativo si chiede se tale manuale deve essere inserito nella documentazione tecnica?

RISPOSTE:

1) 1. Si conferma.

2. No, non va indicata la percentuale di ribasso rispetto alla base d'asta. Nella colonna "% di sconto" va indicata la <<percentuale di sconto praticata per la determinazione dei prezzi offerti sul prezzo del listino vigente>>, con riferimento ai soli prezzi dei "reattivi"; si conferma che <<tale percentuale di sconto farà da riferimento solo per l'eventuale acquisto di altri prodotti simili (reattivi) non ricompresi nel contratto>>.

2) LOTTO N. 1:

1. Si conferma la richiesta già riportata nel Capitolato Speciale: la cadenza analitica strumentale deve essere di circa 55 campioni/ora su capillare; si conferma inoltre che la velocità deve essere garantita su tutti gli eventuali canali di campionamento presenti sul sistema.
2. Documentazione tecnica: si confermano le richieste già riportate nel Capitolato Speciale, pertanto risulta corretto procedere come da Voi indicato.