

Legenda RM 3.0 T			
Resp.	Nr.	Descrizione	Peso (Kg)
Sala esame			
	1.1	Magnete 3,0 T	6100
	1.2	Sistema supporto paziente	165
	1.4	Tubo per He gas esausto (diametro 200 mm) interno Gabbia RF	-
	1.5	Tubo per He gas esausto esterno sala esame	-
	1.6	Armadio in materiale amagnetico per bobine	-
	1.8	Pulsante di emergenza ERDU	-
	1.9	Eventuale gruppo prese gas medicali (posizione indicativa)	-
	1.10	Eventuale gruppo prese (trasformatore di isolamento - posizione indicativa)	-
	1.11	Sonda rilevazione % ossigeno ad H = 2500 mm (sopra magnete)	-
	1.12	Sonda rilevazione umidita' e temperatura ambiente (H = 1100 mm)	-
	1.13	Schermatura RF	-
Sala Comandi			
	2.1	Consolle operatore (MRS 5mT)	180
	2.2	Pulsante di emergenza ERDU ad H = 1800 mm (1500 mm se posizionato sopra la consolle)	-
	2.4	Pulsante di emergenza tipo a palmo con fungo rosso (ad H = 1800 mm)	-
	2.6	Pannello di segnalazione allarmi	-
	2.7	Centralina rilevamento % ossigeno/temperatura/umidità relativa + comando manuale CDZ emergenza 20 ricambi / h	-
Locale tecnico			
	3.8	Quadro elettrico e N.E.T. (Nodo equipotenziale di terra)	-
	3.9	Pulsante di emergenza tipo a palmo con fungo rosso (ad H = 1800 mm)	-

Revisioni

REV	DATA	DISEGNATORE	VISTO	T.P.	DESCRIZIONE
A	15 Ott 2015				
0					

Progetto

RM 3.0 T

Ospedale di Cattinara

Cattinara (Trieste)

Sala

Opportunità:

Commessa:

Contatti :

Titolo Elaborato

Layout apparecchiatura

Numero
25 456 16 101
mm

A1 1 : 50 Fogli 1 / 3