

Allegato al Capitolato Speciale ID.14PRE022 - GARA A PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI MATERIALE PER INTERVENTI ORTOPEDICI CON APPARECCHIATURE IN COMODATO D'USO per 48 mesi: descrizione dei lotti, fabbisogni presunti per 48 mesi, prezzi base e cauzioni provvisorie da versare													
Caratteristiche generali: i prodotti devono corrispondere ai requisiti previsti dalla Direttiva CE 93/42 e dal D.Lgs. 46/97 ed essere in possesso del marchio CE conforme alla loro destinazione d'uso.													
LOTTO	VOCE	DESCRIZIONE DEL LOTTO	ASS2	ASS3	ASS4	ASS5	Az. Osp. Univ. UD	Az. Osp. Univ. TS	Az. Osp. PN	FABBISOGNI COMPLESSIVI PRESUNTI PER 48 MESI	Prezzo unitario di riferimento (per i lotti con più voci non è una base d'asta)	PREZZO A BASE D'ASTA PER 48 MESI	CAUZIONE PROVVISORIA DA VERSARE
1		SISTEMA ELETTROCHIRURGICO PER ARTROSCOPIA Fornitura in inclusive service di sistemi elettrochirurgici per artroscopia e del materiale (elettrodi e manipoli inclusi) per interventi di artroscopia. I sistemi elettrochirurgici per artroscopia ed i relativi componenti devono essere forniti in comodato d'uso, mentre gli elettrodi verranno acquistati nelle quantità indicative previste e i sistemi devono avere le seguenti caratteristiche tecniche minime: 1) il sistema deve essere completo di generatore e funzionare con elettrodi bipolari di diversa misura e tipologia 2) il sistema deve consentire la rimozione e coagulazione dei tessuti molli 3) il sistema deve avere funzione di vaporizzazione 4) <u>il campo di applicazione riguarda interventi di artroscopia di ginocchio e di spalla e piccole articolazioni.</u> Gli elettrodi per interventi di artroscopia devono essere utilizzabili con i sistemi elettrochirurgici di cui al punto precedente.									COMODATO D'USO	€ 536.410,00	€ 10.728,20
	a	SISTEMI	2	2	2	3	2	2	5	18			
	b	ELETTRODI	800	1.000	1.300	540	400	350	2.400	6.790	€ 79,00		
2		SISTEMA ELETTROCHIRURGICO PER ARTROSCOPIA Fornitura in inclusive service di sistemi elettrochirurgici per artroscopia e del materiale (elettrodi e manipoli inclusi) per interventi di artroscopia. I sistemi elettrochirurgici per artroscopia ed i relativi componenti devono essere forniti in comodato d'uso, mentre gli elettrodi verranno acquistati nelle quantità indicative previste e i sistemi devono avere le seguenti caratteristiche tecniche minime: 1) il sistema deve essere completo di generatoree funzionare con elettrodi bipolari di diversa misura e tipologia 2) il sistema deve consentire la rimozione e coagulazione dei tessuti molli 3) il sistema deve avere funzione di vaporizzazione 4) <u>il campo di applicazione riguarda interventi di artroscopia di anca; il sistema deve prevedere un puntale flessibile</u> Gli elettrodi per interventi di artroscopia devono essere utilizzabili con i sistemi elettrochirurgici di cui al punto precedente.									COMODATO D'USO	€ 11.900,00	NON PREVISTA
	a	SISTEMI			1		1			2			
	b	ELETTRODI			20		120			140	€ 85,00		
3		Elettrodi di misure diverse per apparecchiatura Arthrex Orthopaedic Procedure Electrosurgical System (OPES) Fadtures – AR 9600 di proprietà.	10			5				15	€ 200,00	€ 3.000,00	NON PREVISTA
4		Elettrodi di misure diverse per apparecchiatura VULCAN SMITH & NEPHEW di proprietà.	30			5	40			80	€ 85,00	€ 6.800,00	NON PREVISTA
5		SISTEMA DI LAVAGGIO PULSATO	4.000	800	1.400	650	400	2.500	1.900	12.300	€ 37,13	€ 456.699,00	€ 9.133,98
		Sistema di lavaggio pulsato monouso (kit per interventi ortopedici) provvisto di:											
		- pistola di facile utilizzo;											
		- cavi per aspirazione e insufflazione con batteria incorporata;											
		- terminali, paraspruzzi varie misure, spazzolini femorali.											
6		SISTEMA MOTORIZZATO PER ARTROSCOPIA Fornitura in inclusive service di sistemi motorizzati (centraline e pedali, manipoli con cavo, trapani e sega) e del materiale monouso per interventi di artroscopia (lame) da utilizzare con i sistemi sopraindicati. Caratteristiche delle lame: - lame idonee al taglio, molto affilate, senza denti, per resezione di pliche sinoviali e per rifinitura di lesioni cartilaginee articolari, per lesioni degenerative del menisco e della sinoviale. Da utilizzare anche nella rimozione della borsa tissutale nel conflitto acromiale con possibilità di versione piegata. Diametri diversi. Tipo FULL RADIUS; - lame con punta seghettata molto taglienti, adatte a rimozioni di grandi porzioni di tessuto, dotate di una punta con un'ampia finestra provvista di dentellatura su entrambi i lati, con possibilità di versione piegata. Diametri diversi. Tipo INCISOR; - lame sferiche (frese) per la rimozione di osteofiti e per la preparazione della parte femorale per il trapianto del legamento crociato. Diametri diversi. Tipo ABRADER; - frese da utilizzare per la decompressione dell'articolazione acromiale. Diametri diversi. Tipo ACROMIONAIZER.									COMODATO D'USO	€ 290.000,00	€ 5.800,00
	a	CENTRALINE	3			2		2	5	12			
	b	MANIPOLI	1			8		2	12	23	COMODATO D'USO		

	c	LAME	1.100			350		2.000	2.800	6.250	€ 46,40		
		Le ditte partecipanti dovranno presentare, pena esclusione dalla gara, una dichiarazione di compatibilità delle apparecchiature offerte con le pompe peristaltiche in uso presso ciascuna Azienda Sanitaria e precisamente: pompa ditta STRYKER e pompa ditta JOHNSON & JOHNSON FMS DUO- FLUID MANAGMENT SYSTEM WITH INTEGRATED SHAWER. Le ditte partecipanti sono inoltre tenute a presentare un elenco di eventuali ulteriori pompe peristaltiche con le quali le apparecchiature offerte sono compatibili											
		lame di misure diverse e manipoli dedicati per apparecchiatura Smith & Nephew Dyonics di proprietà											
7	a	LAME	600		2.400	400	800		800	5.000	€ 46,40	€ 232.000,00	€ 4.640,00
	b	MANIPOLI			6	5	4		4	19	COMODATO D'USO		
8		lame di misure diverse per apparecchiatura Stryker di proprietà										€ 23.200,00	€ 464,00
		LAME	500							500	€ 46,40		
		Pompe per artroscopia Fornitura in inclusive service di pompe peristaltiche con controllo della pressione di lavaggio e/o aspirazione e di set monouso sterili con doppio raccordo per le sacche di infusione, da utilizzare con le pompe sopraindicate.. Le pompe peristaltiche ed i relativi componenti devono essere forniti in comodato d'uso, mentre i set monouso verranno acquistati nelle quantità indicative previste.											
9	a	POMPE	1	1	2	3	1		3	11	COMODATO D'USO	€ 173.950,00	€ 3.479,00
	b	set	500	120	3.200	180	200		700	4.900	€ 35,50		
		set monouso sterili per apparecchiatura F MS DUO di proprietà											
10	a	set irrigazione	400				100			500	€ 8,00	€ 48.375,00	€ 967,50
	b	set giornata	200			350	100			650	€ 35,50		
	c	set paziente	200			200	200			600	€ 35,50		
11													
		Cannule trasparenti per artroscopia filettate, con otturatore; presenza di vie per l'aspiratore, doppia membrana nel tappo, vari diametri e lunghezze. Con otturatore e swiching-stick (necessario per il cambio dei portali) in comodato d'uso	400	10	400	40	400		200	1.490	€ 17,50	€ 26.075,00	€ 521,50
12													
		cannule in policarbonato trasparente monouso per interventi chirurgici di spalla e ginocchio comprensive di otturatore e relativo dispositivo di connessione, misure da 6 mm a 10,5 mm c.ca in confezione singola sterile. Con otturatore e swiching-stick (necessario per il cambio dei portali) in comodato d'uso	300	80		200			100	880	€ 17,50	€ 15.400,00	NON PREVISTA
13		Fornitura di sistema di protezione integrato per operatori chirurgici con sistema di ventilazione, composto da "casco" riutilizzabile funzionante a batteria e da copricasco monouso sterile. Il sistema dovrà svolgere la funzione di salvaguardia dell'operatore dal rischio di inalazione contatto con cute e mucose da agenti biologici. Dovrà essere dotato di batteria leggera, di piccole dimensioni, di pratico uso per un ottimale e confortevole posizionamento alla cintura. L'elmetto dovrà essere in materiale molto leggero, con estremità a contatto con la testa imbottite e regolabili al fine di garantire comodità e massima libertà di movimento dell'operatore. I Filtri sterili integrati nel cappuccio, idrorepellenti e monouso, per ridurre il rischio di contaminazioni incrociate e per eliminare la necessità di manutenzioni. La forma e le dimensioni della lente frontale protettiva deve essere ampia e tale da non generare distorsioni laterali, riflessi anormali e quindi non alterare il campo visivo. Preferibilmente con eventuale possibilità di aggiungere luce frontale. La ditta aggiudicataria dovrà garantire un'adeguata formazione al personale utilizzatore.									COMODATO D'USO	€ 432.150,00	€ 8.643,00
		La ditta aggiudicataria dovrà fornire il sistema completo, comprensivo di ogni accessorio necessario al funzionamento e/o comunque ogni elemento utile al corretto utilizzo, IN COMODATO D'USO (batteria e caricabatteria in adeguata quantità e caschi nelle quantità segnalate), prevedendo la possibilità che gli interventi della giornata siano anche due consecutivi. Le Aziende del S.S.R. acquisteranno esclusivamente i materiali di consumo (coperture di ricambio per il casco).											
	a	caschi	15	5	7	10	8	15	16	76			
	b	copricasco monouso (coperture di ricambio per il casco)	10.000	3.200	2.800	1.500	5.000	6.000	5.000	33.500	€ 12,90		
14		Pompa per artroscopia con sistema motorizzato integrato. Fornitura in inclusive service di un sistema di gestione fluidi articolari con doppio motore per l'irrigazione e l'aspirazione, con microprocessore per il controllo integrato e costante della pressione e del flusso. Possibilità di lavaggio immediato con funzione di aumento flusso e/o aumento pressione. Shaver integrato e possibilità di cavi d'interfaccia, controllo a pedale e lame misure differenti.										€ 142.730,00	€ 2.854,60
	a	SISTEMI	1			3			2	6	COMODATO D'USO		
	b	LAME	300			100			800	1.200	€ 50,90		
	c	SET	300			200			1.800	2.300	€ 35,50		

