

GARA A PROCEDURA APERTA PER LA STIPULA DI UNA CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI "MATERIALE PER INTERVENTI ORTOPEDICI CON APPARECCHIATURE IN COMODATO D'USO - ID.14PRE022"

PRECISAZIONE DEL 03.02.2015

DOMANDE:

- 1) in riferimento al lotto 10 a b e c si intendono con o senza valvola?
- 2) lotto n. 6: attendiamo conferma a chiarimento che la pompa Stryker non necessita di collegamento ad alcun motore in quanto lavora in autonomia, non serve pertanto alcun tipo di comunicazione in merito.
- 3) Inerentemente al discorso Service=sostituzioni all inclusive pensiamo che tale dicitura sia dovuta ad un refuso, essendo la presente procedura improntata sul comodato d'uso e non trovando all'interno del Capitolato di gara alcun riferimento al "Service".
- 4) sempre per il lotto n.6 la presenza dei termini " trapani e sega" sembrano anch'essi un refuso, visto che il lotto 6 è inerente alle sole lame artroscopiche e che i trapani e le seghes necessiterebbero di altri dispositivi non presenti nel lotto n.6.

RISPOSTE:

- 1) LOTTO 10: in caso di dubbi interpretativi, nel caso specifico le ditte concorrenti possono presentare per ogni voce – qualora disponibili e ove pertinente – entrambe le soluzioni (con / senza valvola) purchè al medesimo prezzo.
- 2) LOTTO 6: posto che la pompa della ditta Stryker in uso non necessita di un collegamento fisico per poter essere utilizzata con sistemi motorizzati per artroscopia commercializzati da altre ditte, si confermano tutte le richieste indicate nella documentazione di gara.
- 3) Si conferma che tutte le strumentazioni vanno offerte in “comodato d’uso gratuito”.
- 4) LOTTO 6: si conferma l’articolazione del lotto nelle tre sole voci “a”, “b” e “c”.