

**GARA A PROCEDURA APERTA PER LA STIPULA DI UNA CONVENZIONE PER  
L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA IN SERVICE DI UN SISTEMA DIAGNOSTICO  
PER LA DETERMINAZIONE DELLA PRESENZA DEI GENOTIPI DI HPV AD ALTO  
RISCHIO CON FORNITURA DEL MATERIALE DEDICATO - ID.16REA010**

**PRECISAZIONE DEL 10/08/2016**

**DOMANDE:**

1. Nel documento Bando di gara "EGAS hpv-scad 30 09" viene indicato un valore totale stimato per il Lotto n.1 pari a 279.594,00 EUR per 24 mesi, IVA esclusa, mentre nel documento "Disciplinare di gara" viene indicato un Prezzo a base d'asta del lotto n. 1 per 24 mesi, onnicomprensivo: 114.120,00 EUR. Si chiede all'ente di specificare quale dei due valori è corretto e deve essere considerato dalle aziende per formulare l'offerta.
2. Tra le specifiche tecniche elencate nel Capitolato Speciale, l'ente richiede che "il test richiesto deve in prima istanza rappresentare un test di rischio oncogeno e il sistema utilizzato deve essere in grado pena esclusione di individuare il gruppo di HPV ad alto rischio (HPV 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 68)". Si chiede all'ente se è possibile partecipare proponendo un test che permette di individuare, oltre ai genotipi HPV ad alto rischio richiesti, anche il genotipo HPV66, che lo IARC classifica tra i genotipi con possibile rischio oncogeno (Gruppo 2B) – (vedi Monografia 100B del 2012, <http://monographs.iarc.fr/ENG/Monographs/vol100B/mono100B-11.pdf>), senza essere esclusi. A supporto della possibilità di aggiunta di questo genotipo, nel recente Rapporto n.1 del GISCI-ONS sui test validati per lo screening con HPV primario ([http://giscl.it/documenti/documenti\\_gisci/aggiornamento-test-HPV-2016.pdf](http://giscl.it/documenti/documenti_gisci/aggiornamento-test-HPV-2016.pdf)), viene riportato che "Tutti i test validati rilevano i 12 tipi ad alto rischio (HPV 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59), più 1 o 2 tipi a probabile/possibile alto rischio (HPV 66, 68). Per tutti sono rispettati i criteri definiti dal gruppo internazionale di esperti."

**RISPOSTE:**

- 1) Entrambi i valori sono corretti: il "valore totale stimato" di 279.594,00 euro è il valore della gara "cigato" da EGAS comprensivo anche delle opzioni contrattuali (prezzo a base d'asta + opzione rinnovo di 24 mesi + opzione proroga tecnica di 6 mesi + opzione estensione contrattuale del 20%). Il valore di 114.120,00 euro è riferito al periodo di gara di 24 mesi e va preso in considerazione per la formulazione dell'offerta in quanto costituisce il prezzo a base d'asta non superabile, pena esclusione, così come indicato nel Capitolato Speciale.
- 2) Si confermano le caratteristiche minime del lotto già indicate nel Capitolato Speciale. Per quanto concerne l'eventuale presentazione da parte delle ditte concorrenti di offerte cosiddette "equivalenti", si rimanda a quanto già previsto in merito dal secondo capoverso dell'art. 7 del Disciplinare di gara e dall'art. 68 del D.Lgs. 50/2016.