

SECONDA PRECISAZIONE DEL 27/09/2016

ID16APE001 GARA A PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART.60 D.LGS. N. 50/2016 PER LA STIPULA DI UNA CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI AMBULANZE E AUTOMEDICHE REGIONALI	
Quesito n.1	Risposta n.1
<p>Lotto 1 – Scheda tecnica Caratteristiche del veicolo Voce 1. E' indicata la potenza del veicolo in 110KW (ambulanza pianura) e 150 KW (ambulanza montagna). Si chiede se l'indicazione Kw sia un refuso per CV. Voce 7. E' indicato un veicolo ambulanzabile finestrato omologato. Il veicolo ambulanzabile è una dizione commerciale Fiat che intende un Ducato Fiat con tutta una serie di caratteristiche e optional connessi. Se è questo che intende il capitolato si è costretti ad offrire il veicolo richiesto, se invece si intende un veicolo finestrato trasformato in ambulanza e quindi omologato ad ambulanza dopo la trasformazione la scelta del veicolo è libera – fatte salve le caratteristiche ulteriori esplicitamente richieste dal capitolato. In ogni caso – nel caso dell'ambulanza per zone di montagna – il ducato Fiat (unico ambulanzabile sul mercato) non risponde alle altre caratteristiche del veicolo descritto (ad esempio larghezza, trazione integrale permanente compatibile con sospensioni pneumatiche ecc.) Si chiede se la dizione veicolo ambulanzabile omologato possa essere intesa come veicolo trasformato ad ambulanza e successivamente omologato come ambulanza.</p>	<p>Voce 1: Si confermano le potenze indicate in KW</p> <p>Voce 7: Per "versione ambulanzabile" si intende genericamente un veicolo le cui caratteristiche di base e specifiche, se previste dalla casa costruttrice, più quelle richieste, consentano la trasformazione e la successiva omologazione / collaudo per la destinazione d'uso indicata alla voce "tipologia del bene" della scheda tecnica allegata al CSA</p>
Quesito n.2	Risposta n.2
<p>in merito a quanto in oggetto si chiedono i seguenti chiarimenti, per quanto concerne il documento "accessori opzionali obbligatori":</p> <p>1) Si domanda di chiarire se esiste una previsione o comunque un'indicazione circa i quantitativi delle singole voci indicate, posto che la quotazione del prezzo unitario netto da indicare come da allegato stesso varia in base all'entità dei quantitativi dell'accessorio e che, maggiori sono le quantità, migliori saranno le condizioni praticabili</p> <p>2) Per quanto concerne la voce "Sconto percentuale unico offerto sul listino</p>	<p>1) Si stima per il periodo di validità della convenzione un importo complessivo presunto di fornitura come "accessori opzionali obbligatori" di c.a. € 60.000,00 (IVA esclusa)</p>

SECONDA PRECISAZIONE DEL 27/09/2016

<p>ufficiale per la fornitura degli accessori opzionali obbligatori sopra indicati" si chiede di chiarire se per "listino ufficiale" si intenda quello del produttore dell'attrezzatura oppure quello che il concorrente redige per le attrezzature medicali che acquista dai propri fornitori, posto che vengono elencati diversi accessori di molteplici Produttori ed indicare uno sconto unico che sia applicabile contemporaneamente ai listini di ciascuno di questi Produttori non è possibile ed è comunque limitante in quanto le condizioni e gli accordi commerciali stipulati o stipulandi con essi dal Concorrente non possono essere identici e costanti</p> <p>3) In ultimo si domanda di chiarire se i codici indicati nella prima colonna sono derogabili e se nella colonna "codice offerto" è possibile quindi indicare il codice alternativo proposto o se, diversamente, vi deve essere inserito il codice interno che il Concorrente ha attribuito a quel dispositivo nel proprio listino accessori di cui sopra</p>	<p>2) Per "Sconto percentuale unico offerto sul listino ufficiale per la fornitura degli accessori opzionali obbligatori sopra indicati" si intende lo sconto praticato dalla ditta concorrente nell'ipotesi di acquisto degli accessori indicati nel CSA nel corso di validità della convenzione</p> <p>3) I codici indicati nella prima colonna <u>NON</u> sono derogabili, nel codice "offerto" vi deve essere inserito il codice interno che il Concorrente ha attribuito a quel dispositivo nel proprio listino accessori</p>
<p>Quesito n.3</p>	<p>Risposta n.3</p>
<p>Buongiorno la presente per richiedere i seguenti chiarimenti:</p> <p>- Allegato A documentazione di partecipazione : è possibile per quanti riguarda la parte delle forniture inserire un allegato a parte con elenco forniture , anno, importo e destinatari?</p> <p>- Per l'apertura alla gara si richiede una Procura, trattasi di procura Notarile o di semplice Delega?</p> <p>- Offerta Economica Allegato E: per ogni lotto si chiede il prezzo complessivo del singolo veicolo ed il prezzo unitario dei componenti, cosa si intende per prezzo dei componenti? Il totale voce deve essere uguale al PA corretto?</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sì è possibile a condizione che vengano riportate tutte le informazioni richieste nel CSA;</li> <li>- No trattasi di semplice delega firmata dal legale rappresentante della ditta concorrente corredata da copia di documento di identità in corso di validità del sottoscrittore;</li> <li>- Offerta economica Allegato E: per prezzo unitario dei componenti si intende:  <u>Per lotti n.1 e n.2:</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>• prezzo del veicolo;</li> <li>• prezzo unitario delle dotazioni di sicurezza minime;</li> <li>• prezzo unitario dei singoli accessori richiesti nella configurazione base;</li> </ul> </li> </ul>

SECONDA PRECISAZIONE DEL 27/09/2016

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• prezzo compl.vo dell'allestimento esterno;</li> <li>• prezzo compl.vo dell'allestimento interno;</li> <li>• prezzo compl.vo impianto elettrico;</li> <li>• prezzo compl.vo impianto ossigeno;</li> </ul> <p><u>Per Lotto n.3:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• prezzo del veicolo;</li> <li>• prezzo unitario degli accessori inseriti nella configurazione base;</li> <li>• prezzo unitario dei dispositivi supplementari di allarme e di segnalazione acustici e luminosi;</li> <li>• prezzo compl.vo allestimento ed equipaggiamento vano interno del veicolo</li> </ul> <p>ovviamente la sommatoria di tutti i predetti componenti deve corrispondere al valore complessivo offerto come "Pa prezzo complessivo del singolo veicolo (IVA esclusa)"</p>
Quesito n.4	Risposta n.4 in merito alla gara in oggetto, dato che nella documentazione di gara non abbiamo trovato traccia scritta, siamo a richiedere chiarimenti in merito alla possibilità di poter utilizzare "l'Avvalimento".
Quesito n.5	Risposta n.5 Con la presente siamo a sollecitare il perfezionamento dei tre numeri di CIG per poter procedere al pagamento ed alla creazione del PASSOE.
Quesito n.6	Risposta n.6 Buongiorno, Con la presente siamo a chiedere un chiarimento relativo alla voce N°13 (vano sanitario) della scheda tecnica lotto 1 della gara in Oggetto. a) <i>Si chiede che tutti i rivestimenti del comparto sanitario siano realizzati in piccoli moduli facilmente smontabili tramite punti fissi,</i>

SECONDA PRECISAZIONE DEL 27/09/2016

<p>In alternativa è possibile fornire il rivestimento in vetroresina facilmente removibile e ripristinabile.</p> <p>b) E' possibile avere un' indicazione di massima delle dimensioni interne del vano sanitario ambulanze Lotto 1 Voce B.</p> <p>c) In caso di Raggruppamento Temporaneo di Impresa, di tipo orizzontale o verticale, i requisiti di capacità economico finanziaria di cui all'art. 83, comma 1, lettera b) del D. Lgs. 50/2016 devono essere posseduti dal capofila o da tutti gli appartenenti all'R.T.I.?</p>	<p>b) Le dimensioni interne del vano sanitario non sono state definite nel CSA. Sono state declinate le dimensioni esterne del veicolo, nei loro valori ammissibili, come passo non inferiore a 3400 mm e larghezza del veicolo non superiore a 1950 mm</p> <p>c) In caso di RTI i requisiti di capacità economico finanziaria dovranno essere posseduti in misura maggioritaria dalla mandataria che dovrà anche eseguire la maggioranza delle prestazioni.</p>
<p>Quesito n.7</p> <p>in merito a quanto in oggetto si chiedono i seguenti chiarimenti, per quanto concerne il documento "accessori opzionali obbligatori" e schede tecniche dei lotti delle ambulanze:</p> <p>1) Al punto 8 si richiede "Supporto omologato con presa ed alimentatore 220 Volt 10 G per Monitor Defibrillatore ZOLL serie M". Siamo appena stati informati dalla ditta produttrice Zoll che il suddetto supporto non è più disponibile per la fornitura in quanto il defibrillatore serie M non è più in produzione dal 2006. La quotazione e la fornitura non sono quindi possibili</p> <p>2) Per quanto concerne le finestre, a parità di layout del mobilio, si domanda se è possibile invertirne la posizione, mettendole in posizione anteriore e non posteriore</p> <p>3) Per quanto concerne le bombole di ossigeno, in base alle più recenti normative, non sarà più possibile fornirle a partire dal 1 Gennaio 2017. Sono pertanto offribili ma non saranno più fornibili a partire dalla data indicata</p> <p>4) In merito al punto 9 dell'impianto elettrico si domanda di chiarire meglio quale tipo di impianto sia richiesto e di specificare se la scatola flussometrica vada collegata direttamente all'impianto aria compressa</p>	<p>Risposta n.7</p> <p>1) la non disponibilità del supporto non risultava nemmeno al gruppo tecnico che ha stilato il capitolato. Ovviamente la quotazione non sarà possibile, pertanto non sarà più necessario indicare il relativo prezzo in sede di offerta economica.</p> <p>2) Spostare la finestra come proposto implica l'impossibilità a fissare gli elettromedicali a parete, nella posizione richiesta, come chiaramente indicato nel file "Progetto armadio parete sinistra ambulanze da pianura.pdf"</p> <p>3) Si concorda, ma <u>si richiede comunque di quotare l'offerta economica</u>.</p> <p>4) Come specificato, si richiede di installare un impianto capace di produrre aria compressa filtrata, in grado di produrre almeno 30 l/min di aria compressa. Non possiamo definire quale sia la tecnologia da impiegare per ottenere ciò, la soluzione proposta sarà oggetto di valutazione qualitativa da parte della commissione giudicatrice. La scatola flussometrica può essere connessa direttamente all'impianto, o connessa alle prese di distribuzione dei gas medicali.</p>

SECONDA PRECISAZIONE DEL 27/09/2016

5) Si domanda inoltre se può essere offerto un sistema di scambio manuale delle bombole, standard, sicuro e più facilmente rintracciabile sul mercato rispetto a quello automatico.  
6) Per quanto riguarda l'automedica, incrociando i dati forniti sul sito Quattroruote non ci risulta esistere alcun tipo di "movolume" rispondente al capitolato

5) si conferma la richiesta come definita al punto 1 del gruppo di specifiche dell'impianto ossigeno: si richiede scambiatore automatico.  
6) Il capitolato richiede Station wagon o monovolume. Se non sono reperibili mezzi con caratteristiche di "monovolume" la proposta può essere sviluppata su tipo "SUV".