

Allegato al Capitolato Speciale GARA A PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI "PRODOTTI PER TERAPIA DEL DOLORE" (ID.16PRE001): descrizioni dei lotti, fabbisogni presunti distinti per Azienda del SSR per un periodo di 24 mesi, prezzi base e cauzioni provvisorie da versare												
Caratteristiche generali: i prodotti, se monouso, devono essere sterili. Tutti i prodotti devono corrispondere ai requisiti previsti dalla Direttiva CE 93/42 e dal D.Lgs. 46/97 ed essere in possesso del marchio CE conforme alla loro destinazione d'uso. Devono essere latex free, ove non indicato diversamente, almeno per quanto riguarda le componenti che vengono a diretto contatto con il paziente e a meno che la composizione del prodotto non sia tale da rendere non necessaria tale condizione. TUTTI I PRODOTTI OFFERTI DOVRANNO ESSERE CERTIFICATI E/O BREVETTATI E DOTATI DI TUTTE LE AUTORIZZAZIONI E/O BREVETTI PER POTER ESSERE UTILIZZATI PER LA PROCEDURA IN OGGETTO.												
LOTTO	VOCE	DESCRIZIONE DEL LOTTO	U.M.	AAS.2	AAS.3	AAS.5	ASUL.UD	ASUL.TS	Fabbisogni TOTALI presunti per 24 mesi	Prezzo unitario di riferimento	PREZZO COMPLESSIVO A BASE D'ASTA per 24 mesi	Cauzione provvisoria da versare 2%
1		SERVICE GENERATORE E KIT PER RADIOFREQUENZA CONTINUA e PULSATA. Requisiti dei kit: -cannule radiopache con esposizione in punta di 5-10 mm e di varie lunghezze (50-100-150 mm); -diametro delle cannule compreso tra 20-22 G; -elettrodi compatibili con le cannule; -possibilità di punta curva; -piastra di dispersione; -cavo monouso. In particolare i manipoli devono essere totalmente monouso. Il generatore deve dare garanzia di massima sicurezza, per ogni intervento programmato e deve essere in grado di lavorare con tutti parametri attualmente applicabili.									€ 160.420,00	€ 3.208,40
	a	GENERATORE	PZ			3	1	1	5	/		
	b	MATERIALE DEDICATO	KIT			300	3	28	331	€ 420,00		
	c	CANNULA AGGIUNTIVA da poter utilizzare con lo stesso kit, confezionata a parte.	PZ			100	3	4	107	€ 200,00		
2		SERVICE GENERATORE E KIT PER RADIOFREQUENZA PULSATA DI STRUTTURE MIDOLLARI. Requisiti dei kit: -elettrocatteretere mandrinato, radiopaco e polifunzionale che permetta di eseguire test di stimolazione e trattare più livelli (30-60 cm) con 1 e/o 2 elettrodi in punta; -lume per infusione di farmaci o liquidi di contrasto; -ago introduttore; -placca di dispersione, ove necessario In particolare i manipoli devono essere totalmente monouso. Il generatore deve dare garanzia di massima sicurezza, per ogni intervento programmato e deve essere in grado di lavorare con tutti parametri attualmente applicabili.									€ 88.200,00	€ 1.764,00
	a	GENERATORE	PZ			2	1		3	/		
	b	MATERIALE DEDICATO	KIT			60	3		63	€ 1.400,00		
3		SERVICE GENERATORE E KIT PER NEUROSTIMOLAZIONE “PENS THERAPY” con elettrodo completamente stimolante (tutto l’elettrodo è attivo), flessibile e di lunghezza variabile funzionale al distretto anatomico da trattare. Preferibilmente con programma terapeutico in grado di alternare ogni 3 secondi frequenze di stimolazione 100/2 HZ e lunghezze d'onda 0,2/1 msec. Il Kit procedurale deve contenere materiale monouso necessario per intervento. Il generatore deve dare garanzia di massima sicurezza e deve essere in grado di lavorare con tutti parametri attualmente applicabili.									€ 208.720,00	€ 4.174,40
	a	GENERATORE	PZ			4			4	/		
	b	MATERIALE DEDICATO	KIT			160			160	€ 1.304,50		

