

**GARA A PROCEDURA APERTA PER LA STIPULA DI UNA CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI CONTENITORI
PRERIEMPITI E TANICHE DI FORMALINA
15FAR011**

RISPOSTA AI QUESITI

QUESITO N.1	RISPOSTA N.1
LOTTO 3 Si chiede se possa essere considerato "equivalente" un contenitore preriempito con volume complessivo (capienza) pari a 35 ml contenente 10 ml di formalina al 4%	Risposta NO . Il contenitore è da max 30 ml; inoltre il <i>riempimento minimo deve essere di almeno un terzo della capacità del contenitore, per i lotti da 3 a 7, e della metà della capacità del contenitore, per i lotti da 8 a 12</i>
QUESITO N.2 In riferimento alla procedura in oggetto "ID15FAR011 - GARA CONTENITORI PRERIEMPITI E TANICHE DI FORMALINA", con la presente siamo a chiedere se relativamente al lotto n. 3 è prevista una tolleranza e pertanto è possibile offrire anche contenitori preriempiti fino a 35/40ml di formalina.	RISPOSTA N.2 NO . Il contenitore è da max 30 ml
QUESITO N.3 nel lotto 13 si richiedono taniche formalina da 10 litri; sul capitolato viene specificato che la ditta dovrà fornire "su richiesta" e compreso nel prezzo taniche dotate di rubinetto con dispositivo a tenuta stagna. Si intende quindi che è necessario formulare offerta per due tipologia di taniche ? Tanica con tappo standard ed in alternativa tanica con rubinetto ? Il capitolato, d'altro canto, non prevede la possibilità di offerte in alternativa	RISPOSTA N.3 nel lotto 13: la Ditta dovrà rendere disponibile, <u>in fase di fornitura</u> , su richiesta dell'Azienda al medesimo prezzo offerto in gara, la tanica da 10 litri anche nella versione con rubinetto con dispositivo a tenuta stagna possibilmente in plastica di colore scuro
QUESITO N.4 Si chiede di chiarire:lotti 3-4 1- Qual è il contenuto reale di formalina in relazione al contenitore del reperto? Es. contenuto di formalina 10 ml su un volume complessivo del contenitore finale di 30 ml E' a quest'ultimo valore (es.30ml) a cui si deve far riferimento per soddisfare il requisito indicato nel Vs capitolato speciale "riempimento minimo di almeno un terzo della capacità del contenitore per i lotti da 3 a 7" 2- Il codice a barre deve essere presente nel contenitore primario	RISPOSTA N.4 1) Dato Già indicato nel capitolato: <i>riempimento minimo di almeno un terzo della capacità del contenitore, per i lotti da 3 a 7, e della metà della capacità del contenitore, per i lotti da 8 a 12</i>) Il Riempimento minimo è in relazione alle dimensioni del contenitore offerto (es. contenitore da 25 ml; formalina minimo 6.25; contenitore da 30 ml, formalina minimo 7.5) 2) Così come previsto è sufficiente sul "confezionamento multiplo e le eventuali confezioni da trasporto"; non è specificato sul contenitore primario

oppure è sufficiente che sia presente nella confezione secondaria?	
QUESITO N.5 In relazione ai lotti dal 3 al 12, in particolare alla voce: Caratteristiche minime, pena esclusione, dei contenitori: etichettatura serigrafica. Si chiede se possibile offrire contenitori con etichette adesive (non serigrafate), complete di ogni riferimento normativo. Tale tipologia è già in uso presso altri Enti Ospedalieri	RISPOSTA N.5 NO; si conferma quanto previsto in CSA
QUESITO N.6 il Lotto 13 è diviso in voci A e B* *Viene indicata una base d'asta per il lotto pari a € 28.826,00* *Inoltre vengono indicati due prezzi base: *Voce A € 3,50* *Voce B € 7,00* E' sufficiente fare offerta al di sotto del totale base d'asta del lotto, oppure ci si deve attenere alle basi delle singole voci A e B ?	RISPOSTA N.6 Il prezzo base non superabile è per singola voce come indicato a pag 43
QUESITO N.7 1- se i requisiti richiesti nei punti "bb-cc-dd" dell'allegato A, sono necessari ai fini della partecipazione alla gara, considerato che è specificato "ove richiesto dal bando" ma la documentazione di gara (bando e disciplinare) nulla dicono in merito 2 la nostra azienda ha uno storico di più di trent'anni in qualità di produttori di materiale plastico monouso ma essendo il prodotto in oggetto della gara, previsto nei lotti n. 3-4 contenitori che devono evitare il contatto diretto o per inalazione della formaldeide o dei suoi vapori con l'operatore nelle normali condizioni d'uso, di nostra nuova produzione ed emissione sul mercato, anno 2016, chiediamo come ovviare alla richiesta, reattiva ai requisiti di capacità tecnico-professionale di produrre un elenco delle principali servizi/forniture analoghe prestate nel triennio antecedente alla data di pubblicazione del bando.	RISPOSTA N.7 1- Per la presente gara non sono richiesti i requisiti di capacità tecnico-professionale 2- Vedere risposta precedente
QUESITO N.8 in riferimento alla gara in oggetto, con la presente chiediamo i seguenti	RISPOSTA N.8 1) Simboli e frasi di rischio secondo normativa vigente dovranno essere

<p>chiarimenti:</p> <p>1) si chiede se, relativamente ai lotti 3-7, debba essere indicata sull'etichetta del contenitore primario la simbologia di rischio biologico che potrebbe derivare da un utilizzo proprio od improprio del supporto di sicurezza nell'accettazione di un tessuto umano fresco, non fissato.</p> <p>- Si chiede se relativamente ai lotti 3-7 sia prevista, nel calcolo del volume complessivo del contenitore di sicurezza, la valutazione di tutte le parti comunicanti che non siano separabili (mediante chiusura) dal contenitore ricevente il campione biologico; ovvero quelle parti che al momento della liberazione della formalina possano prendere parte a costituire il volume complessivo ove questa possa essere raccolta.</p>	<p>conformi alla normativa e riferibili alla formalina.</p> <p>2) il volume è considerato quello finale ovvero lo spazio dove alloggia campione e formalina concordo il volume è considerato quello finale ovvero lo spazio dove alloggia campione e formalina.</p>
<p>QUESITO N.9</p> <p>- Relativamente al lotto 14, conformemente all'articolo 68 del decreto degli appalti relativo all'equivalenza, si può offrire una tanica da 20 litri?</p>	<p>RISPOSTA N.9</p> <p>NO; si conferma quanto previsto in CSA, l'art 68 non è applicabile alla fattispecie</p>