

# **GARA A PROCEDURA APERTA PER LA STIPULA DI UNA CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI "MEDICAZIONI GENERALI E PRODOTTI PER PRONTO SOCCORSO" ID.14PRE026.1 CUC FVG**

## **PRECISAZIONE DEL 25/01/2017**

### **DOMANDE:**

- 1) **Il lotto 10 – già lotto 58** – presenta la stessa descrizione della precedente gara. Il lotto è andato deserto a causa della presenza della tramatura sui bordi e dell'estensibilità longitudinale indicata in 80% ca. Il prodotto era già utilizzato con acquisti in MEPA e l'intenzione delle ASS risulta essere quella di avere una benda coesiva di fissaggio Latex Free che abbia estensibilità longitudinale e laterale al fine di poter fissare e ricoprire nei due sensi le medicazioni applicate su qualsivoglia struttura anatomica, anche morfologicamente complessa senza arrecare danni.

Il limite tecnico delle bende con queste due caratteristiche non permette di avere un'estensibilità superiore al 65% proprio per garantire l'estensibilità laterale senza che la stessa venga a ridursi a causa di un eccessivo allungamento. Il filo di trama viene mantenuto con lo scopo di non fare "arricciare" la benda

quando viene applicata. Le pressioni risultano essere basse, grazie alla tramatura a reticolo, al fine di scongiurare un possibile effetto laccio.

Sul mercato non esistono bende con le caratteristiche indicate e lasciando invariata la descrizione si ripeterebbe l'assenza di un prodotto conforme mandando deserto il lotto. Pertanto, al fine di poter rispondere con quanto necessario siamo a chiederVi le seguenti modifiche: 1) eliminazione della frase "con assenza di tramatura sui bordi". 2) adeguamento a 65% ca. per quanto riguarda l'estensibilità.

### **RISPOSTE:**

- 1) Si conferma la descrizione del lotto n. 10 e si ricorda nel contempo che, in base a quanto già previsto dal secondo capoverso dell'art. 7 del Disciplinare di gara, *«nel caso in cui la descrizione delle specifiche tecniche indicate si riferisse casualmente, in tutto o in parte, a caratteristiche possedute da prodotti distribuiti da una sola ditta, si deve intendere inserita la clausola "o equivalenti". L'eventuale equivalenza tecnica deve essere dimostrata dal concorrente e verrà valutata dalla Commissione ai sensi di quanto previsto dall'art. 68 del D.Lgs. 50/2016»*.