

GARA A PROCEDURA APERTA PER LA STIPULA DI UNA CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI REAGENTI E MATERIALI DI CONSUMO CON MESSA A DISPOSIZIONE IN SERVICE DI ANALIZZATORI PER ESAMI URINE - ID.16REA001

PRECISAZIONE DEL 13/04/2017

DOMANDE:

1)

Capitolato Speciale Lotto n.2 pag. 54 il capitolato recita:

"È prevista a breve la migrazione da DNA al middleware HALIA della stessa NoemaLife gestito da Insiel. L'aggiudicatario dovrà interfacciare gli analizzatori con il sistema in uso nel momento della consegna e, qualora questo sia DNA, si intende compreso nel prezzo di fornitura la successiva migrazione (secondo i tempi che verranno indicati) ad HALIA. Nessun onere dovrà ricadere su ASUITS per la messa a regime da DNA ad HALIA."

"È prevista a breve la migrazione da Copernico ad altro middleware. L'aggiudicatario dovrà interfacciare gli analizzatori con il sistema in uso nel momento della consegna e, qualora questo sia Copernico, si intende compreso nel prezzo di fornitura la successiva migrazione (secondo i tempi che verranno indicati) ad altro middleware. Nessun onere dovrà ricadere su ASUITS per la messa a regime da Copernico al nuovo middleware."

L'azienda fornitrice dovrà dunque tenere conto del costo di un collegamento nel caso vi fosse migrazione a Halia o ad altro middleware. Non dovrà sostenere il costo per un primo collegamento ed un successivo costo per la migrazione verso altri middleware?

Capitolato Speciale Lotto n.1 pag. 42 e Lotto n. 2 pag. 53 il capitolato recita rispettivamente:

- Un middleware settoriale che consenta l'operatività da punti unici (ne dovranno essere installati almeno 3).
- Un middleware settoriale che consenta la operatività da punti unici (ne dovranno essere installati almeno due)

Cosa si intende per punti unici? Postazioni fisiche che governano le singole strumentazioni con la possibilità di validazioni crociate?

E infine, relativamente al Lotto 2:

Non viene dichiarata la frequenza delle sedute settimanali necessaria per il corretto calcolo della fornitura di controlli e calibratori.

RISPOSTE:

- 1) LOTTO 2:** l'azienda fornitrice dovrà tenere conto dei costi della sua attività e di sue eventuali licenze per l'interfacciamento con i middleware in uso nel momento dell'installazione del sistema ed eventualmente in modo analogo per un ulteriore interfacciamento nel mentre della durata contrattuale qualora i middleware ora in uso vengano sostituiti.
- 2) LOTTO 1 E LOTTO 2:**
per "punto unico" si intende una postazione dove sia possibile l'acquisizione delle informazioni (dati numerici, immagini, ecc.) dalla strumentazione e la possibilità di effettuare le validazioni, eventualmente anche da remoto.
- 3) LOTTO 2:** le sedute analitiche previste sono di 6 giorni alla settimana (dal lunedì al sabato).

CON RIFERIMENTO AL LOTTO N. 2, SI APPORTANO INOLTRE LE SEGUENTI RETTIFICHE PARZIALI:

PARAGRAFO "CARATTERISTICHE MINIME PENA ESCLUSIONE":

Il punto 2: "Cadenza analitica di ciascun sistema pari a 100 campioni /ora per l'esame della parte corpuscolata e dello screening delle batterie, per l'esame chimico fisico urinario non inferiore a 240 test/ora"

viene annullato e sostituito come segue: "Cadenza analitica di ciascun sistema pari a 100 campioni /ora per l'esame della parte corpuscolata e dello screening delle batterie, per l'esame chimico fisico urinario non inferiore a **200 test/ora**".

Il paragrafo "Esame chimico fisico: glucosio, bilirubina, proteine, emoglobina/RBC, chetoni, nitriti, leucociti, ph, densità relativa, creatinina, rapporto albumina/creatinina"

viene annullato e sostituito come segue: "**Esame chimico fisico:** glucosio, bilirubina, proteine, emoglobina, chetoni, nitriti, leucociti, ph, densità relativa".

PARAGRAFO "REQUISITI PREFERENZIALI - ANALIZZATORE ESAME CHIMICO-FISICO":

Il quarto punto: "Possibilità di determinare il rapporto albumina/creatinina"

viene annullato e sostituito come segue: "Possibilità di determinare **la creatinina e il rapporto albumina/creatinina**".