

**GARA A PROCEDURA APERTA PER LA STIPULA DI UNA CONVENZIONE PER
L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA "SUTURATRICI MECCANICHE"
ID.16PRE011**

PRECISAZIONE DEL 26/04/2017

DOMANDE:

- 1) Si osserva che l'introduzione nel lotto 17 di una misura "micro" di clip, pari a meno del 10% del quantitativo totale, limita di fatto la concorrenzialità dei partecipanti, chiudendo di fatto il lotto.
Si chiede di estrapolare tale codice e di inserirlo in un lotto a se stante.
- 2) Vi chiediamo la pubblicazione degli Allegati A/B/C/D/E in formato editabile.
- 3) - Si chiede, possedendo la nostra società sia la certificazione del sistema qualità per la riduzione del 50% che la certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001 per la riduzione del 20%, se l'importo della garanzia può essere ridotto del 70% o del 50%+20%;
- Si chiede di predisporre ed aggiungere un lotto dedicato alle suturatrici circolari rette compatte per la chirurgia del retto basso ed ultra-basso, misure varie; questo al fine di poter garantire l'offerta di prodotti altamente specialistici dedicati alla chirurgia colo-rettale.
- Si chiede di predisporre ed aggiungere un lotto dedicato al kit per la trattamento del prollasso rettale maggiore, composto da suturatrice circolare retta ad alto volume calibro 34mm, con almeno 32 punti di emostasi in titanio disposti sfalsati su doppia fila, altezza del punto variabile; questo al fine di poter garantire l'offerta di prodotti tecnologicamente più avanzati e performanti la cui utilità in ambito proctologico è ampiamente riconosciuta e consolidata.
- Si chiede la modifica del lotto 14 eliminando la dicitura "altezza di chiusura fino a 2,5 mm"; questo al fine di favorire la partecipazione di più aziende concorrenti, perseguitando al contempo un obiettivo di pluralità e risparmio economico. È dimostrato in ambito scientifico che la maggiore altezza del punto non comporta alcun beneficio in termini di efficacia della procedura; inoltre, i dispositivi commercializzati dalla nostra azienda hanno specifica indicazione per la ODS.
- 4) Lotto 20: kit per la rimozione di punti di sutura: garze in cotone idrofilo (indicare quantità e specifiche tecniche: tipo misura....)
- 5) Relativamente campionatura dei prodotti di gara si chiede di meglio precisare la disposizione del capitolato che prevede "una campionatura, nelle quantità di n. 1 pezzo per ciascuna voce del lotto offerto, in confezionamento originale di vendita, nella misura centrale o media (ove pertinente)" ovvero di chiarire se per i lotti suddivisi in voci, occorra campionare ogni singola voce, mentre per i lotti che non prevedono questa suddivisione, ma dove vengono comunque richieste prodotti in varie misure (a titolo meramente esemplificativo il lotto n. 1 e il lotto n. 2), occorra invece campionare le misure centrali o medie.
- 6) Si chiede relativamente alla campionatura se per confezionamento originale di vendita si intende la confezione primaria e cioè quella a contatto con il dispositivo.

RISPOSTE:

- 1) Si evidenzia quanto già indicato in merito dall'art. 6 del Disciplinare di gara: "*Ai fini dell'ammissione alla gara viene definita una soglia di partecipazione dell'80%. La ditta, qualora non sia in grado di fornire, per mancanza di produzione ovvero assenza di riferimento a catalogo, l'intera gamma di tipologia dei prodotti di ogni lotto, può partecipare alla gara anche se offre l'80% del valore economico delle voci previste per ciascun lotto, tenuto conto del prodotto tra le quantità ed il prezzo di riferimento indicato nell'allegato prospetto. Ai fini della comparazione delle offerte per l'individuazione del valore complessivo del lotto, per ogni voce non offerta, l'EGAS - nel corso della II seduta pubblica di apertura delle offerte economiche - provvederà ad imputare il valore dato dal prodotto delle quantità in gara per il prezzo unitario di riferimento indicato. Tali valori verranno sommati all'importo complessivo offerto dalla ditta.*"
Posto quanto sopra, si conferma la formulazione del lotto n. 17 già indicata nell'Allegato al Capitolato Speciale.
- 2) Si informa che gli Allegati A/B/C/D/E in formato editabile sono scaricabili dalla sezione "Bandi e gare/Bandi attivi/16PRE011" presente nel sito www.egas.sanita.fvg.it.
- 3) - Si conferma che, nel caso da Voi riportato, la cauzione potrà essere ridotta del 50%+20%.
- Si confermano le descrizioni dei lotti riportate nell'Allegato al Capitolato Speciale.
- LOTTO N. 14: si confermano le caratteristiche tecniche del lotto già indicate nel Capitolato Speciale. Per quanto concerne l'eventuale presentazione da parte delle ditte concorrenti di offerte cosiddette "equivalenti", si rimanda a quanto già previsto in merito dal secondo capoverso dell'art. 7 del Disciplinare di gara e dall'art. 68 del D.Lgs. 50/2016.
- 4) LOTTO 20: si confermano le caratteristiche tecniche minime già indicate nell'Allegato al Capitolato Speciale. A puro titolo informativo, si precisa che il dispositivo/kit attualmente in uso prevede "n. 3 garze, 8 pieghe, misura cm 5x5".
- 5) Si conferma quanto già indicato in merito nel Capitolato Speciale e, di conseguenza, si conferma che è corretto procedere come da Voi esemplificato: per i lotti suddivisi in voci occorre campionare ogni voce offerta, mentre per i lotti che non prevedono una suddivisione in voci ma dove vengono comunque richiesti prodotti in varie misure (es: lotto n. 2) è sufficiente campionare la misura centrale o media.
- 6) Si conferma che nel caso specifico per confezionamento originale di vendita si intende la confezione primaria e cioè quella a contatto con il dispositivo.