

**GARA A PROCEDURA APERTA PER LA STIPULA DI UNA CONVENZIONE PER
L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA "AGHI, STENT E ALTRO MATERIALE PER
RADIOLOGIA INTERVENTISTICA E NEURORADIOLOGIA" ID.16PRE023**

PRECISAZIONE DEL 09/05/2017

DOMANDE:

- 1) Nell'allegato denominato "All.Cap.Speciale.16PRE023 CUC", in colonna J, è riportato il titolo "Prezzo unitario di riferimento (per i lotti con più voci non è una base d'asta)"; facendo però la divisione dell'importo presente nella colonna con titolo "PREZZO COMPLESSIVO A BASE D'ASTA PER 24 MESI" (colonna K) per la "quantità Fabbisogni TOTALI presunti in pezzi per 24 mesi", colonna I, l'importo risulta essere la base d'asta per tutte le voci presenti all'interno del lotto. Siamo quindi a chiedere, con esempio pratico:

LOTTO 149 Kit per vertebroplastica percutanea:

- a) 2 aghi per confezione per puntura bipeduncolare a becco di flauto
- b) Misure lunghezza ago da 100 a 150 cm
- c) Calibri diversi con possibilità di aghi per biopsia ossea
- d) Cemento: - PMMA a bassa viscosità
- Metilmacrilato ad alta viscosità
- e) Sistema chiuso di miscelazione

Il kit completo come sopra indicato, (composto dalla somma delle voci a+b+c+d+e) ha come base d'asta Euro 198,00 oltre IVA?

- 2) nel manifestare il proprio interesse a partecipare alla procedura epigrafata in oggetto e accingendosi a presentare offerta entro le ore 12:00 del giorno 01 giugno 2017, la [REDACTED] evidenzia come, dall'analisi della documentazione di gara, emergano alcuni dubbi ritenuti a proprio parere suscettibili di chiarimenti e che si vanno di seguito ad illustrare:

- relativamente al lotto n. 37B, si evidenzia come l'importo posto a base d'asta risulti essere, per quelle che sono le conoscenze di mercato della Scrivente, al di sotto della media dei prezzi praticati per i prodotti richiesti e ciò potrebbe scoraggiare la più ampia partecipazione delle Ditte interessate. Si chiede, pertanto di voler riconsiderare l'ammontare di tale importo;
- relativamente al lotto n. 189 e più esattamente in riferimento all'ampiezza del catetere di aspirazione richiesto, si chiede di meglio specificare quale debba essere il range delle dimensioni del diametro del lume del catetere intermedio da aspirazione.

- 3) - Lotto 149: viene richiesto un kit vertebroplastica, composto da 2 tipologie di cemento (cemento PMMA a bassa viscosità e cemento metilmacrilato ad alta viscosità). Dal momento che si tratta di 2 prodotti differenti, come si deve formulare l'offerta? L'offerta del kit a bassa viscosità non può essere uguale a quella ad alta viscosità. Inoltre: è necessario offrire il codice unico del kit (al

cui interno ci sono tutti i componenti da voi richiesti) oppure bisogna inserire i codici di ogni singolo componente del kit?

- La copia dell'offerta economica senza prezzi da inserire nella busta tecnica sarebbe l'Allegato E. Si conferma?

- Si conferma che l'offerta economica non necessita di marca da bollo?

- In caso di partecipazione a più lotti, è necessario formulare tante buste tecniche ed economiche quanti sono i lotti a cui si partecipa, oppure possiamo inserire tutta la documentazione tecnica ed economica di tutti i lotti all'interno della medesima busta?

- 4) Relativamente al lotto n. 182, chiediamo cortesemente di confermare la descrizione del dispositivo richiesto nel capitolato di gara e di verificarne la corrispondente base d'asta, in quanto quest'ultima è eccessivamente bassa per la tipologia di dispositivo richiesta in tale lotto.

RISPOSTE:

- 1) LOTTO N. 149:
la base d'asta complessiva per 24 mesi è pari a 26.928,00 euro. Si conferma che il prezzo unitario di riferimento indicato nell'Allegato al Capitolato Speciale è riferito al kit completo.
- 2) LOTTO N. 37:
Si conferma il prezzo complessivo a base d'asta per 24 mesi riportato nell'Allegato al Capitolato Speciale. I prezzi unitari di riferimento indicati per le voci "a" e "b" non sono basi d'asta.
LOTTO N. 189: si confermano le caratteristiche tecniche già indicate nell'Allegato al Capitolato Speciale. In caso di dubbi interpretativi e in assenza di specifiche richieste al riguardo, le ditte concorrenti possono offrire, al medesimo prezzo, i codici-prodotto con le caratteristiche ritenute più appropriate, purchè non in contrasto con la descrizione del lotto.
- 3) - LOTTO N. 149: l'offerta economica va formulata indicando un prezzo unico per l'intero kit con la composizione indicata nell'Allegato al Capitolato Speciale; a discrezione delle ditte concorrenti, a margine dell'offerta possono essere quotati anche i singoli componenti del kit.
- Si conferma che nella busta n. 2 "DOCUMENTAZIONE TECNICO-QUALITATIVA" dovrà essere inserito l'Allegato E privò dell'indicazione dei prezzi e degli sconti, riportante la seguente dicitura: "Copia dell'offerta economica senza indicazione dei prezzi e degli sconti", specificando i lotti di gara e i codici-prodotto ai quali l'offerta si riferisce.
- Si conferma che l'offerta economica non necessita di marca da bollo.
- Si conferma che risulta possibile inserire tutta la documentazione tecnica di tutti i lotti in un'unica busta tecnica e tutta la documentazione economica di tutti i lotti all'interno di un'unica busta economica, purchè venga indicato in maniera chiara e inequivocabile i lotti ai quali la documentazione si riferisce.
- 4) LOTTO N. 182:
Si conferma la descrizione del lotto e il prezzo complessivo a base d'asta riportato nell'Allegato al Capitolato Speciale.

SI COGLIE INOLTRE L'OCCASIONE PER PRECISARE QUANTO SEGUE:

LOTTO 73:

Si precisa che per un mero errore di trascrizione la descrizione del lotto n. 73 è stata riportata nel file "All.Cap.Speciale.16PRE023 CUC.pdf" in maniera incompleta.

Pertanto la descrizione completa del lotto n. 73 è la seguente (in rosso la parte precedentemente omessa):

LOTTO	DESCRIZIONE DEL LOTTO/VOCE OGGETTO DI GARA
73	stent medicato: Stent vascolare autoespandibile in nitinol a rilascio di farmaco con eccipiente. Farmaco pacitaxel inserito in una matrice polimerica. Varie misure e diametri.

LOTTO 140:

Si precisa che i fabbisogni totali presunti in pezzi per 24 mesi corretti sono "**46**" e non 46+10 come riportato nel file "All.Cap.Speciale.16PRE023 CUC.pdf" a causa di un mero errore di trascrizione.